



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
инт.бр. 3600-34

16 SEP 2014

Допуна/измена конкурсне
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 41/14 -Медицински и дијагностички комплекти за потребе клинике за гастроентерологију и хепатологију и клинике за урологију.

Дописом наш инт.бр. 3600 - 30 од 15.09.2014. године и инт.бр. 3600 - 32 од 16.09.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

За Партију 23: „Stent sa pušerom i vodičem, sa bočnim otvorima koji sprečavaju pomeranje stenta i povećavaju bilijarni protok, prav tip, rastojanje između otvora 85 mm, veličina stenta 12 Fr., min. radni kanal 4,2 mm“ Да ли се може понудити стент са растојањем између отвора 90мм? Одговор: Прихвата се растојање између отвора од 80мм до закључно са 90мм.

За Партију 51: „Bilijarni metalni neobloženi stent; kateter za plasiranje 7,5 FR; dijametar stenta 10 mm; duž.stenta 60 mm; radna dužina 1900 mm; radni kanal 3,2 mm“ Да ли је за наручиоца одговарајућа понуда билијарног необложеног стента захтеваних карактеристика , радне дужине 1920мм који је компатибилан са радним каналом од 3,2мм али је на носачу од 6,5Фр. Одговор: Прихвата се.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.



ДИРЕКТОР
Драгиша Даветић

МВ/

Прилог:Измењене стране:30/60 и 33/60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЗИВ ПАРТИЈЕ	Јединица мере	Количина	Произвођач + Каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x6)	Укупна цена са ПДВ-ом (4 x8)
22.	sonda nazojejunalna troluminalna, dimenzija CH/F 16/9, 150 cm	kom	30						
23.	Stent sa pušerom i vodičem, sa bočnim otvorima koji sprečavaju pomeranje stenta i povećavaju bilijarni protok, prav tip, rastojanje između otvora od 80mm do zaključno sa 90mm , veličina stenta 12 Fr., min. radni kanal 4,2 mm	kom	5						
24.	pripremljeni Set-stent (stent, pušeri i vodič), Stent sa bočnim otvorima koji sprečavaju pomeranje stenta i povećavaju bilijarni protok, prav tip, rastojanje između otvora 90 mm, kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035" (min. radni kanal 3,7 mm, veličina stenta 10 Fr.)	kom	50						
25.	pripremljeni Set-stent (stent, pušer), Stent sa bočnim otvorima koji sprečavaju pomeranje stenta i povećavaju bilijarni protok, prav tip, rastojanje između otvora 90 mm, kompatibilan sa žičanim vodičem 0,035" (min. radni kanal 3,7 mm, veličina stenta 7 Fr.)	kom	30						
26.	baloni za radijalni EUS	kom	200						
27.	četkica za dobijanje materijala za citologiju, višekratna upotreba	kom	10						
28.	Ligator za ligaciju polipa pre polipektomije, za prevenciju postpolipektomijskog krvarenja, pripremljena omča za ligaciju, integrisani hendl, otvor omče 30 mm (radna dužina 2300 mm, min. radni kanal 2,8 mm)	kom	4						

ИЗМЕНЈЕНА СТРАНА 30/60.....Конкурсна документација ЈН 41/14

