



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника  
инт.бр. 3600-48  
19 SEP 2014

Допуна/измена конкурсне  
документације, д о с т а в љ а.-

Веза: ЈН број 41/14 -Медицински и дијагностички комплекти за потребе клинике за гастроентерологију и хепатологију и клинике за урологију.

Дописом наш инт.бр. 3600 - 35 од 16.09.2014. године и инт.бр. 3600 - 37 од 16.09.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

**За Партије 82, 83 и 84:**

А. Која су дозвољена одступања у грамажи, димензијама, густини ткања слингова и дебљини конаца за слингове?

Б. Да ли би сте прихватили игле за исти начин увођења слингова као у спецификацији, од нерђајућег челика, са могућношћу рестерилисања?

**Одговор:**

- густина ткања мрежица – трака треба да буде већа од 1000 микрона за сва три тражена производа а ТОТ слинг за женску уринарну инконтиненцију треба да садржи ресорбујући тензиони конач 4.0 PGA који се протеже кроз мрежицу дијаметра ткања 6мм. Код наведене густине ткања мрежица нема великих одступања у њиховој грамажи и димензијама, нити су ова одступања битне карактеристике за ову врсту материјала. Све битне карактеристике материјала наведене су у техничкој спецификацији.
- Сваки од тражених производа треба да садржи комплет мрежицу и игле од хируршког челика за **једнократну употребу**. Приликом рестерилизације игала у аутоклаву мењају се својства игала, односно смањује се њихова оштрина која је веома битна за пробијање одређених врста ткива и
- Дозвољена одступања у димензијама дужине ТОТ слинг-а и једноинцизионог једног слинга за женску уринарну инконтиненцију су +/- 1цм

**За Партије 12 и 13:** Молимо да наручилац прихвати и добра чији је рок трајања краћи од 12 месеци, јер се ради о специфичној врсти добара чији је произвођачки рок трајања 12 месеци; узимајући у обзир време које је потребно да добра стигну до крајњег корисника. Да ли се прихвата да рок буде 6 месеци?

**Одговор** Прихвата се да рок трајања за партије 12 и 13 износи 6 месеци од дана испоруке.

Обавештавано понуђаче да се продужава рок за подношење понуда до **02.10.2014.** године до 12.00 сати. Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за подношење понуда.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

 MB/



**ДИРЕКТОР**  
Драгиша Дабетић

