



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
инт.бр. 3600 49
22 SEP 2014

Допуна/измена конкурсне
документације, д о с т а в љ а .-

Веза: ЈН број 41/14 -Медицински и дијагностички комплети за потребе клинике за гастроентерологију и хепатологију и клинике за урологију.

Дописом наш инт.бр. 3600 - 39 од 18.09.2014. године и инт.бр. 3600 - 41 од 18.09.2014. године затражено је појашњење/допуна/измена конкурсне документације у вези са техничком спецификацијом предметног добра, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

Партија 1: Да ли вам је прихватљива радна дужина од 120цм, уместо тражених 180цм?

Одговор: Није прихватљиво.

Партија 2: Да ли вам је прихватљива дужина балона од 20 или од 40 мм уместо тражене дужине од 30цм? Да ли вам је прихватљива радна дужина од 120цм уместо тражених 180цм? **Одговор:** Прихватљива је дужина балона од 20 до 40цм, али није прихватљива радна дужина од 120цм.

Партија 2 сада гласи: "balon za bilijarnu dilataciju, kompatibilan sa guide wire 0,035", visok pritisak balona do 12 ATM, dužina balona од 20 до 40 mm, spoljni prečnik 8 mm (radna dužina 1800 mm, min. radni kanal 2,8 mm)"

Партија 22: Да ли су вам прихватљиве димензије назојејуналне сонде 9.5Фр и дужине 130цм? **Одговор:** Није прихватљиво.

Партија 24: За партију 24. „pripremljeni Set-stent (stent, pušeri i vodič), Stent sa bočnim otvorima koji sprečavaju pomeranje stenta i povećavaju bilijarni protok, prav tip, rastojanje između otvora 90 mm, kompatibilan sa žičnim vodičem 0,035"(min. radni kanal 3,7 mm, veličina stenta 10 Fr.)“ , с обзиром на чињеницу да је наручилац одговарајућим изменама за партију 23. (која је истоврсно добро са добром из партије 24) дозволио да растојање између отвора буде од 80мм до закључно са 90мм, да ли је за партију 24. за наручиоца одговарајућа понуда стента са пушером и водичем, са бочним отворима који спречавају померање стента и повећавају билијарни проток, прав тип, растојање између отвора од 80мм закључно са 90мм, компатибилан са жичним водичем 0,035"(min. radni kanal 3,7 mm, veličina stenta 10 Fr. **Одговор:** За партију 24. прихватљиво је да растојање између отвора буде од 80мм до закључно са 90мм тако да партија 24, сада гласи „„pripremljeni Set-

stent (stent, pušeri i vodič), Stent sa bočnim otvorima koji sprečavaju pomeranje stenta i povećavaju biliјarni protok, prav tip, растојanje između otvora 80mm до закључно са 90mm, kompatibilan sa žičnim vodičem 0,035" (min. radni kanal 3,7 mm, величина stenta 10 Fr.)“

Партија 51: Да ли вам је прихватљив стент са катетером за пласирање од 6Фр и дужине 40цм? **Одговор:** Није прихватљиво.

Партија 56: Да ли вам је прихватљив сет стент од 4.7Фр, дужине 26цм, дужине увођача 125цм, дужине гурача 40цм?

Одговор: Није прихватљиво, пошто се значајно разликује од тражене спецификације.

Партија 71: Да ли вам је прихватљив увођач дужине 80цм? Да ли вам је прихватљива пункциона канила 18Г, 20цм(уместо тражене 17Г, 18,5цм)?

Одговор: Није прихватљива дужина увођача 80цм и није прихватљива пункциона канила промера 18Г. Прихватљива је дужина пункционе каниле 20цм, као и канила већ тражених карактеристика. **Партија 71 сада гласи:** set за perkutanu nefrostomiju, uvodjač 0,035/0,89mm, dužine 90cm, sa insertovanim vodičem, Pункциона kanila 17,5G/1, 3mm, **dužine 18,5 до 20cm**, Dva fascial-na dilatatora 8F/2,7mm i 10F/3,3mm. Integral silikonski kateter F10 sa balonom od 2ml sa dve dodatne rupice iza balona radi bolje drenaže. Jedan opturator i rastvor za punjenje balona

Партија 90: Да ли вам је прихватљива дужина жице од 145цм?

Одговор: Прихвата се и дужина жице од 145цм. **Партија 90 сада гласи:** Žica vodilja nitinolска sa hidrofilnim pravim vrhom 3 cm i fleksibilnim krajevima, **dužina 145 cm до 150цм, deblјina 0.038 inča**

Партија 94: Да ли се тражи „ultra stiff“ или „extra stiff“ Amplatz žica.

Да ли вам је прихватљива дебљина жице 0.035 inča, тражене дужине 145cm, или тражена дебљина 0.038 инча, дужине 180цм?

Да ли вам је потребна права жица или са закривљеним врхом (curved)?

Одговор: Прихватљива су оба типа жице водич и „ultra stiff“ и „extra stiff“ тип. Прихватљива је жица водич дебљине 0.035 inča и дужине 145cm. Потребно је понудити праву жицу. **Партија 94 сада гласи:** Žica vodič Amplatc, права, dužina 145 cm, **deblјina од 0.035 inča до 0.038 inča**, „ultra stiff“ или „extra stiff“.

Партија 96: Да ли вам је прихватљива дебљина стента од 4.7Фр?

Одговор: Није прихватљиво.

Партија 104: Да ли вам је прихватљива дебљина од 8.5 Фр?

Одговор: Није прихватљиво.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

MB/

Прилог: измењене стране



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић