



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање

војних осигураника

Инт. број 7769-38

24 JAN 2014 .20. године

БЕОГРАД

Одговор,  
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 42/13 - **Медицински потрошни материјал и хируршки инструменти за урологију**, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалног понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 42/13, достављамо следећи одговор:

**ПИТАЊЕ бр.1:** “У вашем појашњењу (Инт.број 7769-20) од 10. јануара 2014. године везаном за партије 17. и 18. - Игла за биопсију ткива простате са заштитним конектором за фиксирање и сигурност приликом употребе, димензија 18G /200mm и 16G/200mm, наводите да заштитни конектор на игли служи за „фиксирање и сигурност приликом употребе“. да бисте у одговору 2: навели да заштитни конектор само „придржава заштитну цевчицу и штити корисника од незгоде пре употребе“.

Оваквом спецификацијом не поступате у складу чл.10. Начело обезбеђивања конкуренције, Закона о јавним набавкама, где јасно стоји да наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација. Постојање конектора или његово одсуство не утиче на сам рад и квалитет биопсираног ткива јер се конектор мора уклонити пре постављања игле у апарат (пиштољ).

На основу горе наведеног, предлажемо наручиоцу да изврши измену конкурсне спецификације за партије 17. и 18 у -Игла за биопсију простате димензија 18G/200mm и 16G/200mm компатибилне са апаратом C.R. Bard и на тај начин обезбеди равноправност и омогући учешће већем броју понуђача. "

**ОДГОВОР бр.1:** Тачно је да је „постојање конектора или његово одсуство“ не утиче на квалитет узрокованог ткива простате, што крајњи корисник у свом захтеву није ни навео, али исто тако чињеница је да побољшана заштита игле служи за несумњиву сигурност самог уролога у непосредном раду.

У досадашњем богатом искуству крајњег корисника, коришћени су различити производи за биопсију ткива простате, код којих долази до лаког скидања заштитне цевчице, што је доводило до повређивања лица које врши биопсију, убодних рана, чиме се доводило у питање стерилност самог производа, па самим тим и сигурност пацијента коме се врши биопсија.

Намера крајњег корисника није да ограничава конкуренцију нити да фаворизује било кога, али је зато његова законска обавеза да квалитетним и адекватним производима заштити не само пацијента него и лице које рукује самим производом.

Уосталом према члану 70. Став 1. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр.124/12) јасно је прецизирано да техничке спецификације морају омогућити да се **добра**, услуге или радови који се набављају **опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца**. Исто тако према члану 70. Став2. ЗЈН-а техничке спецификације у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике добара или услуга као што су димензије, **ниво квалитета**, укључујући и методе за осигурање квалитета, **сигурност**, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност инвалидним лицима) и оцену усаглашености, употребу производа, као и друге карактеристике које се тичу производа као што су назив под којим се производ продаје, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и етикетирање, производни процес и процедура оцене усаглашености.

Из свега напред наведеног произилази да за предметне партије **нема измене конкурсне документације**.

**Сви захтеви из конкурсне документације остају непромењени.**

VJ/(32-533)



**ДИРЕКТОР**

Влада Антонијевић, дипл. еци