



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Инт. број 7769-14
_____.20____. године

БЕОГРАД
27 DEC 2013

Допуну/измену конкурсне документације
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 42/13 - **Медицински потрошни материјал и хируршки инструменти за урологију**, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, а у вези захтева потенцијалног понуђача за додатним појашњењем конкурсне документације, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 42/13, достављамо следећу измену/допуну конкурсне документације:

"1. У оквиру "Упутства понуђачима како да сачине понуду", један од захтева је:
"Фотокопије сертификата произвођача ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001".

ПИТАЊЕ бр.1: У вези са наведеним захтевом, молимо Вас да измените овај критеријум, јер сами произвођачи медицинских средстава подлежу стандарду ISO 13485, који одређује производњу медицинских средстава, и у којем су садржани сви неопходни захтеви из стандарда ISO 9001, као и захтеви у вези очувања животне средине и безбедности на раду, о којима говоре ISO 14001 и ISO 18001. Уједно, мишљења смо да ниједан произвођач медицинских средстава не поседује ова три захтевана стандарда, чиме би и сама јавна набавка била доведена у питање. Уједно, Решење о Упису медицинског средства у регистар медицинских средстава АЛИМС, предвиђа управо стандард ISO 13485 као одговарајући за произвођаче медицинских средстава."

Одговор 1: Наручилац врши измену/допуну конкурсне документације (страна 20 од 64) у делу где се наводи шта понуда мора да садржи, тако да уместо захтева "Фотокопије сертификата произвођача ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001" треба да стоји: "Фотокопија сертификата **произвођача** ISO 13485 и фотокопије сертификата **понуђача** ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001", обзиром да ова три стандарда поседује и Војномедицинска академија као установа.

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

BJ/(32-533)



ДИРЕКТОР

Влада Антонијевић, дипл. ецц