

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Број: 07-1934-
06 AUG 2015 године
Београд

**ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 326/10/1934/2015**

Развојно испитна опрема за ТОЦ - 38300000

ПИТАЊЕ:

По Партији 13 - Аквизициони А/D конверторски модул са напонском побудом и
кондиционирањем сигнала

По Партији 14 - Лабораторијски извор DC напона

По Партији 15 - Уређај за обраду података у систему ACRA CONTROL KAM-500

Која институција треба да изда потврду да је уређај направљен у складу са одговарајућим
безбедоносним прописима и ЕМС стандардима?

ОДГОВОР:

Потврду издаје произвођач којом потврђује да је извршио испитивање уређаја по
одговарајућим безбедносним прописима и ЕМС стандардима.

Члан комисије за јавну набавку бр. 326/10/1934/2015

Ред.бр.	Име и презиме	Потпис
1.	всл Снежана Марковић, службеник за јавне набавке, члан комисије	