

На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), комисија сачињава

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕза јавну набавку добара **326/21/4702/2019**

„Испитна опрема за ТОЦ“

У СЛЕДЕЋЕМ:



На страни 12/54 Конкурсне документације, у Прилогу бр. 1 - Спецификација са описом добара – Партија 2 - Стационарна клима комора 12 m³, (42513000-5), после реченице „Сигурносним кавезом за спољашњу јединицу расхладне машине“, додаје се следећи текст:

„Стационарна клима комора треба да буде израђена на начин да се унутрашњи зидови просторије у објекту КН-67 обложе термоизолованим панелима. Димензије просторије су: ширина 1950 мм и дубина 3910 мм. Унутрашња висина израђене коморе треба да буде 2000 мм. Позицију врата стационарне клима коморе треба прилагодити постојећем отвору за врата (ширине 1200 мм) у просторији објекта КН-67“.

НАПОМЕНА: Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку број **326/21/4702/2019**

Ред.бр.	Име и презиме	Потпис
1.	всл Миливој Јововић, дипл.инж., заменик председника комисије	
2.	всл Стеван Јовичић, дипл.инж., заменик члана комисије	
3.	всл Снежана Марковић, службеник за јавне набавке, члан комисије	