



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
Дирекција за набавку и продају
бр. 70 - 25
09.11.2017. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 64/2017
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 06.11.2017. године, за јавну набавку бр. 64/2017 – **Испитно-мерна опрема за ТРЗ Крагујевац**, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а на основу образложења крајњег корисника, објављује одговор:

Потенцијални понуђач је доставио следеће питање:

Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja, vezana za javnu nabavku br. 64/2017:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 8, u delu Tehničkih karakteristika za partiju 2-Sistem za gasnu hromatografiju- "GC" sistem, navedeno je da uređaj mora da ima modul za upravljanje i kontrolu sistema i akviziciju i obradu podataka sa mogućnošću kvalitativnog određivanja komponenti.

S obzirom da sistem za gasnu hromatografiju- GC sistem, po svojoj prirodi nema mogućnost i nije namenjen za kvalitativno određivanje komponenti, najlepše Vas molimo da navedeni zahtev bude isključen iz tehničke specifikacije pomenutog uređaja.

Одговор на питање:

Тражена „Могућност квалитативног одређивања компоненти“ се односи на могућност уређаја да, након снимања хроматограма узорка непознате смеше која је ињектирана под идентичним хроматографским условима као и калибрациони узорак, врши препознавање и именовање пикова на хроматограму на основу познатих ретенционих времена компонената калибрационе смеше, унетих у систем током калибрације и дефинисања методе.

С обзиром да је гасна хроматографија сепарациона метода и сама по себи, без употребе посебних врста детектора, и није намењена за квалитативно одређивање компоненти смеше у смислу њихове идентификације, као и да, на основу

расположивих информација, сви савремени уређају поседују тражену опцију препознавања пикова на начин како је описано, **ПРИХВАТА СЕ** да захтев „квалитативно одређивање“ **буде искључен из техничке спецификације** за гасни хроматограф, партија 2, тачка 3 техничке спецификације за модул за управљање и контролу система и аквизицију и обраду података, како би се предупредили евентуални проблеми због могуће различите интерпретације појмова.

У вези са овим одговором, наручилац ће у најкраћем року, а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објавити измене и допуне конкурсне документације на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и својој интернет страници - Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” на домену www.nabavke.mod.gov.rs.

ЖЦ.-

ДИРЕКТОР
п у к о в н и к
др Александар Буквић, дипл. инж.