



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 70 - 36

24.11.2017. године

Б Е О Г Р А Д

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 64/2017
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 22.11.2017. године, за јавну набавку бр. 64/2017 – **Испитно-мерна опрема за ТРЗ Крагујевац**, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а на основу образложења крајњег корисника, објављује одговор:

Потенцијални понуђач је доставио следећа питања:

На страни 8 тендерске документације, захтевано је да систем има линеарни динамички опсег од $\geq 10^5$ за ECD детектор. Већина комерцијалних уређаја поседује динамички линеарни опсег не већи од 10^4 на ECD детектору, што омогућава рад са концентрационим опсегом довољним за тип анализа којима ће се научилац бавити. У складу са тим, молимо Вас да одговорите да ли ће се прихватити понуда за инструмент који има линеарни динамички опсег у вредности од 5×10^4 ?

Такође напомињемо да на тржишту постоји само један произвођач аналитичке опреме који испуњава горе наведене захтеве, и тиме је овако постављена техничка спецификација искључујућа за остале потенцијалне понуђаче.

На страни 10 тендерске документације наведени су докази које је потребано да продавац достави у циљу доказивања техничких карактеристика. Молимо Вас да појасните да ли је неопходно доставити и изјаву/потврду произвођача да понуђено добро одговара захтеваним карактеристикама и техничку документацију (каталоге, спецификације, брошуре), или је довољно доставити само техничку документацију (каталоге, спецификације, брошуре) са јасно назначеним карактеристикама које понуђени инструмент поседује, а захтеване су тендерском документацијом?

Одговор на питања:

Обзиром да већина комерцијалних уређаја задовољава захтев да динамички опсег „ECD“ детектора буде 10^4 , сагласни смо да би измена овог захтева позитивно утицала на реализацију набавке, имајући у виду да је и овако формулисан захтев у техничком и експлоатационом смислу задовољавајући за реализацију планираних мерења.

У вези са постављеним питањем, сматраће се да уређај са динамичким линеарним опсегом „ECD“ детектора од 5×10^4 задовољава захтев.

Одговор на други део питања је већ дат у одговору и појашњењу конкурсне документације бр. 70-16, а које је наручилац објавио дана 02.11.2017. године. Без обзир на наведено, одговор на други део питања је следећи:

У складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији на страни 10 од 63, за доказивање испуњености захтева дефинисаних техничким спецификацијама, неопходно је доставити документа из наведене три ставке.

По питању доказивања самих карактеристика добара, примарна је изјава/потврда произвођача и она **мора да садржи ознаку модела и све податке о техничким карактеристикама** добара.

Каталог, проспект, брошура или нека друга званична штампана публикација произвођача добара **мора да садржи најмање ознаку модела и слику добра** (не мора да садржи никакве карактеристике добара) и ова документа служе као "допуна" горе наведеној изјави/потврди искључиво у сврху визуелне идентификације добра према ознаци модела (не служе за утврђивање самих карактеристика добара).

Дакле, без обзира да ли каталог, проспект, брошура или нека друга званична штампана публикација произвођача садржи све карактеристике, неопходно је доставити изјаву/потврду произвођача која **мора да садржи ознаку модела и све податке о техничким карактеристикама** добара.

У вези са одговором на први део питања, наручилац ће у најкраћем року, а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, објавити измене и допуне конкурсне документације на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и својој интернет страници - Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” на домену www.nabavke.mod.gov.rs.

По објављивању измена и допуна конкурсне документације, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, **наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока.**

ЖЦ.-

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Александар Буквић, дипл. инж.