



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 70 - 42

27.11.2017. године

БЕОГРАД

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 64/2017
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 24.11.2017. године, за јавну набавку бр. 64/2017 – **Испитно-мерна опрема за ТРЗ Крагујевац**, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, а на основу образложења крајњег корисника, објављује одговор:

Потенцијални понуђач је доставио следећа питања:

1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5 traženo je da brzina snimanja za PDA detektor bude minimalno 50Hz.

Da li će biti prihvatljiv uređaj sa PDA detektorom čija je brzina snimanja 40Hz, s obzirom da neznatno mala razlika u traženoj i pomenutoj vrednosti ne utiče na kvalitet dobijenih rezultata i osetljivosti merenja?

Одговор на питања:

Сагласни смо да се може прихватити измена захтева, а која се односи на брзину снимања за „PDA“ детектор, имајући у виду да је овако формулисан захтев због незнатног утицаја на свеукупне перформансе уређаја у техничком и експлоатационом смислу задовољавајући за реализацију планираних мерења, а може позитивно да утиче на реализацију набавке кроз проширења броја модела који задовољавају тражене захтеве.

У вези са постављеним питањем, сматраће се да уређај „PDA“ детектор **са минималном брзином снимања од 40 Hz задовољава захтев.**

У вези са одговором на питање, наручилац ће у најкраћем року, а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, **објавити измене и допуне конкурсне документације** на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и својој интернет страници - Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС“ на домену www.nabavke.mod.gov.rs.

ЖЦ.-

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Александар Буквић, дипл. инж.