



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 8590-9
28.08.2014. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
дефибрилатор/монитора,
бр. 8590/14, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 27.08.2014., достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: У обе партије за ЈН 8590/14 захтевате под ставком 3.9. радну температуру мин 0°C, макс + 60°C. С'обзиром да је тражена температура нереална у условима под којим ће апараті бити коришћени, предлажем да максималну температуру спустите бар на +50°C?

Одговор: наручилац у свему остаје при условима из конкурсне документације, а ваше право је да понудите мању температуру од максимално тражене.

ЗС.

НАЧЕЛНИКА ВМА
бригадни генерал
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

-у омот предмета 8590/14
- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС