



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 100 - 33
01 AUG 2016 . године
БЕОГРАД

Измену/допуну/појашњење конкурсне документације,
доставља.-

Веза: конкурсна документација за јавну набавку добара бр. 6/16 - **Аспиратори за пацијенте, анализатор за брзо дијагностиковање специфичног маркера сепсе**, по партијама.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, наручилац свим заинтересованим лицима који су преузели конкурсну документацију (КД) за јавну набавку добара бр. 6/16, доставља следећу измену/допуну/појашњење конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 1: "Конкурсном документацијом, у делу 5.4. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ, тачка 5.3.3. тражено је да за понуђена добра имају важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а.

Узимајући у обзир чињеницу да имамо захтеве за обновом уписа медицинских средстава у Регистар медицинских средстава (обнова постојеће регистрације), које смо предали благовремено – у законски одређеном року, а до данас нисмо добили обновљена Решења од стране АЛИМС-а у законски одређеном року, те стога нисмо у могућности да поседујемо важећа Решења, јер се ради о кашњењу АЛИМС-а.

С тога Вас молимо да на основу и у складу са:

- Законом о лековима и медицинским средствима ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010) чланом 179. Став 3 закона "Медицинска средства из става 2. Овог члана могу бити у промету најдуже 90 дана од дана истека рока из Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава"
- Законом о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97,31/01) Члан 7., Члан 208, АЛИМС није испоштовала одређене рокове, што не сме довести до узроковања штете потенцијалним понуђачима.
- Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бе. 142/12, 14/15 и 68/15) Члан 79. Став 9 "Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за поднесење понуда, због тога што она у тренутку подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду достави одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року"

Из свега наведеног измените конкурсну документацију тако да у деловима конкурсне документације где је тражено да понуђена добра поседују важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а, буде дозвољена и предаја истеклог Решења о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава заједно са благовремено поднетим захтевом за обнову уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава?"

ОДГОВОР 1: По овом питању нема измене конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 2: "Претпостављамо да је на страни 33., прилог 6-I-4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује, Ставка 1, дошло до грешке те се уместо "сукционог капацитета" тражи "сукцесивни капацитет". Молимо Вас да исправите наведену грешку?"

ОДГОВОР 2: Треба да стоји "сукциони капацитет".

ПИТАЊЕ 3: "Молимо Вас да појасните да ли сте на страни 33., прилог 6-I-4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује, Ставка 6, "ножни прекидач водоотпорни" мислили на ножни прекидач који је интегрисан у колицима аспиратора?"

ОДГОВОР 3: Врши се измена стаке 6 тако да гласи: „Прекидач и индикатор лампица на кућишту апарата и ножни прекидач водоотпорни. Ножни прекидач је интегрисан у колицима аспиратора. "

ПИТАЊЕ 4: "Молимо Вас да појасните на страни 33., прилог 6-I-4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује, Ставка 6 да ли се прихвата ножни прекидач који је накнадним механизмима фиксиран за колица аспиратора?"

ОДГОВОР 4: Не прихвата се ножни прекидач који је накнадним механизмима фиксиран за колица аспиратора.

ПИТАЊЕ 5: "Молимо Вас да појасните да ли сте на страни 33., прилог 6-I-4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује, Ставка 12, мислили на кесе за прикупљање аспирираног садржаја, једнократне са гелирањем, величине од 1,5l јер исте такве поликарбонатне боце тражите?"

ОДГОВОР 5: Врши се измена стаке 12 тако да гласи:

„Уз сваки апарат испоручити и :

- филтере за замену – 2 комада
- кесе за прикупљање аспирираног садржаја, једнократне са гелирањем – 100 комада, величине од 1,5l
- две боце поликарбонатне, градуисане, од 1,5l.“

Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог: измењена страна 33 од 53 конкурсне документације

ВЈ/32-533

Достављено:
- на Портал јавних набавки
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета



ДИРЕКТОР

Драгиша Дабећић

6 - I – 4 техничке карактеристике које понуђено добро – ПАРТИЈА 1 мора да поседује

ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у приложеним доказима о испуњавању техничких карактеристика
ПАРТИЈА 1: Аспиратори за пацијенте, 17 ком.		
1. Подешавање сукционог капацитета од најмање 30 l/min		
2. Максимални вакум најмање 55 kPa		
3. Безуљна вакум пумпа		
4. Ниво буке мањи од 50 dB		
5. Вакум метар на апарату у mmHg и kPa		
6. Прекидач и индикатор лампица на кућишту апарата и ножни прекидач водоотпорни. Ножни прекидач је интегрисан у колицима аспиратора.		
7. Најмање 4 антистатичка точкића, од тога најмање 2 са кочницом		
8. Сигурносна провидна градуисана боца са поклопцем и заштитом од преливања		
9. Две провидне градуисане боце од високоотпорног материјала (полисуфлонске) по 2l, са заштитом од преливања и скретницом		
10. Силиконска аутоклавабилна црева и конектори за повезивање		
11. Филтер антибактеријски		
12. Уз сваки апарат испоручити и : – филтере за замену – 2 комада – кесе за прикупљање аспирираног садржаја, једнократне са гелирањем – 100 комада, величине од 1,5l – две боце поликарбонатне, градуисане, од 1,5l		
<p>Место и датум: _____</p> <p>Понуђач: _____ (штампано име и презиме одговорне особе)</p> <p>М.П. _____ (читак отисак печата) (потпис)</p>		