



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**  
Војномедицинска академија  
Бр. 4635 - 27  
23 AUG 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
Управа за војно здравство  
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, р/д и тп/м за процес редовног одржавања медицинске опреме на употреби у ВМА, ознака из ОРН: 33100000, у укупно 24 партије, редни број 187/2016, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

„У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15), у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добара бр. 183/2016, слободни смо да тражимо следеће разјашњење:

1. Дана 17.08.2016 наручилац је извршио измену предметне конкурсне документације где је на страници 18/88 у оквиру техничке спецификације за партије 21 и 22 дефинисао захтев у погледу достављања потврде произвођача медицинских апарата да су понуђена добра компатибилна и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату. Дефинисањем оваквог захтева долази се до фаворизације понуђача, тј. искључиво дистрибутера предметног апарата, јер произвођачу медицинског апарата свакако није у интересу да другим понуђачима даје било какве изјаве или потврде, чиме долази до директног кршења основног начела Закона о јавним набавкама из члана 10. став 1. ЗЈН-а који прописује да је наручилац дужан да обезбеди што је могућу већу конкуренцију. Овим путем би наручиоцу скренули пажњу да на тржишту постоји више понуђача који су у могућности да понуде одговарајући, квалитетан и поуздан технички потрошни материјал по знатно повољнијим ценама. Обзиром да је предмет набавке технички потрошни материјал у логичној вези са предметом јавне набавке било би да сам произвођач потрошног материјала који се нуди, изда потврду о компатибилности. Произвођач медицинског апарата упозорава на безбедност пацијента, што је свакако на првом месту како Установи тако и самим произвођачима техничком потрошног материјала. Поред изјаве произвођача потрошног материјала, наручилац може захтевати и Декларацију о конформитету која је гарант да је понуђени материјал израђен у складу са директивама за медицинску опрему 93/42/ЕЕЦ, као и стандардом ЕН 60601-1-1:2001 који нам гарантује управо безбедност пацијента и околине. Такође, наручилац може у фази стручне оцене понуда захтевати на увид узорке понуђеног добра, како би недвосмислено отклонио сумњу да је понуђени п/м одговарајући, односно поуздан и безбедан рад.

Предлажемо Наручиоцу да изврши измену конкурсне документацију тако да одустане од захтева за достављањем потврде произвођача апарата да су понуђена добра компатибилна и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату како би поступио у потпуности у складу са чланом 10. ЗЈН и обезбедио што је могуће већу конкуренцију, већ да од понуђача захтева Декларацију о конформитету као и Изјаву о компатибилности од стране произвођача потрошног материјала.

У нади да ће те уважити наше предлоге и сугестије, срдечно Вас поздрављамо.

Молимо Вас да у складу са Чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15), одговорите на постављено питање.“

## О д г о в о р и

На предходно постављена питања, Наручилац је већ дао одговор заинтересованим лицима, да произвођачи медицинских апарата, за које се врши предметна набавка, а да би се избегле грешке у мерењу, ризичани спојеви и обезбедио поуздан и безбедан рад, у својим упутствима препоручују да се користи р/д и тп/м који је одобрен од стране истих.

Из поменутих разлога, Наручилац је у конкурсној документацији поставио услов да потенцијални понуђачи, уз понуду, доставе и потврду произвођача медицинских апарата (у који се уграђује понуђени р/д или за који се троши понуђени тп/м) да су понуђена добра компатибилна и одговарајућа за коришћење на наведеном апарату.

Изјава произвођача медицинских апарата, не служи да би се доказала поузданост и безбедност, већ компатибилност са апаратом, односно као доказ да је понуђено добро одговарајуће каталошком броју произвођача медицинске опреме. Достављање „Декларације о конформитету...“, гарантује безбедност али не и компатибилност, односно да је понуђено добро одговарајуће.

Што се тиче могућности достављања узорака, крајњи корисник, као и стручне службе Наручиоца, немају неопходне капацитете за тестирање истих.

Из свега поменутог, не прихвата се примедба заинтересованог лица и, Наручилац остаје у свему при конкурсној документацији.

 МС,МЂ,СБ

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС