



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 104 - 47
06-08-2018. године
БЕОГРАД

Измену
конкурсне документације,
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 18/18 Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк – а** и то у делу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: у тачки **1.2. ПАРТИЈЕ**: мења се колона „Назив партије“ за партију бр.22, тако да сада гласи:

Партија број	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
22	Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektroda sa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx 12 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm	190.000,00

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: тачка **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

мења се колона „Предмет набавке (назив и опис средства)“, за партију бр. 22 тако да сада гласи:

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed. mere	VMA	VB Niš	CApSk	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALiMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
22	Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektroda sa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx 12 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm	SET	50			50	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ БР.1, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

мења се колона "Предмет набавке" за партију бр. 22 тако да сада гласи:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektrodasa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx 12 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm	SET	50						

Напомена:

Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

- измењена страна конкурсне документације: 4, 14, 51
- измењена табела Microsoft Excel 97-2003

НП
мт



ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

	Ch	
9	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 8	2.400,00
10	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 10	3.600,00
11	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12	24.000,00
12	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14	240.000,00
13	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16	240.000,00
14	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 50 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18	156.000,00
15	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 12	1.700,00
16	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 14	3.400,00
17	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 16	3.400,00
18	Kateter za aspiraciju, ravni, PVC, dužine 60 cm, otvor na blago zaobljenom vrhu i dva sa strane, sa levkastim priključkom ili sa konektorom koji omogućava kontrolu aspiracije prstom CH 18	1.700,00
19	Perkutani uvođnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm. Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvođnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035", 45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera	110.000,00
20	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	448.800,00
21	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	313.500,00
22	Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektroda sa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvođnik sa valvulom 12 Fx12 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm	190.000,00
23	Kanila I.V., jednokratna, sterilna, sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm	42.000,00
24	Kanila I.V., jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm	126.000,00
25	Kanila I.V., sa samoaktivirajućim klip mehanizmom za zaštitu od uboda, jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm	40.000,00

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed. mere	VMA	VB Niš	CAPSk	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
20	Predmet nabavke (naziv i opis dobra) Termodilucionni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	SET	10			10	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
21	Termodilucionni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	SET	10			10	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
22	Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektroda hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx 12 cm , dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm	SET	50			50	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
23	Kanila I.V., jednokratna, sterilna, sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm	kom	1.200			1.200	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
24	Kanila I.V., jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm	kom	3.600			3.600	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Termodilucionni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	SET	10						
22	Set za uvođenje i zamenu katetera i endokavitarnih elektrodasa hemostatskom valvulom: set sadrži : Perkutani uvodnik sa valvulom 12 Fx12 cm, dilatator 12 Fx18cm, guidewire J.035"x40 cm, ravnu iglu 18Gx7 cm	SET	50						
23	Kanila I.V., jednokratna, sterilna, sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 18G, dužina katetera 33mm	kom	1.200						
24	Kanila I.V., jednokratna, sterilna sa injekcionim ulazom i jednosmernom valvulom na sredini krilaca, veličine 20G, dužina katetera 25mm	kom	3.600						