



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 104 - 30
10 -08- 2018 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 07.08.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН 18/18** Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк – а , по следећем:

„Поштовани,

У спецификацији за партију 78 тражи се Port-Implantabilni sistem (port) за kontinuirano davanje terapije. Тражене спецификације може понудити само један понуђач. Како би се задовољило начело обезбеђивања конкуренције члан 10., начело једнакости понуђача члан 12., коришћење техничких спецификација члан 72.

Молимо вас да измените захтеве у погледу техничких карактеристика те их прилагодите горе наведеним начелима и члановима ЗЈН, као и да тиме омогућите учешће већег броја понуђача, а у предметној јавној набавци, за партију 78, те и тиме обезбедите могућност уштеде буџетских средстава као и набавке уређаја који ће у потпуности задовољити потребе ваше институције а по можда нижој цени.

Да ли ћете прихватити систем следећих карактеристика?

Port-Implantabilni sistem (port) за kontinuirano davanje terapije sa silikonskim/poliuretanskim “attachable“ kateterom diјametра od 5 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-12 mm x baza 24-25mm x septum 9-11mm. Vidljiv pod CT– om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 300 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument за tunelizaciju, zakrivljena игла за port, prava игла за port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Мења се назив и опис средства **на партији број 78**, тако да гласи: „Port-Implantabilni sistem (port) за kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim “attachable“ kateterom diјametра od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT– om, otporan на Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec на 325 psi . Sadržaj seta: port i

kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje”.

NP
m



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета