



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 104 - 93
10-08-2018. године
БЕОГРАД

Измену
конкурсне документације,
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације за јавну набавку **ЈН бр. 18/18 Медицински нехемијски потрошни материјал – Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Ниш и ЦАпСк – а** и то у делу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: у тачки **1.2. ПАРТИЈЕ:** мења се колона „Назив партије“ за партију бр.78, тако да сада гласи:

Партија број	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
78	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim “attachable” kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT- om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje	1,045,000.00

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: тачка **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

мења се колона „ Предмет набавке (назив и опис средства) “, за партију бр. 78 тако да сада гласи:

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed. mere	VMA	VB Niš	CApSk	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMIS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
78	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim “attachable” kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT- om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta	kom	19			19	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed. mere	VMA	VB Niš	CAPSk	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
	5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, l guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje									

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ БР.1, ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, Спецификација коју понуђена добра морају да испуњавају са структуром цене и условима понуде:

мења се колона "Предмет набавке" за партију бр. 78 тако да сада гласи:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT- om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, l guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje	kom	19						

Напомена:



Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

- измењена страна конкурсне документације: 7, 25, 64
- измењена табела Microsoft Excel 97-2003


 НП

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

 **ДИРЕКТОР**
ПОТПУКОВНИК
др Радан Костић


63	Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 12, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41- 43 cm	900,00
64	Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 14, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm	900,00
65	Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 16, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41-43 cm	846.000,00
66	Kateter Fole-y, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom ,CH 18, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje šprica na drugom kraku katetera kroz koji se puni balon zapremine maksimalno 15 ml. Dužina katetera 41 - 43 cm	855.000,00
67	Kateter Foly, latex, silikonizirani, sa pravim oblim vrhom , CH 20, sa posebno isturenim nastavkom za plasiranje sprica na drugom kraku katetera sa balonom zapremine maksimalno 15ml, dužine 41-43 cm	90.000,00
68	Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 14	1.980,00
69	Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 16	1.980,00
70	Tiemann-ov kateter silikonizirani, obojenog vrha F 18	1.980,00
71	Hidraulični dilatator za ureter, jednolumenski, za aplikaciju kroz uretorenoskop	29.600,00
72	Set katetera za dilataciju uretre , debljine od 6 do 16 frenča	85.200,00
73	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	120.000,00
74	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	120.000,00
75	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a".27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	400.000,00
76	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	440.000,00
77	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	160.000,00
78	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije , sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT- om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi . Sadržaj seta: port i kateter , instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje	1,045,000.00
79	Igle za port CT- igle za implatabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa mogućnošću davanja kontrasta sa zaštitom, dimenzije 19G dužine 20-25 mm	57.500,00

1.3. ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Partija broj	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed. mere	VMA	VB Niš	CApSk	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
76	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	kom	11			11	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
77	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	kom	4			4	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
78	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. Sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje	kom	19			19	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja
79	Igle za port CT- igle za implantabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa mogućnošću davanja kontrasta sa zaštitom, dimenzije 19G	set	50			50	Da	Da	Rok isporuke 60 dana od dana zaključivanja ugovora	Minimum 50% deklarisanog roka trajanja

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност партије без ПДВ-а	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	kom	11						
77	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 50 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	kom	4						
78	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-13 mm x baza 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT- om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. Sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje	kom	19						