



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 105 - 116
11-10-2019 . године
Б Е О Г Р А Д

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља. -

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 04.10.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 18/19 Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Нови Сад, ВБ Ниш и ЦапСк-а**, по следећем:

Питање број 1:

„Молимо вас да нам у складу, са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гл. РС“, бројј 124/12, 14/15 и 68/15), доставите додатне информације у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку број 18/19, чији је предмет набавке – Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, за потребе ВМА, ВБ Нови Сад, ВБ Ниш и СарSk, према следећем:

Одредбом члана 63. ЗЈН дефинисано је да уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда одређен је рок за подношење понуда, 10.10.2019. године, а 2 дана пре истека рока за подношење понуда, дана 08.10.2019. године, објавили сте Обавештење о продужењу рока. Одредили сте нови рок за отварање понуда, који гласи 15.10.2019. године у 10.15 часова.

Указујемо да одредба члана 63. ЗЈН упућује на то да рок за подношење понуда треба да се продужи за осам дана, а ви сте нови рок за отварање понуда продужили за мање од 7 дана и на тај начин онемогућили сте понуђаче да благовремено поднесу захтев за заштиту права којим се оспорава садржина конкурсне документације, који је дефинисан чланом 149. ЗЈН.

У конкретном случају, рок за подношење понуда морали сте да продужите за 8 дана, на начин да гласи: 17.10.2019. године, а према следећем рачунању рока:

- почетак рачунања рока подразумева да рок почиње да тече првог наредног дана од дана када пада догађај – догађај је дан када је објављено обавештење

о продужењу рока за подношење понуда, а које је објављено 08.10.2019. године, тако да је рок почео да тече од 09.10.2019. године,

- осми дан истиче 16.10.2019. године, у поноћ (у 24:00 часа) тако да рок за достављање понуда треба да буде након истека тог рока, а то је 17.10.2019. године.

Предлажемо да измените рок за подношење понуда те да он буде у складу са ЗЈН и да гласи 17.10.2019. године.

Питање: Партија 104 -

Захтевом за додатном појашњењима од 04.10.2019 за Партију 104-Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje постављено питање да ли ћете прихватити Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim/poliuretan "attachable" kateterom dijametra minimum od 5 do maksimum 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5 ml/sec minimum 300 PSI. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene,

одговорили сте да техничка спецификација остаје неизмењена и у одговору сте крајње субјективно и паушално навели да се катетер дијаметра који је мањи од 8 Фр, односно већи од 10 Фр, у досадашњој пракси показало да не задовољава потребе приликом лечења пацијената, што апсолутно није тачно и поткрепљено никаквим медицинско научним доказом.

Напротив, код величине катетера гледа се унутрашњи дијаметар катетера а не величина самог катетера. Капацитет(проточност) катетера зависи од унутрашњег дијаметра. Напомињемо да величина катетера зависи од ког материјала је направљен сам катетер. На тржишту постоје катетери са истим унутрашњим дијаметром а да су исти различите величине. Такође се сматра и да је боље да катетер има што мању величину а што већи унутрашњи дијаметар како би утицај на крвни суд у који се пласира катетер био што мањи. Из тог разлога смо предложили да се захтевана величина катетера изрази у мин, тј. максималној траженој димензији а не да се тражи само величина која одговара само једном потенцијалном понуђачу.

Још једном указујемо да техничка спецификација (Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje) упућује да набавку може да реализује само један производ/понуђач, што је супротно начелима ЗЈН, односно угрожена је једнакост понуђача. Ово указује да у овом отвореном поступку јавне набавке нису поштована начела, зато што нас као потенцијалне понуђаче елиминише из овог поступка на начин супротан закону, па с тога размишљамо о подношењу одговарајућег захтева у складу са одредбама ЗЈН, све у циљу заштите права на једнакост понуђача и обезбеђивање конкуренције у овом поступку.

Позивамо вас да још једном размотрите могућност измене конкурсне документације у делу који се односи на техничке захтеве за Партију 104

Partija broj 104 -Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje

Da li cete prihvatiti: Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim/poliuretan "attachable" kateterom dijametra minimum od 5 do maksimum 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5 ml/sec minimum 300 PSI. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Чланом 63. став 2. ЗЈН предвиђено је да заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Члан 63. став 3. истог закона прописује да је, случају из става 2. члана 63. закона, наручилац дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Члан 63. став 5. прописује: „Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.“


Члан 63. не предвиђа да би рок за подношење понуда требало да се продужи за 8 дана, односно закон не предвиђа за колико дана је наручилац дужан да продужи рок за подношење понуда у случају да врши измену/допуну конкурсне документације. Комисија сматра да наведеним продуженим роком (15.10.2019.) наручилац није онемогућио заинтересовано лице да поднесе захтев за заштиту права у складу са чланом 149. закона. Законом је предвиђен рок који се односи на право наручиоца да мења и допуњује конкурсну документацију до истека рока за предају понуда, и са друге стране, право понуђача да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, о ком року мора да води рачуна само заинтересовано лице.

Члан 94. став 1. закона предвиђа да рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде. Наручилац је продужио рок за подношење понуда сразмерно извршеним изменама конкурсне документације како би понуђачи имали довољно времена за припрему прихватљиве понуде.

Мења се назив и опис партије број 104 тако да сада гласи: „Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 7 do 10 Fr.

Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. Sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje.”

НП
МН



ДИРЕКТОР
ПУКОВНИК
др Радан Костић

[Handwritten signature]

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета