



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Број 105 - 231
02-12-2019 . године
БЕОГРАД

У предмету јавне набавке добара бр. 18/19- Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш, Војне болнице Нови Сад и Централне апотеке-складишта, на основу члана 108. и члана 109. став 1, а у вези члана 107. став 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Сл. гласник РС“ бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13), директор наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, доноси

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЗА ПАРТИЈЕ ОД БРОЈА 7 ДО БРОЈА 17 И ОД БРОЈА 26 ДО БРОЈА 106

1. Одбија се понуда понуђача „Aptus“ д.о.о. Београд, ул. Радомира Марковића бр. 43, за партије број 15, 16, 17, 38, 39, 82, 83 и 84 као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
2. Одбија се понуда понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7б, за партије број 31, 32, 51, 58, 60, 65, 66 и 71, као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
3. Одбија се понуда понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића 64а, за партије број 97 и 98, као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
4. Одбија се понуда понуђача „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, ул. Болманска бр. 8, за партије број 82, 84, 85 и 86, као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
5. Одбија се понуда понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, за партије број 7, 67, 68 и 69, као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
6. Одбија се понуда понуђача „Austro-Line“ д.о.о. Београд, ул. Толстојева бр. 20а, за партије број 15, 16, 17, 92, и 93, као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
7. Одбија се понуда понуђача „Biostent“ д.о.о. Београд, Ул. Чедо Миндеровића бр. 4, за партије број 12, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51 и 104, као неприхватљива, јер за партију број 12 понуђена цена прелази износ процењене вредности партије, за партије број 33, 34, 35, 36, 37 и 104 понуда је неодговарајућа, а за партије број 49, 50 и 51 понуда је

неодговарајућа и понуђене цене за наведене партије прелазе износе процењених вредности партија.

8. Одбија се понуда понуђача: „**Prospera**“ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра 309 и „**Ars Medic**“ д.о.о. Београд, ул. Југ Богданова бр.14, за партије број **15, 16 и 17**, као **неприхватљива**, јер је неодговарајућа.
9. Одбија се понуда понуђача „**ОМНИ МЕДИКАЛ**“ д.о.о., Аутопут 13, Блок 53, Нови Београд, за партије број **28, 29, 30, 44, 45, 46 и 53**, као **неприхватљива**, јер је неодговарајућа.
10. Одбија се понуда понуђача „**Layon**“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Југовића бр. 7, за партије број **67, 68 и 69**, као **неприхватљива**, јер је неодговарајућа.
11. Одбија се понуда понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. Београд, Ул. Ресавска бр. 2, за партије **31, 32, 49, 50, 51 и 70**, као **неприхватљива**, јер је понуда за партије број **31 и 32** неодговарајућа, за партије број **49 и 50** понуда је неодговарајућа и понуђене цене прелазе износе процењених вредности партија, за партију број **51** понуђена цена прелази износ процењене вредности партије, а за партију број **70** понуда је неодговарајућа.
12. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7б, по понуди број 1816 од 04.10.2019. године, за партије број **49, 50, 63, 70 и 79**, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
49	15.000,00	10	16.500,00
50	15.000,00	10	16.500,00
63	71.100,00	10	78.210,00
70	18.900,00	10	20.790,00
79	30.000,00	10	33.000,00
Укупно	150.000,00		165.000,00

13. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „**Medtronic Srbija**“ д.о.о. Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића 64а, по понуди број 159-10/19 од 09.10.2019.године, за партије број **87, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 102 и 103**, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
87	297.000,00	20	356.400,00
92	202.500,00	20	243.000,00

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
93	832.500,00	20	999.000,00
95	156.000,00	20	187.200,00
96	52.000,00	20	62.400,00
99	50.000,00	20	60.000,00
100	50.000,00	20	60.000,00
101	26.500,00	20	31.800,00
102	106.000,00	20	127.200,00
103	31.000,00	20	37.200,00
Укупно	1.803.500,00		2.164.200,00

14. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „Sinofarm“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31, по понуди број 785 од 08.10.2019. године, за партије број 44, 45, 46, 47 и 48, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
44	3.204,00	10	3.524,40
45	3.204,00	10	3.524,40
46	3.204,00	10	3.524,40
47	890,00	10	979,00
48	890,00	10	979,00
Укупно	11.392,00		12.531,20

15. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „Austro-Line“ д.о.о. Београд, ул. Толстојева бр. 20а, по понуди број 522/19 од 25.09.2019. године, за партије број 88, 89, 90, 91 и 94, према следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
88	592.000,00	20	710.400,00
89	74.000,00	20	88.800,00
90	41.000,00	20	49.200,00
91	287.000,00	20	344.400,00
94	448.000,00	20	537.600,00
Укупно	1.442.000,00		1.730.400,00

16. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „**Biostent**“ д.о.о. Београд, Ул. Чеде Миндеровића бр. 4, по понуди број 71/2019 од 01.10.2019. године, за партије број **38, 39, 105 и 106**, према следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
38	628.500,00	10	691.350,00
39	146.650,00	10	161.315,00
105	304.000,00	10	334.400,00
106	704.000,00	10	774.400,00
Укупно	1.783.150,00		1.961.465,00

17. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „**Prospera**“ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра 309 и „**Ars Medic**“ д.о.о. Београд, ул. Југ Богданова бр.14., по заједничкој понуди број 04/10 од 04.10.2019. године, за партије број **12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 80, 81 и 104**, према следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
12	46.000,00	10	50.600,00
13	1.190.000,00	10	1.309.000,00
14	1.155.000,00	10	1.270.500,00
33	720.000,00	10	792.000,00
34	240.000,00	10	264.000,00
35	720.000,00	10	792.000,00
36	960.000,00	10	1.056.000,00
37	960.000,00	10	1.056.000,00
40	52.000,00	10	57.200,00
41	52.000,00	10	57.200,00
42	100.000,00	10	110.000,00
43	100.000,00	10	110.000,00
80	360.000,00	10	396.000,00
81	360.000,00	10	396.000,00
104	1.519.600,00	10	1.671.560,00
Укупно	8.534.600,00		9.388.060,00

18. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о., Аутопут 13, Блок 53, Нови Београд., по понуди број 274/2019 од 11.10 .2019. године, за партију број 31, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
31	3.200,00	10	3.520,00
Укупно	3.200,00		3.520,00

19. Закључује се оквирни споразум са понуђачем „Biotec Medical“ д.о.о. Београд, Ул. Ресавска бр. 2, по понуди број 408/19 од 21.10 .2019. године, за партије број 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78, према следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
7	3.150,00	10	3.465,00
8	5.670,00	10	6.237,00
9	6.300,00	10	6.930,00
27	2.530,00	10	2.783,00
28	40.480,00	10	44.528,00
29	40.480,00	10	44.528,00
30	40.480,00	10	44.528,00
52	1.455,00	10	1.600,50
53	5.819,00	10	6.400,90
54	50.040,00	10	55.044,00
55	50.040,00	10	55.044,00
56	31.050,00	10	34.155,00
57	51.750,00	10	56.925,00
59	71.100,00	10	78.210,00
61	71.100,00	10	78.210,00
62	71.100,00	10	78.210,00
64	87.000,00	10	95.700,00
65	146.250,00	10	160.875,00
66	146.250,00	10	160.875,00
67	711.900,00	10	783.090,00
68	724.500,00	10	796.950,00

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
69	53.550,00	10	58.905,00
71	57.600,00	10	63.360,00
72	24.300,00	10	26.730,00
73	28.350,00	10	31.185,00
74	28.350,00	10	31.185,00
75	28.350,00	10	31.185,00
76	20.700,00	10	22.770,00
77	20.700,00	10	22.770,00
78	173.250,00	10	190.575,00
Укупно	2.793.594,00		3.072.953,40

20. Обуставља се поступак јавне набавке за партије број 10, 11, 15, 16, 17, 26, 32, 51, 58, 60, 82, 83, 84, 85, 86, 97 и 98, јер нису испуњени услови за доделу одлуке о закључењу оквирног споразума, будући да за партије број 10, 11 и 26, није примљена ниједна понуда, док за партије број 15, 16, 17, 32, 51, 58, 60, 82, 83, 84, 85, 86, 97 и 98 није примљена ниједна прихватљива понуда.

21. Одлуку о закључењу оквирног споразума и обустави поступка јавне набавке за партије број 7-17 и 26-106 објавити на Порталу јавних набавки и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” у року од 3 (три) дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е:

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника (у даљем тексту: Фонд за СОВО), Крунска бр. 13, Београд, бр. 105-5 од 26.06.2019. године, Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка број 105-18 од 20.08.2019. године, број 105-30 од 12.09.2019. године, број 105-39 од 19.09.2019. године, број 105-47 од 24.09.2019. године, број 105-76 од 30.09.2019. године, број 105-100 од 08.10.2019.године и број 105-118 од 11.10.2019.године за јавну набавку добара бр. 18/19- Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, комисија образована Решењем о образовању комисије бр. 105-6 од 26.06.2019.године, Решењем о измени Решења о образовању комисије број 105-31 од 12.09.2019. године, број 105-138 од 22.10.2019. године и број 105-171 од 05.11.2019.године је спровела отворени поступак у циљу закључења оквирног споразума у складу са чланом 32. и 40. Закона.

Предмет јавне набавке бр. 18/19 су добра - **Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори**. Назив и ознака из општег речника набавке:

- Катетери 33141200
- Каниле 33141220
- Дилататори 33141230

Предмет јавне набавке је обликован у 106 (стошест) партија, процењена вредност јавне набавке је **31.162.312,00 дин.** без ПДВ-а, односно **34.826.223,20 дин.** са ПДВ-ом, а за партије број 7-17 и 26-106 процењене вредности су следеће:

Партија број	Назив и опис добра	Процењена вредност партије без ПДВ-а
7	Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch-12, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm	4.950,00
8	Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch-14, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm	8.910,00
9	Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch-22, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm	9.900,00
10	Kateter za debelo crevo (rektalni) 32 FG	6.000,00
11	Rektalni aplikator, za klizmu, sterilan, za jednokratnu upotrebu, za pripremu pacijenata za hirurške intervencije, kolonoskopije i druge radiološke pretrage (irigografija)	16.250,00
12	Igle za PORT CT-Igle za implantabilni sistem za kontinuirano davanje terapije i sa zaštitnikom i "Y" konektorom, dimenzije 19 G, dužine 19-25 mm	48.070,00
13	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, dvolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: dvolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm, sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator	1.190.000,00
14	Centralni venski kateter, antimikrobni, set, trolumenski, veličine 7Fr, 20 cm, obložen spolja i iznutra hlorheksidinom i srebrosulfadiazinom. Set sadrži: trolumenski kateter sa produžnim linijama i zatvaračima za infuzione ulaze, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18GA, 6.35 cm, špric 5 ml, dilatator	1.155.000,00
15	Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od 0.30 do 0.40", 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator	664.000,00
16	Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od 0.30 do 0.40", 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator	1.360.000,00

17	Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od 0.30 do 0.40", 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator	1.040.000,00
26	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 10, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm	3.500,00
27	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 12, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm	3.500,00
28	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 16, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm	56.000,00
29	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 18, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm	56.000,00
30	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 20, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 5-15 ml. Dužina katetera 40 - 42 cm	56.000,00
31	Balonkateter po foley-u silikonski - za F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona 30ml, dužine najmanje 39cm, sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktan	4.900,00
32	Silikonski Foli kateter sa žicom vodiljom 21 inča, debljine 6 frenča, dužine 25 cm, 1.5 ml	17.000,00
33	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu za retrogradno tuneliranje sa V vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuffa" 50 cm, sa šitom koji se otvara (cepa) 16 Fr sa hemostatskom valvulom	720.000,00
34	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 19 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	240.000,00
35	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 23 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	720.000,00
36	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 27 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	960.000,00
37	Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu sa retrogradnim tuneliranjem sa "V" vrhom, dijametra 15 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 31 cm, sa šitom 16 Fr koji se cepa, sa hemostatskom valvulom	960.000,00

38	Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima	780.000,00
39	Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i pravim krakovima	182.000,00
40	Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 15 do 16 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom	52.000,00
41	Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12Fr dužine 20 cm sa antimikrobnom zaštitom sa hlorheksidonom	52.000,00
42	Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima	100.000,00
43	Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 14 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i zakrivljenim krakovima	110.000,00
44	Uretralni kateter bez balona, CH 12, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm	41.400,00
45	Uretralni kateter bez balona, CH14, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm	41.400,00
46	Uretralni kateter bez balona, CH 16, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm	41.400,00
47	Uretralni kateter bez balona, CH 18, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm	11.500,00
48	Uretralni kateter bez balona, CH 20, Nelaton vrh, PVC, silikonizirani, dužine najmanje 39 cm	11.500,00
49	Uretralni stent (double J) CH 6, dužina 28cm, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka	15.000,00
50	Uretralni stent (double J) CH 7, dužina 28cm, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka	15.000,00
51	Uretralni stent (double J) CH 7, dužina 22cm, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka	45.000,00
52	PVC zatvarač za urinarni kateter	1.500,00
53	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 14, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona zapremine 5-15 ml centralno postavljen oko katetera. Dužina katetera 40 - 42 cm	8.050,00
54	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh ,CH 18, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona zapremije 30-50 ml centralno postavljen oko katetera. Dužina katetera 40 - 42 cm	117.000,00
55	Dvokanalni Foley kateter, latex, silikonizirani, Tieman vrh , CH 20, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremine 30-50 ml centralno postavljen oko katetera. Dužina katetera 40 - 42 cm	117.000,00

56	Dvokanalni Foley kateter Ch 20, PVC termosenzitivni, Tiemann, sa dva otvora za drenažu urina, isturenim nastavkom sa Luer i Luer-lok sistemom za punjenje balona, zapremine 30 ml, dužine 41-43 cm	31.050,00
57	Dvokanalni Foley kateter Ch 18, PVC termosenzitivni, Couvelier vrh, sa dva otvora za drenažu urina, isturenim nastavkom sa Luer i Luer-lok sistemom za punjenje balona, zapremine 30 ml, dužine 41-43 cm	51.750,00
58	Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, latex - ojačani-polučvrsti, Ch 18, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	102.700,00
59	Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, termosenzitivni PVC, Ch 20, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	71.100,00
60	Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, latex - ojačani-polučvrsti, Ch 22, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	102.700,00
61	Trokanalni Foley kateter, Dufour veh, termosenzitivni PVC, Ch 18, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	71.100,00
62	Trokanalni Foley kateter, Dufour veh, termosenzitivni PVC, Ch 22, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	71.100,00
63	Trokanalni Foley kateter, Dufour veh, latex - ojačani-polučvrsti, Ch 20, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	71.100,00
64	Trokanalni Foley kateter, Dufour vrh, 100% silikon, Ch 20, dužine 40 - 43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona, sa 2 okca i izdubljenim okcem na vrhu	188.500,00
65	Trokanalni Foley kateter, Dufour vrh, Robusta guma, presvučen latexom, Ch 20, dužine 40 - 43 cm, dva otvora za drenažu, balon od latexa centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-100 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom	146.250,00
66	Trokanalni Foley kateter, Mercier vrh, Robusta guma, presvučen latexom, Ch 20, dužine 40-42 cm, dva otvora za drenažu, balon od latexa centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-100 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom	146.250,00
67	Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 16, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5-15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm	1.118.700,00
68	Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 18, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 - 15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm	1.138.500,00
69	Dvokanalni Foley kateter, latex-silikonizirani, Ch 20, pravi, cilindričan vrh, sa dva otvora, balon 5 -15 ml, centralno postavljen, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona, dužine najmanje 40 cm	84.150,00
70	Dvokanalni Foley kateter Ch 18, 100% silikon, neprovidan, cilindričan radiopaktan vrh i linija celom dužinom, 2 otvora za drenažu urina, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 10-20 ml. Dužina katetera 40 - 43 cm	25.650,00

71	Trokanalni Foley kateter za neobešiku, 100% silikon, Ch 20, dužine oko 40-45 cm, ravan otvoren vrh sa najmanje 4 otvora sa strane proksimalno od balona, zapremine 20-30 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punejnje balona	58.500,00
72	Uretralni kateter bez balona, Tiemann vrh bele boje, Ch 12, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm	26.100,00
73	Uretralni kateter bez balona, Tiemann vrh zelene boje, Ch 14, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm	30.450,00
74	Uretralni kateter bez balona, Tiemann vrh oranž boje, Ch 16, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm	30.450,00
75	Uretralni kateter bez balona, Tiemann vrh u crvene boje, Ch 18, PVC silikonizirani, dva otvora, dužine 37-40 cm	30.450,00
76	Uretralni kateter bez balona Ch 10, PVC, silikonizirani, dva otvora na vrhu, dužine najmanje 40 cm	20.700,00
77	Uretralni kateter bez balona Ch 12, PVC, silikonizirani, dva otvora dužine najmanje 40 cm	20.700,00
78	Ureteralni mono-J stent Ch 6, "pigtail", dužine 90 cm, građisana, žica vodilja sa fleksibilnim krajem, slavina na zaključavanje i konektor na urin kesu	184.500,00
79	Set za suprapubičnu drenazu mokraćne bešike - za suprapubičnu punkciju mokraćne bešike: 100% silikonski kateter, Ch 12, dužina najmanje 40 cm, balon 10-15 ml, troakar i skalpel	30.000,00
80	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 18 Ga, 4.45, igla 20 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Spring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel	360.000,00
81	Set za kateterizaciju arterije sa integrisanim guidewire-om, 20 Ga, 4.45, igla 22 Ga. Set sadrži: arterijski kateter preko igle za uvođenje sa integrisanim Spring-Wire Guid-om 025" u tubi odgovarjuće dužine, krilca za fiksaciju i skalpel	360.000,00
82	Termodilucioni kateter, set, dužine 110 cm, pet lumena, veličine 7,5 Fr, spolja i iznutra prevučen prevučen AMC Tromboshield zaštitom	408.240,00
83	Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, 10 Fr, dilatatorom od 11 Fr, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricom od 5 ml, skalpelom za plasiranje po Seldigeru	112.500,00
84	Perkutani uvodnik za termodilucioni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm. Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035", 45 cm, igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm i obturator 8 Fr, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera	412.500,00

85	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom kontinuiranog praćenja CCO, SvO2 i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	1.211.760,00
86	Termodilucioni PVC kateter sa funkcijom CCO i EDW, obložen antiseptičnim slojem i heparinom-unutrašnja i spoljašnja površina, sa markerom na svakih 10 cm i debljim na 50cm, kompatibilan sa monitorom Vigilance, 6 lumena, 110 cm, 7.5 Fr	846.450,00
87	Intrakardijalni kateter, PVC, fleksibilni za ventovanjeleve komore, 20 FR do 21FR, konktor 1/4"	387.000,00
88	Venska kanila dvostepena, armirana, sa opturatorom, bez konektora 40FR/32FR, dužina 40cm +/- 5 cm, sa 1/2" konektorom	832.000,00
89	Venska kanila dvostepena, armirana, PVC, sa opturatorom, bez konektora 46FR/34FR, dužina 40cm +/- 5 cm, sa 1/2" konektorom	104.000,00
90	Venska kanila prava armirana, PVC, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 28FR, dužina 40cm +/- 5 cm, sa 3/8" konektorom	60.000,00
91	Venska kanila prava armirana, PVC, sa vrhom koji ima više otvora, bez konektora 32FR, dužina 40cm +/- 5 cm, sa 3/8" konektorom	420.000,00
92	Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,22FR,dužine 33 cm +/-3cm,konektor 3/8"	207.000,00
93	Aortna kanila sa povijenim vrhom,armirana i sa usekom za fiksiranje šavom,24FR,dužine 33 cm +/-3cm,konektor 3/8"	851.000,00
94	Kanila sa iglom za davanje kardioplegije u koren aorte sa ventom, sastandardnim uvodnikom,veličina 7FR	467.200,00
95	Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 2 mm	168.000,00
96	Jednokratne kanile za dilataciju venskog grafta,prave sa tupim vrhom bez valvule,veličine 3 mm	56.000,00
97	Arterijska kanila za kaniliranje a.femoralis, ravna, armirana, tupog vrha sa plastičnim vrhom bez konektora 19 FR, dužine 43+-2cm, konekcija 3/8" debljina zida kanile ispod 0,5mm	1.179.000,00
98	Arterijska kanila za kaniliranje a.femoralis, ravna, armirana, tupog vrha sa plastičnim vrhom bez konektora 21 FR, dužine 43+-2cm, konekcija 3/8" debljina zida kanile ispod 0,5mm	471.600,00
99	Arterijska kanila, PVC, bez venta (za aksilarnu art.) produženog vrha sa dilatatorom i sa uvodnikom dužine 30cm+-3cm, konekcija 3/8", 18FR	51.000,00

100	Arterijska kanila, PVC, bez venta (za aksilarnu art.) produženog vrha sa dilatatorom i sa uvodnikom dužine 30cm+3cm, konekcija 3/8", 20FR	51.000,00
101	Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije, ravne, veličine 17FR	27.400,00
102	Silikonske koronarne ostijalne kanile za selektivno davanje kardioplegije, ravne, veličine 20 FR	109.600,00
103	Rigidne kanile sa silikonskim vrhom za selektivno davanje kardioplegije pod uglom od 45 stepeni, 10FR	35.000,00
104	Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 7 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. Sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje	1.595.000,00
105	Kateter okluzivni 5F	304.000,00
106	Kateter okluzivni aortni 12F	704.000,00

Критеријум за доделу оквирног споразума је „**најнижа понуђена цена**“. Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту најнижу понуђену цену, у циљу рангирања понуда наручилац ће спровести поступак жреба.

Због измена и допуна конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда је продужаван, те је коначан рок за подношење понуда био **23.10.2019. године до 10.00 часова**.

Благовремено, тј. до дана **23.10.2019. године до 10.00 сати** за партије од броја 7 до броја 17 и од броја 26 до броја 106 пристигле су **понуде** следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
105-131	„Aptus“ д.о.о. Београд, ул. Радомира Марковића бр. 43	18.10.2019.г.	08.30
105-132	„Magna Pharmacia“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 76	21.10.2019.г.	11.25
105-133	„Medtronic Srbija“ д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд	22.10.2019.г.	09.00
105-134	„Stiga“ д.о.о. Нови Сад, ул. Болманска бр. 8	22.10.2019.г.	09.00
105-136	„Sinofarm“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31	22.10.2019.г.	10.20
105-137	„Austro-line“ д.о.о. Београд, ул. Толстојева бр. 20а	22.10.2019.г.	11.23
105-139	„Biostent“ д.о.о., Ул. Чедо Миндеровића бр. 4, Београд	22.10.2019.г.	13.20
105-140	„Prospera“ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра 309 и „Ars Medic“ д.о.о. Београд, ул. Југ Богданова бр.14	22.10.2019.г.	13.50

105-141	„ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о., Аутопут 13, Блок 53, Нови Београд	23.10.2019.г.	08.07
105-143	„Layon“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Југовића бр. 7	23.10.2019.г.	08.50
105-144	„Biotec Medical“ д.о.о. Београд, ул. Ресавска бр. 2	23.10.2019.г.	09.35

Неблаговремених понуда није било.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 23.10.2019. године са почетком у 10.15 часова, о чему је сачињен Записник о отварању понуда бр. 105-146 од 23.10.2019. године, који је понуђачима достављен у законском року.

Комисија је извршила отварање, анализу и оцену понуда за партије бр. 7-17 и 26-106 по следећем:

1. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Aptus“ д.о.о. Београд, ул. Радомира Марковића бр. 43. Број под којим је понуда заведена код понуђача: Т-103/19 од 16.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 15, 16, 17, 38, 39, 82, 83 и 84, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
15	Large vessel catheterization catheter and kits, Balton Poljska, ZKDNXF20	1.595,00	20	1.914,00	661.925,00	794.310,00
16	Large vessel catheterization catheter and kits, Balton Poljska, ZKDND7F20	1.595,00	20	1.914,00	1.355.750,00	1.626.900,00
17	Large vessel catheterization catheter and kits, Balton Poljska, ZKDNT7F20	1.595,00	20	1.914,00	1.036.750,00	1.244.100,00
38	Catheters and kits for dialysis, Balton Poljska, ZDD12F15	2.600,00	20	3.120,00	780.000,00	936.000,00
39	Catheters and kits for dialysis, Balton Poljska, ZDD12F20	2.600,00	20	3.120,00	182.000,00	218.400,00
82	Criticath Pulmonary Artery Catheter(non coated) for thermodilution, Merit Medical Singapore Singapur, 680379	9.800,00	20	11.760,00	352.800,00	423.360,00
83	Large vessel catheterization catheter and kits, Balton Poljska, ZKDND11F20	7.500,00	20	9.000,00	112.500,00	135.000,00

84	Exacta Percutaneous Sheath Introducer Kit, Merit Medical Singapore Singapur, 680124	4.699,00	20	5.638,80	352.425,00	422.910,00
----	---	----------	----	----------	------------	------------

Понуда важи **90** дана од дана отварања понуда.

Понуђач „Aptus“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 686/2013 од 18.10.2013. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача „Aptus“ д.о.о. у Регистар понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „Aptus“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

У складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је од понуђача затражио додатно објашњење понуде (бр. 105-174 од 12.11.2019.г.) за партије број **15, 82 и 84**, односно Наручилац је од понуђача за партију број **15** затражио да јасно и прецизно наведе које добро нуди у партији број 15, односно са којим каталошким бројем (будући да се под каталошким бројем који је наведен у Обрасцу понуде у достављеном каталогу налази 6 добара различитих техничких карактеристика), за партију број **82** да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да је понуђено добро у партији бр. 82 споља и изнутра превучено АМС Tromboshield заштитом и за партију број **84** да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да понуђени сет садржи полиуретански уводник и обтуратор величине 8 Fr.

Понуђач „Aptus“ д.о.о. Београд је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-179 од 13.11.2019. године), у чијем прилогу је доставио: Изјаву произвођача „Balton“ од 13.11.2019.г. за партију број 15, копију налепнице за понуђено добро у партији број 15, Technical data summary за партију број 84.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број **15** оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od **0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено добро са каталошким бројем **ZKDN6F20** има Guide Wire od **0,038"**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број **16** оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено “Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od **0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatators“, а понуђено добро са каталошким бројем **ZKDND7F20** има Guide Wire od **0,035"**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број **17** оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено “Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide od **0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatators“, а понуђено добро са каталошким бројем **ZKDNT7F20** има Guide Wire od **0,035"**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број 38 оценила као је **неодговарајућу**, јер је тражено „Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 15 do 16 cm, sa setom za plasiranje i **pravim krakovima**“, а понуђено је добро „Catheters and kits for dialysis, Balton Poljska, ZDD12F15“, које има **закривљене кракове Ј-типа**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број 39 оценила као је **неодговарајућу**, јер је тражено „Dvolumenski kateter za kratkotrajnu hemodijalizu širine 12 Fr, dužine 20 cm, sa setom za plasiranje i **pravim krakovima**“, а понуђено је добро „Catheters and kits for dialysis, Balton Poljska, ZDD12F20“, које има **закривљене кракове Ј-типа**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број 82 оценила као **неодговарајућу**, јер понуђено добро **није** споља и унутра обложено AMC Tromboshield заштитом.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број 83 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Visoko protočni, dvolumenski CVK u setu sa: kateterom od 20 cm, **10 Fr**, dilatatorom od **11 Fr**, guide-wire .035"/60 cm/"J", špricem od **5 ml**, skalpelom za plasiranje po Seldigeru“, а понуђено је добро „Large vessel catheterization catheter and kits, Balton Poljska, ZKDND11F20“, које има катетер од **11 Fr**, дилататор од **12 Fr** и шприц од **10 ml**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партију број 84 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Perkutani uvodnik za termofilicni kateter kompatibilan sa monitorom tipa Vigilance, set, veličine 8.5 Fr, 10 cm. Set sadrži: 8.5 Fr, 10 cm radiopakni, poliuretanski uvodnik sa hemostatskom valvulom za kateter 7-7.5 Fr, Spring-wire-guide .035", 45 cm, **igla za uvođenje 18 Ga, 6.35 cm** i **obturator 8 Fr**, sa zaštitnim crevom dužine 80 cm protiv kontaminacije katetera“, а понуђено је добро „Exacta Percutaneous Sheath Introducer Kit, Merit Medical Singapore Singapur, 680124“, које има иглу за увођење **17 Ga, 7 cm**, а понуђени сет садржи обтуратор величине **7 Fr**, а тражен је обтуратор величине **8 Fr**.

Комисија је понуду понуђача „Aptus“ д.о.о. за партије број 15, 16, 17, 38, 39, 82, 83 и 84 оценила као **неприхватљиву**, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

2. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 76. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1816 од 04.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: **31, 32, 49, 50, 51, 52, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 78, 79**, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
31	FOLYSIL Foley Catheter, Silicone, 2-way Tip: Nelaton, Tiemann; over the guide; straight female; grooved, Coloplast, AA6118	420,00	10	462,00	4.200,00	4.620,00

32	FOLYSIL Foley Catheter, Pediatric Silicone, 2-way Tip: Nelatone with introducer; over the guide; LT with introducer, Coloplast, AA6106	940,00	10	1.034,00	9.400,00	10.340,00
49	Double loop ureteral stent in PA/PU / PU-R double loop ureteral stent, Coloplast, BNBB65	1.500,00	10	1.650,00	15.000,00	16.500,00
50	Double loop ureteral stent in PA/PU / PU-R double loop ureteral stent, Coloplast ,BNBB75	1.500,00	10	1.650,00	15.000,00	16.500,00
51	Double loop ureteral stent in PA/PU / PU-R double loop ureteral stent, Coloplast ,BNBB74	1.500,00	10	1.650,00	45.000,00	49.500,00
52	Catheter Spigot, Model: CPI820000, Coloplast, CPI820000	50,00	10	55,00	1.500,00	1.650,00
58	HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6118	1.580,00	10	1.738,00	102.700,00	112.970,00
60	HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6122	1.580,00	10	1.738,00	102.700,00	112.970,00
63	Prostatectomy Catheter, Siliconized Semi-Rigid Latex, Tip: Prostectomy Catheter, 3-way; Churet, 3-way, Delinotte, 3-way; Dufour, 3-way; Le Guillou, 4-way, Coloplast, AB3D20	1.580,00	10	1.738,00	71.100,00	78.210,00
64	HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6L20	1.580,00	10	1.738,00	91.640,00	100.804,00
65	Prostatectomy Catheter, Siliconized Semi-Rigid Latex, Tip: Prostectomy Catheter, 3-way; Churet, 3-way, Delinotte, 3-way; Dufour, 3-way; Le Guillou, 4-way, Coloplast, AB3D20	1.580,00	10	1.738,00	71.100,00	78.210,00

66	Prostatectomy Catheter, Siliconized Semi-Rigid Latex, Tip: Prostectomy Catheter, 3-way; Churet, 3-way, Delinotte, 3-way; Dufour, 3-way; Le Guillou, 4-way, Coloplast, AB3D20	1.580,00	10	1.738,00	71.100,00	78.210,00
70	FOLYSIL Foley Catheter, Silicone, 2-way Tip: Nelaton, Tiemann; over the guide; straight female; grooved, Coloplast, AA6118	420,00	10	462,00	18.900,00	20.790,00
71	HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6120	1.580,00	10	1.738,00	28.440,00	31.284,00
78	Single Loop Ureteral Stent Tip: closed renal tip; open renal tip drainage version, Coloplast, AC4406	4.100,00	10	4.510,00	184.500,00	202.950,00
79	SUPRAFLOW Supra-Pubic Drainage Kit, Coloplast, AJ9212	3.000,00	10	3.300,00	30.000,00	33.000,00

Понуда важи **90 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 2/2013 од 02.09.2013. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. у Регистар понуђача и Решење БПН 5423/2014 од 01.12.2014. године којим се региструје промена података у Регистру понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

У складу са чланом 93. Закона, наручилац је од понуђача „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. затражио додатно објашњење понуде (бр. 105-181 од 13.11.2019. године) за партије број **70, 78 и 79** у делу који се односи на техничке карактеристике понуђених добара, односно да наведе: где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да је понуђено добро у партији број **70** непровидно, где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да понуђено добро у партији број **78** има славину на закључавање и да за партију број **79** достави јасну и недвосмислену изјаву произвођача у којој је тачно и прецизно наведена величина балона у милилитрима, будући да у достављеном каталогу стоји да је величина балона 15ml, а достављен је и део назива „AJ92++ Supraflow complete suprapubic drainage set“ у коме стоји да је величина балона 5-10ml.

Понуђач „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-201 од 15.11.2019.године), у чијем прилогу је доставио извод из каталога и фотографију производа за партију број **78** и Data sheet за понуђено добро у партији број **79**.

Комисија је понуду понуђача „**Magna Pharmacia**“ д.о.о. за партију број **70** оценила као **одговарајућу** (слика у каталогу).

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 78 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 79 оценила као **одговарајућу** (у спецификацији је тражен балон 10-15 ml, а понуђен је балон од максимално 10 ml).

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 31 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Balonkateter po foley-u silikonski - za F-18, dvokanalni, silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, **zapremine balona 30ml**, dužine najmanje 39cm, sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktna“, а из каталога се види да понуђено добро са каталожским бројем AA6118 има балон запремине **15 ml**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 32 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Silikonski Foli kateter sa žicom vodicom 21 inča, debljine 6 frenča, **dužine 25 cm**, 1.5 ml“, а понуђено добро са каталожским бројем AA6106 је дужине **30 cm**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партије број 49, 50 и 52 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 51 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Uretralni stent (double J) CH 7, **dužina 22cm**, komponente stenta: JJ stent, od radiopaktnog poliuretana, graduisan, može stajati u organizmu 3-6 nedelja, pusher 40cm, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm, štipaljka“, а понуђено добро са каталожским бројем BNBB74 је дужине **26 cm**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 58 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, **latex - ojačani-polučvrsti**, Ch 18, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za puneње balona“, а понуђено је добро „HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6118“, које је од **силикона**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 60 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Trokanalni Foley kateter, Couvelaire vrh, **latex - ojačani-polučvrsti**, Ch 22, dužine 41-43 cm, balon centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-80 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za puneње balona“, а понуђено је добро „HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6122“, које је од **силикона**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партије број 63, 64 и 70 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 65 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражен катетер од **Robusta guma, presvučen latexom**, понуђен је катетер који је од **латекса**.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 66 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Trokanalni Foley kateter, **Mercier vrh, Robusta guma, presvučen latexom**, Ch 20, dužine 40-42 cm, dva otvora za drenažu, balon od latexa centralno postavljen oko osovine katetera, zapremine 50-100 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock

sistemom“, а понуђено је добро „Prostatectomy Catheter, Siliconized Semi-Rigid Latex, Tip: Prostatectomy Catheter, 3-way; Churet, 3-way, Delinotte, 3-way; Dufour, 3-way; Le Guillou, 4-way, Coloplast, AB3D20“, које је је **Dufour** тип врха и који је од латекса.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партију број 71 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Trokanalni Foley kateter za neobešiku, 100% silikon, Ch 20, dužine oko 40-45 cm, ravan otvoren vrh sa najmaње 4 otvora sa strane proksimalno od balona, zapremine 20-30 ml sa istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za puneјње balona“, а понуђено је добро „HYDRO X-FLOW Post Operative Catheter silicone with hydrogel coating, Tip: Couvelaire; Delinotte, Dufour, Coloplast, XB6120“, које је запремине 50ml и које није катетер за необешику, већ је троканални Foley катетер са Couvelier врхом и које стога нема раван отворен врх.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партије број 49, 50, 52, 63, 64, 70, 78 и 79 оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Magna Pharmacia“ д.о.о. за партије број 31, 32, 51, 58, 60, 65, 66 и 71 оценила као **неприхватљиву**, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

3. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Medtronic Srbija“ д.о.о. Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића 64а. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 159-10/19 од 09.10.2019.године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије од броја 87 до броја 103, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, katalogski broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
87	Intracardiac Sump MEDTRONIC Inc CFN 12012	1.650,00	20	1.980,00	297.000,00	356.400,00
88	MC2 Two Stage Venous Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 91240	2.410,00	20	2.892,00	771.200,00	925.440,00
89	MC2 Two Stage Venous Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 91246	2.410,00	20	2.892,00	96.400,00	115.680,00
90	Single Stage Venous Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 66128	2.410,00	20	2.892,00	48.200,00	57.840,00
91	Single Stage Venous Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 66132	2.410,00	20	2.892,00	337.400,00	404.880,00
92	Arterial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 87022	2.250,00	20	2.700,00	202.500,00	243.000,00

93	Arterial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 87024	2.250,00	20	2.700,00	832.500,00	999.000,00
94	Aortic Root Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 20014	1.430,00	20	1.716,00	457.600,00	549.120,00
95	DLP Vessel Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 30004	650,00	20	780,00	156.000,00	187.200,00
96	DLP Vessel Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 30003/30022	650,00	20	780,00	52.000,00	62.400,00
97	BioMedicus Next-Gen Femoral Arterial or Jugular Venous Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 96570-119	25.000,00	20	30.000,00	1.125.000,00	1.350.000,00
98	BioMedicus Next-Gen Femoral Arterial or Jugular Venous Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 96570-121	25.000,00	20	30.000,00	450.000,00	540.000,00
99	EOPA- Elongated One Piece Arterial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 77518/77718	5.000,00	20	6.000,00	50.000,00	60.000,00
100	EOPA- Elongated One Piece Arterial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 77520/77720	5.000,00	20	6.000,00	50.000,00	60.000,00
101	Coronary Artery Ostial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 30317	2.650,00	20	3.180,00	26.500,00	31.800,00
102	Coronary Artery Ostial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 30320	2.650,00	20	3.180,00	106.000,00	127.200,00
103	Coronary Artery Ostial Cannulae MEDTRONIC Inc CFN 30255	3.100,00	20	3.720,00	31.000,00	37.200,00

Понуда важи **90** дана од дана отварања понуда.

Понуђач „**Medtronic Srbija**“ д.о.о. Нови Београд је доставио Изјаву о упису у Регистар понуђача, Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача, Решење Агенције за привредне регистре БПН 1162/2019 од 22.04.2019. године којим се региструје промена података понуђача „**Medtronic Srbija**“ д.о.о. у Регистру понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „**Medtronic Srbija**“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

У складу са чланом 93. Закона, наручилац је од понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. затражио додатно објашњење (бр. 105-211 од 20.11.2019. године) за партије број 90 и 91 у делу који се односи на техничке карактеристике понуђених добара, односно од понуђача је затражено да достави јасну и недвосмислену изјаву произвођача колика је тачна дужина венских канила са каталошким бројевима 66128 и 66132 које понуђач нуди у партијама број 90 и 91.

Понуђач „Medtronic Srbija“ д.о.о. је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-214 од 22.11.2019. године), у којем је навео тачну дужину понуђених венских канила у партијама број 90 и 91.

Комисија је понуду понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. за партије број 90 и 91 оценила као одговарајућу.

Комисија је понуду понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. за партије број 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102 и 103 оценила као одговарајућу.

Комисија је понуду понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. за партију број 97 оценила као неодговарајућу, јер је дужина понуђеног добра 31,8 cm, а тражена је артеријска канила дужине 43± 2 cm.

Комисија је понуду понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. за партију број 98 оценила као неодговарајућу, јер је дужина понуђеног добра 31,8 cm, а тражена је артеријска канила дужине 43± 2 cm.

Комисија је понуду понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. за партије број 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102 и 103 оценила као прихватљиву, јер је одговарајућа, не садржи битан недостатак и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Medtronic Srbija“ д.о.о. за партије број 97 и 98 оценила као неприхватљиву, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

4. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, ул. Болманска бр. 8. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 120-0-19 од 21.10.2019. године. Понуђач наступа самостално.

Понуђене су партије број: 82, 84, 85, 86, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
82	Swan-Ganz VIP Thermodilution Catheter, Edwards LLC, SAD 831F75P	11.340,00	10	12.474,00	408.240,00	449.064,00
84	Intro-Flex Percutaneous Sheath Introducer - Tuohy Borst (Adjustable) Hemostasis Valve; Edwards LLC, SAD I350BF85	5.500,00	10	6.050,00	412.500,00	453.750,00

85	Swan-Ganz Continuous CCOMbo Thermodilution Catheter, Edwards LLC, SAD; 774F75	44.880,00	10	49.368,00	1.211.760,00	1.332.936,00
86	Swan –Ganz Continuous Cardiac Output Thermodilution Catheter; Edwards LLC, SAD ; 177F75N	31.350,00	10	34.485,00	846.450,00	931.095,00

Понуда важи **95 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „Stiga“ д.о.о. Нови Сад је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 620/2013 од 16.10.2013.године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача „Stiga“ д.о.о. у Регистар понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „Stiga“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Од понуђача „Stiga“ д.о.о. је у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражено додатно објашњење понуде (бр. 105-175 од 12.11.2019. године) за **партије број 82, 84, 85 и 86,** према следећем:

- за партију број 82:** од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да је понуђено добро каталошког броја 831F75P споља и изнутра превучено АМС Tromboshield заштитом, с обзиром да у наведеном каталошком броју не постоји ознака Н, која представља ознаку за АМС Tromboshield заштиту (хепарин + антисептични слој);
- за партију број 84:** од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да понуђени сет садржи обтуратор величине 8 Fr;
- за партије број 85 и 86:** од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да:
 - да су понуђена добра у партијама број 85 и 86 од PVC-а,
 - да су понуђена добра каталошких бројева 774F75 и 177F75N обложена антисептичним слојем и хепарином – унутрашња и спољашња површина, с обзиром да у наведеним каталошким бројевима не постоји ознака Н, која представља ознаку за ту заштиту.

Понуђач „Stiga“ д.о.о. је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-180 од 13.11.2019. године), у којем је навео да се добра која су садржала у каталошкој ознаци „Н“ више не производе и да зато једино може да понуди добра са свим осталим истим карактеристикама, с тим што **нису обложена хепарином и антисептичним слојем.**

Комисија је оценила понуду понуђача „Stiga“ д.о.о. Нови Сад за партије број 82, 85 и 86 као **неодговарајућу**, јер су понуђена добра која **нису обложена хепарином и антисептичним слојем** (немају АМС Tromboshield заштиту). За партије број 85 и 86 понуђач није доставио тражено додатно објашњење да ли су понуђена добра у партијама бр. 85 и 86 од PVC-а.

Комисија је оценила понуду понуђача „Stiga“ д.о.о. Нови Сад за партију број 84 као **неодговарајућу**, јер понуђач није доставио тражено додатно објашњење, а из понуде није могуће утврдити да ли сет садржи обтуратор величине 8 Fr.

Комисија је понуду понуђача „Stiga“ д.о.о. Нови Сад за партије број 82, 84, 85 и 86 оценила као **неприхватљиву**, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

5. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Sinofarm“ д.о.о. Београд, ул. Косте Нађа 31. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 785 од 08.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 1-7, 18-25, 44-48, 67-69. За партије број 1-6 и 18-25 је већ донета одлука. Партије број 7, 44-48 и 67-69 су понуђене према следећем:

Parti ja br.	Naziv ponudnog dobra, proizvođač, katalogski broj ili odgovarajuća oznaka	Jediničn a cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jediničn a cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
7	SINOMEDIC Foley Catheter Latex 2- way / SINOMEDIC Foley kateter latex 2- way, Anji Spenq Industrial Co.Ltd., LFC2W	43,00	10	47,30	2.150,00	2.365,00
44	SINOMEDIC Nelaton Catheter / SINOMEDIC Nelaton kateter, Anji SPENQ Industrial Co.Ltd., Kina, NCMAI	8,90	10	9,79	3.204,00	3.524,40
45	SINOMEDIC Nelaton Catheter / SINOMEDIC Nelaton kateter, Anji SPENQ Industrial Co.Ltd., Kina, NCMAI	8,90	10	9,79	3.204,00	3.524,40
46	SINOMEDIC Nelaton Catheter / SINOMEDIC Nelaton kateter, Anji SPENQ Industrial Co.Ltd., Kina, NCMAI	8,90	10	9,79	3.204,00	3.524,40
47	SINOMEDIC Nelaton Catheter / SINOMEDIC Nelaton kateter, Anji SPENQ Industrial Co.Ltd., Kina, NCMAI	8,90	10	9,79	890,00	979,00
48	SINOMEDIC Nelaton Catheter / SINOMEDIC Nelaton kateter, Anji SPENQ Industrial Co.Ltd., Kina, NCMAI	8,90	10	9,79	890,00	979,00
67	SINOMEDIC Foley Catheter Latex 2- way / SINOMEDIC Foley kateter latex 2- way, Anji Spenq Industrial Co.Ltd., LFC2W	43,00	10	47,30	485.900,00	534.490,00
68	SINOMEDIC Foley Catheter Latex 2- way / SINOMEDIC Foley kateter latex 2- way, Anji Spenq Industrial Co.Ltd., LFC2W	43,00	10	47,30	494.500,00	543.950,00
69	SINOMEDIC Foley Catheter Latex 2- way / SINOMEDIC Foley kateter latex 2- way, Anji Spenq Industrial Co.Ltd., LFC2W	43,00	10	47,30	36.550,00	40.205,00

Понуда важи **120 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „Sinofarm“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 2098/2013 од 27.12.2013. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача „Sinofarm“ д.о.о. у Регистар понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „Sinofarm“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „Sinofarm“ д.о.о. Београд у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатно објашњење понуде (бр. 105-182 од 13.11.2019. године) за **партије број 44-48 и 67-69** по питању каталошких бројева.

Понуђач „Sinofarm“ д.о.о. је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-199 од 15.11.2019.године), у којем је навео да сва понуђена добра у партијама од броја 44 до броја 48 имају исти каталошки број (каталошки број обухвата све тражене карактеристике и налази се на паковању), као и да сва понуђена добра у партијама број од броја 67 до броја 69 имају исти каталошки број (каталошки број обухвата све тражене карактеристике и налази се на паковању).

Комисија је понуду понуђача „Sinofarm“ д.о.о. за партије број **44, 45 и 46** оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Sinofarm“ д.о.о. за партије број **47 и 48** оценила као **одговарајућу**.

За партије број **7, 67, 68 и 69** извршено је, у складу са условима из конкурсне документације, испитивање узорака на Клиници за урологију Војномедицинске академије. Сачињен је Записник о испитивању узорака број 105-205 од 19.11.2019. године, који је достављен понуђачима који су доставили узорке.

Након завршеног поступка испитивања узорака, комисија је утврдила да узорци понуђача „Sinofarm“ д.о.о. имају уочене недостатке:

- за партију број 7: дужина узорка катетера је 39,5 cm (тражена дужина најмање 40 cm), балон није централно постављен, него латерално
- за партију број 67: латерализација балона (балон није централно постављен)
- за партију број 68: узорак нема тражену дужину, латерализација балона (балон није централно постављен)
- за партију број 69: балон је латерализован у једну страну, није централно постављен

Након завршеног поступка испитивања узорака, комисија је понуду понуђача „Sinofarm“ д.о.о. за партије број **7, 67, 68 и 69** оценила као **неодговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Sinofarm“ д.о.о. за партије број **44, 45, 46, 47 и 48** оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Sinofarm“ д.о.о. за партије број **7, 67, 68 и 69** оценила као **неприхватљиву**, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

6. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Austro-Line“ д.о.о. Београд, ул. Толстојева бр. 20а. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 522/19 од 25.09.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 15, 16, 17, 38, 39, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 94, према следећем:

Parti ja br.	Naziv ponudnog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
15	Centralni venski kateter, Guangdong Baihe Medical Technology Co, ltd, Kina, FV-1626	940,00	20	1.128,00	390.100,00	468.120,00
16	Centralni venski kateter, Guangdong Baihe Medical Technology Co, ltd, Kina, FC-2726	1.150,00	20	1.380,00	977.500,00	1.173.000,00
17	Centralni venski kateter, Guangdong Baihe Medical Technology Co, ltd, Kina, FC-3726	1.250,00	20	1.500,00	812.500,00	975.000,00
38	Kateter za hemodijalizu, Guangdong Baihe Medical Technology Co, ltd, Kina, FR-2225	2.100,00	20	2.520,00	630.000,00	756.000,00
39	Kateter za hemodijalizu, Guangdong Baihe Medical Technology Co, ltd, Kina, FR-2226	2.100,00	20	2.520,00	147.000,00	176.400,00
88	Dvostepena venska kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 322232/40	1.850,00	20	2.220,00	592.000,00	710.400,00
89	Dvostepena venska kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 322234/46	1.850,00	20	2.220,00	74.000,00	88.800,00
90	Venska kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 321228	2.050,00	20	2.460,00	41.000,00	49.200,00
91	Venska kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 321232	2.050,00	20	2.460,00	287.000,00	344.400,00
92	Arterijska kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 3412122	1.800,00	20	2.160,00	162.000,00	194.400,00
93	Arterijska kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 3412124	1.800,00	20	2.160,00	666.000,00	799.200,00
94	Aortna kanila, Tianjin Plastic Research Institute Co, ltd, Kina, 35201	1.400,00	20	1.680,00	448.000,00	537.600,00

Понуда важи **90 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „Austro-Line“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 749/2013 од 23.10.2013. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача „Austro-Line“ д.о.о. у Регистар понуђача, као и Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „Austro-Line“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „Austro-Line“ д.о.о. је у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатно објашњење понуде (бр. 105-212 од 20.11.2019. године) за **партије број 88, 89, 90 и 91**, у делу који се односи на техничке карактеристике понуђених добара, односно Наручилац је од понуђача затражио да објасни колика је **тачна дужина** понуђених венских канила у наведеним партијама, будући да се у приложеном каталогу не могу видети дужине, а у достављеним изјавама произвођача пише да је дужина понуђених канила у наведеним партијама 40cm±5cm.

Понуђач „Austro-Line“ д.о.о. је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-216 од 22.11.2019. године, а код понуђача под бројем 596/19 од 22.11.2019. године), у чијем прилогу се налази Изјава произвођача „Tianjin plastics research institute co. ltd“ којом произвођач прецизира тачне дужине венских канила понуђених у партијама број 88, 89, 90 и 91.

Комисија ја понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партије број 88, 89, 90 и 91 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партију број 15 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide **od 0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено добро има Spring-Wire Guide од **0,032"**.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партију број 16 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide **od 0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено добро има Spring-Wire Guide од **0,035" или 0,032"with 60 cm advancer**.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партију број 17 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide **od 0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено добро има Spring-Wire Guide од **0,035" или 0,032"with 60 cm advancer**.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партије број 38 и 39 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партије број 92 и 93 оценила као **неодговарајућу**, јер су различите дужине наведене у каталогу и у изјави произвођача, а изјавом произвођача не може да се докажује карактеристика која већ постоји у каталогу.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партију број 94 оценила као одговарајућу.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партије број 38, 39, 88, 89, 90, 91, и 94 оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Austro-Line“ д.о.о. за партије број 15, 16, 17, 92 и 93 оценила као **неприхватљиву**, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

7. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Biostent“ д.о.о. Београд, Ул. Чеде Миндеровића бр. 4. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 71/2019 од 01.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 12, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 104, 105 и 106, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, katalogski broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
12	PakuMed SFN – Port Needle Iгла за implantabilni port PakuMed medical products gmbh – Nemačka SFN XXXX S	1.920,00	10	2.112,00	88.320,00	97.152,00
33	Split Cath III Kateter за hemodijalizu , за dugotrajnu primenu Medical Components, Inc. dba MedComp - SAD ASPC55-3E.	48.000,00	10	52.800,00	720.000,00	792.000,00
34	Split Cath III Kateter за hemodijalizu , за dugotrajnu primenu Medical Components, Inc. dba MedComp - SAD ASPC24-3E.	48.000,00	10	52.800,00	240.000,00	264.000,00
35	Split Cath III Kateter за hemodijalizu , за dugotrajnu primenu Medical Components, Inc. dba MedComp - SAD ASPC28-3E.	48.000,00	10	52.800,00	720.000,00	792.000,00

36	Split Cath III Kateter za hemodijalizu , za dugotrajnu primenu Medical Components,Inc. dba MedComp – SAD ASPC32-3E.	48.000,00	10	52.800,00	960.000,00	1.056.000,00
37	Split Cath III Kateter za hemodijalizu , za dugotrajnu primenu Medical Components,Inc. dba MedComp – SAD ASPC36-3E.	48.000,00	10	52.800,00	960.000,00	1.056.000,00
38	Duo-Flow Side X Side Catheters Kateter za hemodijalizu , set Medical Components,Inc. dba MedComp - SAD XTP126MT=	2.095,00	10	2.304,50	628.500,00	691.350,00
39	Duo-Flow Side X Side Catheters Kateter za hemodijalizu , set Medical Components,Inc. dba MedComp - SAD XTP128MT=	2.095,00	10	2.304,50	146.650,00	161.315,00
49	Univera Soft Ureteral Stent Set Stent, ureteralni, set COOK IRELAND LIMITED – Irska USI-628-(CE)	3.500,00	10	3.850,00	35.000,00	38.500,00
50	Univera Soft Ureteral Stent Set Stent, ureteralni, set COOK IRELAND LIMITED – Irska USI-728-(CE)	3.500,00	10	3.850,00	35.000,00	38.500,00
51	Univera Soft Ureteral Stent Set Stent, ureteralni, set COOK IRELAND LIMITED – Irska USI-722-(CE)	3.500,00	10	3.850,00	105.000,00	115.500,00

104	PakuMed Titan Ports Standard Implantabilni infuzioni port PakuMed medical products gmbh – Nemačka 111XXX V(-PU)(-SET)	55.000,00	10	60.500,00	1.595.000,00	1.754.500,00
105	Pruitt Occlusion Catheter Balon kateter , okluzivni,vaskularni, periferni LeMaitre Vascular ,Inc - SAD 2103-56	8.000,00	10	8.800,00	304.000,00	334.400,00
106	Pruitt Aortic Occlusion Catheter Balon kateter , okluzivni,vaskularni LeMaitre Vascular ,Inc - SAD 2100-12	22.000,00	10	24.200,00	704.000,00	774.400,00

Понуда важи **90 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „**Biostent**“ д.о.о. Београд је доставио Извод о регистрацији привредног субјекта. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуђач је доставио и тражену документацију којом доказује испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 2), 3) и 4) Закона. Понуда понуђача „**Biostent**“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „**Biostent**“ д.о.о. је у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатна објашњења понуде (бр. 105-204 од 19.11.2019. г. и 105-219 од 22.11.2019.г) за **партије број 49 и 50**, у делу који се односи на техничке карактеристике понуђених добара, односно Наручилац је од понуђача затражио да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да је жица водиља са флексибилним крајем, да понуђено добро поседује штипаљку и да је **pusher дужине 40 cm, као што је тражено у спецификацији.**

Понуђач „**Biostent**“ д.о.о. је благовремено доставио тражена додатна објашњења понуде (заведена код Наручиоца под бројевима 105-213 од 20.11.2019. године, 105-215 од 22.11.2019. године и 105- 227 од 27.11.2019.г.), у којима је навео: да се у понуђеним сетовима за партије 49 и 50 налази жица водиља са флексибилним крајем као и да се у сету налазе по две штипаљке и доставио је Изјаву произвођача „Cook Medical“ Ireland којом потврђује наведено (уз додатно објашњење понуде и изјаву произвођача, понуђач је доставио и узорак у стерилном паковању, на основу којег тврди да се може потврдити састав сета, а који комисија није разматрала, јер конкурсном документацијом нису тражени узорци за наведене партије), а у свом додатном објашњењу понуде понуђач је навео и да се у понуђеном сету налази **pusher дужине 50 cm.**

Комисија је понуду за партије број **49 и 50** оценила као **неодговарајућу.**

Комисија је понуду за партију број **12** оценила као **одговарајућу.**

Понуђене цене партија бр. **12, 49, 50 и 51** прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партије број 33, 34, 35, 36 и 37 оценила као **неодговарајућу**, јер је у свакој наведеној партији тражен катетер дијаметра 15 Fr са **ретроградним** тунелирањем, а понуђен је катетер дијаметра 14 Fr са **антероградним** постављањем.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партије број 49, 50 и 51 оценила као **неодговарајућу**, јер је у свакој наведеној партији тражен стент са pusher-ом 40cm и жицом водилом са флексибилним крајем дужине 150cm, а понуђен је стент са pusher-ом дужине 50cm и жицом водилом дужине 145cm.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партију број 104 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Port-Implantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 7 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. Sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje“, а понуђено је „PakuMed Titan Ports Standard Implantabilni infuzioni port PakuMed medical products gmbh – Nemačka 111XXX V(-PU)(-SET)“, који има базу 28mm и могућност давања контраста на 300 psi, без доказа о издржљивости на Taxol.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партије број 38 и 39 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партије број 105 и 106 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партије број 38, 39, 105 и 106 оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Biostent“ д.о.о. за партије број 12, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51 и 104, оценила као **неприхватљиву**: за партију број 12 зато што понуђена цена прелази износ процењене вредности партије, за партије 49, 50 и 51 зато што је неодговарајућа и понуђене цене прелазе износе процењених вредности партија, а за партије број 33, 34, 35, 36, 37 и 104 зато што је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке.

8. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Prospera“ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра 309 и „Ars Medic“ д.о.о. Београд, ул. Југ Богданова бр.14.. Број под којим је понуда заведена код понуђача: : 04/10 од 04.10.2019. године. **Заједничка понуда**. Понуђене су партије број: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 80, 81 и 104, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
12	HuberNeedles GNSBYS 1920; GNSBYS 1925	1.000,00	10	1.100,00	46.000,00	50.600,00
13	Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with ARROWg+ard Blue PLUS® Catheter; CV-46702-E	1.750,00	10	1.925,00	1.190.000,00	1.309.000,00

14	Arrowg+ard Blue PLUS® Multi-Lumen CVC Set; CV-45703-E	1.750,00	10	1.925,00	1.155.000,00	1.270.500,00
15	Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter; CV-04701	940,00	10	1.034,00	390.100,00	429.110,00
16	Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter; CV-17702-E	970,00	10	1.067,00	824.500,00	906.950,00
17	Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter; CV-15703-E	1.400,00	10	1.540,00	910.000,00	1.001.000,00
33	Arrow® Cannon® II Plus Catheterization Set; CS-15552-VSP	48.000,00	10	52.800,00	720.000,00	792.000,00
34	Arrow® Cannon® II Plus Catheterization Set; CS-15242-VSP	48.000,00	10	52.800,00	240.000,00	264.000,00
35	Arrow® Cannon® II Plus Catheterization Set; CS-15282-VSP	48.000,00	10	52.800,00	720.000,00	792.000,00
36	Arrow® Cannon® II Plus Catheterization Set; CS-15322-VSP	48.000,00	10	52.800,00	960.000,00	1.056.000,00
37	Arrow® Cannon® II Plus Catheterization Set; CS-15362-VSP	48.000,00	10	52.800,00	960.000,00	1.056.000,00
38	Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions; CV-12122-F	2.200,00	10	2.420,00	660.000,00	726.000,00
39	Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions; CV-15122-F	2.200,00	10	2.420,00	154.000,00	169.400,00
40	Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions; CS-22122-F	5.200,00	10	5.720,00	52.000,00	57.200,00

41	Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions; CS-25122-F	5.200,00	10	5.720,00	52.000,00	57.200,00
42	Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Curved Catheter for High Volume Infusions; CS-15142-CF	5.000,00	10	5.500,00	100.000,00	110.000,00
43	Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Curved Catheter for High Volume Infusions; CS-12142-CF	5.000,00	10	5.500,00	100.000,00	110.000,00
80	Radial Artery Catheterization Set; RA-04018	1.000,00	10	1.100,00	360.000,00	396.000,00
81	Radial Artery Catheterization Set; RA-04020	1.000,00	10	1.100,00	360.000,00	396.000,00
104	Titanium port INFU-KT; IVP 1632 KTCT	52.400,00	10	57.640,00	1.519.600,00	1.671.560,00

Понуда важи **90 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „**Prospera**“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 22/2013 од 04.09.2013. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача у Регистар понуђача и Решење Агенције за привредне регистре БПН 728/2016 од 08.03.2016. године којим се региструје промена података у Регистру понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „**Prospera**“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Понуђач „**Ars Medic**“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 620/2018 од 07.03.2018. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача у Регистар понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „**Ars Medic**“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „**Prospera**“ д.о.о. у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатна објашњења понуда (бр. 105-186 од 13.11.2019. г. и 105-220 од 22.11.2019. г.) за **партије број 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 104**, односно Наручилац је од понуђача за партије број 38 и 39 тражио да објасни где се у понуди може утврдити да су понуђена добра за краткотрајну хемодијализу, за партије број 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, и 43 да објасни разлику између назива добара у решењима АЛИМС-а и наведених назива у обрасцу понуде са структуром цене, а за партију број 104 од понуђача је затражио да објасни понуду (прецизно наведе назив понуђеног добра, његов каталошки број и да ли поседује важеће решење АЛИМС-а за

добро под тим називом и са тим каталошким бројем) из разлога што постоји неподударност између назива понуђеног добра и каталошког броја понуђеног добра у Обрасцу понуде, изјави произвођача, решењу АЛИМС-а и приложеном каталогу.

Понуђач „Prospera“ д.о.о. је благовремено доставио тражена додатна објашњења понуде (заведена код Наручиоца под бројевима 105-187 од 14.11.2019.године и 105-225 од 26.11.2019. године). За партију број 104 понуђач „Prospera“ д.о.о. је доставио **појашњење понуђача „Ars Medic“ д.о.о.** - члана групе која је заједнички поднела понуду.

Понуђач је, у прилогу додатног објашњења, доставио Додатак захтеву за упис медицинских средстава у Регистар и DT N°5: INFU-KT EC Declaration of Conformity.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. и „Ars Medic“ д.о.о. за партију број 104 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партије број 12, 13 и 14 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партије број 33, 34, 35, 36 и 37 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партије број 38, 39, 40, 41, 42 и 43 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партију број 15 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, jednolumenski, veličine 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide **od 0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено је добро са Spring-Wire Guide од **0,032"**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партију број 16 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, dvolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide **od 0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, katetera, gla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено је добро са Spring-Wire Guide од **0,032"**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партију број 17 оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm . Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide **od 0.30 do 0.40"**, 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, od 6 do 7cm, špric zapremine od 5ml do 10ml, dilatator“, а понуђено је добро са Spring-Wire Guide од **0,032"**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. за партије број 80 и 81 оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. и „Ars Medic“ д.о.о. за партије број 12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 80, 81 и 104 оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „Prospera“ д.о.о. и „Ars Medic“ д.о.о. за партије број 15, 16 и 17, оценила као неприхватљиву, јер је неодогувајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

9. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о., Аутопут 13, Блок 53, Нови Београд. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 274/2019 од 11.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46 и 53. За партије број 18-24 је већ донета одлука. Партије број 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46 и 53 су понуђене према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
28	Synergy foley catheter; Protos Medical Products, SAD; 3121-16	220,00	10	242,00	35.200,00	38.720,00
29	Synergy foley catheter; Protos Medical Products, SAD; 3121-18	220,00	10	242,00	35.200,00	38.720,00
30	Synergy foley catheter; Protos Medical Products, SAD; 3121-20	220,00	10	242,00	35.200,00	38.720,00
31	Synergy silicone foley catheter; Protos Medical Products, SAD; 3122-18	320,00	10	352,00	3.200,00	3.520,00
44	Synergy nelaton catheter; Protos Medical Products, SAD; 3140-12	12,00	10	13,20	4.320,00	4.752,00
45	Synergy nelaton catheter; Protos Medical Products, SAD; 3140-14	12,00	10	13,20	4.320,00	4.752,00
46	Synergy nelaton catheter; Protos Medical Products, SAD; 3140-16	12,00	10	13,20	4.320,00	4.752,00
53	Synergy foley catheter; Protos Medical Products, SAD; 3121-14	220,00	10	242,00	5.060,00	5.566,00

Понуда важи **100 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. Нови Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 2175/2014 од 29.04.2014. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача у Регистар понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатна објашњења понуде (бр. 105-183 од 13.11.2019. г. и 105-203 од 19.11.2019. године) за **партије број 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46 и 53**, у делу који се односи на техничке карактеристике понуђених добара, према следећем:

-за партију број 31: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да је понуђено добро у наведеној партији провидно и да је радиопактно

-за партије број 28, 29 и 30: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да су понуђена добра у наведеним партијама са Luer и Luer lock системом за пуњење балона;

-за партије број 44, 45 и 46: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да су понуђена добра силиконизирани;

-за партију број 53: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да понуђени катетер има истурени наставак са Luer и Luer- lock системом за пуњење балона.

Понуђач „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. је благовремено доставио тражена додатна објашњења понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-190 од 14.11.2019.године и 105-210 од 20.11.2019.г./ код понуђача под бр. 315/2019 од 20.11.2019.г.), у којима је навео: да понуђени производи у партијама број **44, 45 и 46 НИСУ силиконизирани**, за партију број **31** понуђач је доставио каталог бренда „Synergy Medical Disposables“ у коме је све што је спецификацијом тражено- за партију број **31** - обележено маркером, а за партије број **28, 29, 30 и 53** понуђач је доставио узорке које комисија није разматрала (нити отварала), јер конкурсном документацијом нису тражени узорци за наведене партије.

Комисија је понуду понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. за партије број **44, 45 и 46** оценила као **неодговарајућу**, јер је понуђач у свом додатном објашњењу понуде навео да понуђени производи у партијама број 44, 45 и 46 **нису** силиконизирани, а у спецификацији су тражени силиконизирани уретрални катетери.

Комисија је понуду понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. за партију број **31** оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. за партије број **28, 29, 30 и 53** оценила као **неодговарајућу**, јер понуђач није одговорио на захтев за додатним објашњењем понуде по питању испуњености захтеваних техничких карактеристика понуђених добара, већ је доставио узорке који нису тражени конкурсном документацијом, па их комисија није узимала у разматрање.

Комисија је понуду понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. за партију број **31** оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битан недостатак и понуђена цена не прелази износ процене вредности партије.

Комисија је понуду понуђача „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. за партије број 28, 29, 30, 44, 45, 46 и 53 оценила као неприхватљиву, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

10. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Layon“ д.о.о. Београд, Ул. Браће Југовића бр. 7. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 393/19 од 04.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 67, 68 и 69. За партије број 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 већ је донета одлука. Партије број 67, 68 и 69 су понуђене према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
67	Foley kateter 16Fr, SUYUN#Jiangsu Suyun#FOL16SUY	50,00	10	55,00	565.000,00	621.500,00
68	Foley kateter 18Fr, SUYUN#Jiangsu Suyun#FOL18SUY	50,00	10	55,00	575.000,00	632.500,00
69	Foley kateter 20Fr, SUYUN#Jiangsu Suyun#FOL20SUY	50,00	10	55,00	42.500,00	46.750,00

Понуда важи **90 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „LAYON“ д.о.о. Београд је доставио Решење Агенције за привредне регистре БПН 984/2013 од 01.11.2013. године којим се усваја регистрациона пријава уписа понуђача у Регистар понуђача, као и Извод о регитрованим подацима из Регистра понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „LAYON“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „LAYON“ д.о.о. у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатно објашњење понуде (бр. 105-184 од 13.11.2019. године) за партије број 67, 68 и 69, у делу који се односи на каталошке бројеве и техничке карактеристике понуђених добара, односно Наручилац је од понуђача тражио да објасни неподударност између назива добара у Решењу АЛИМС-а и обрасцу понуде са структуром цене, као и неподударност каталошких бројева добара који су наведени у обрасцу понуде са структуром цене (FOL16SUY, FOL18SUY и FOL20SUY) и оних у каталогу (S ili H 5122 16, S ili H 5122 18, итд.) и да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да су добра од латекса, која је њихова дужина и да су са Luer и Luer lock системом.

Понуђач „LAYON“ д.о.о. је благовремено доставио тражено додатно објашњење понуде (заведено код Наручиоца под бројем 105-200 од 15.11.2019.године).

За партије број 67, 68 и 69 извршено је, у складу са условима из конкурсне документације, **испитивање узорака** на Клиници за урологију Војномедицинске академије. Сачињен је Записник о испитивању узорака број 105-205 од 19.11.2019. године, који је достављен понуђачима који су доставили узорке.

Након завршеног поступка испитивања узорака, комисија је утврдила да узорци понуђача „LAYON“ д.о.о. имају уочене недостатке:

- за партију број 67: наставак за пуњење балона није по Luer и Luer-Lock систему, као што је тражено у спецификацији; узорак показује латерализацију балона (балон није централно постављен)
- за партију број 68: наставак за пуњење балона није по Luer и Luer-Lock систему, као што је тражено у спецификацији; узорак показује латерализацију балона (балон није централно постављен)
- за партију број 69: наставак за пуњење балона није по Luer и Luer-Lock систему, узорак нема тражену дужину од најмање 40 cm.

Након завршеног поступка испитивања узорака, комисија је понуду понуђача „LAYON“ д.о.о. за партије број 67, 68 и 69 оценила као **неодговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „LAYON“ д.о.о. за партије број 67, 68 и 69 оценила као **неприхватљиву**, јер је неодговарајућа. Понуда не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

11. Подаци о понуђачу:

Назив и адреса: „Biotec Medical“ д.о.о. Београд, Ул. Ресавска бр. 2. Број под којим је понуда заведена код понуђача: 408/19 од 21.10.2019. године. Понуђач наступа самостално. Понуђене су партије број: 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78, према следећем:

Partija br.	Naziv ponudjenog dobra, proizvođač, katalogski broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna vrednost partije bez PDV-a	Ukupna vrednost partije sa PDV-om
7	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/180605	63,00	10%	69,30	3.150,00	3.465,00
8	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/180605	63,00	10%	69,30	5.670,00	6.237,00
9	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/180605	63,00	10%	69,30	6.300,00	6.930,00
27	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181305	253,00	10%	278,30	2.530,00	2.783,00
28	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181305	253,00	10%	278,30	40.480,00	44.528,00
29	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181305	253,00	10%	278,30	40.480,00	44.528,00
30	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181305	253,00	10%	278,30	40.480,00	44.528,00

31	RUSCH Brilliant(Silicone) Balloon Catheter/Teleflex Medical/170630	488,00	10%	536,80	4.880,00	5.368,00
32	RUSCH Brilliant(Silicone) Balloon Catheter/Teleflex Medical/170003	580,00	10%	580,58	5.800,00	6.380,00
44	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	112,00	10%	123,20	40.320,00	44.352,00
45	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	112,00	10%	123,20	40.320,00	44.352,00
46	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	112,00	10%	123,20	40.320,00	44.352,00
47	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	112,00	10%	123,20	11.200,00	12.320,00
48	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	112,00	10%	123,20	11.200,00	12.320,00
49	Ureter Stent/Teleflex Medical/334703	2.370,00	10%	2.607,00	23.700,00	26.070,00
50	Ureter Stent/Teleflex Medical/334703	2.370,00	10%	2.607,00	23.700,00	26.070,00
51	Ureter Stent/Teleflex Medical/334212	3.290,00	10%	3.619,00	98.700,00	108.570,00
52	Catheter Plug, Willy Rusch, 548000	48,50	10%	53,35	1.455,00	1.600,50
53	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181305	253,00	10%	278,30	5.819,00	6.400,90
54	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181330	278,00	10%	305,80	50.040,00	55.044,00
55	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/181330	278,00	10%	305,80	50.040,00	55.044,00
56	SoftSimplastic Balloon Catheter, Teleflex Medical, 661630	690,00	10%	759,00	31.050,00	34.155,00
57	SoftSimplastic Balloon Catheter, Teleflex Medical, 662530	1.150,00	10%	1.265,00	51.750,00	56.925,00
59	SoftSimplastic Balloon Catheter, Teleflex Medical, 664176	1.580,00	10%	1.738,00	71.100,00	78.210,00
61	SoftSimplastic Balloon Catheter, Teleflex Medical, 664575	1.580,00	10%	1.738,00	71.100,00	78.210,00

62	SoftSimplastic Balloon Catheter, Teleflex Medical, 664575	1.580,00	10%	1.738,00	71.100,00	78.210,00
64	3-Way Silicone Foley Catheter/Willy Rusch/174000	1.500,00	10%	1.650,00	87.000,00	95.700,00
65	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/204502	3.250,00	10%	3.575,00	146.250,00	160.875,00
66	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/204410	3.250,00	10%	3.575,00	146.250,00	160.875,00
67	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/180605	63,00	10%	69,30	711.900,00	783.090,00
68	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/180605	63,00	10%	69,30	724.500,00	796.950,00
69	RUSCH Gold Balloon Catheter/Teleflex Medical/180605	63,00	10%	69,30	53.550,00	58.905,00
70	RUSCH Brilliant(Silicone) Balloon Catheter/Teleflex Medical/170630	488,00	10%	536,80	21.960,00	24.156,00
71	RUSCH Brilliant(Silicone) Balloon Catheter/Teleflex Medical/173420	3.200,00	10%	3.520,00	57.600,00	63.360,00
72	PVC Model:221800/Willy Rusch/221800	135,00	10%	148,50	24.300,00	26.730,00
73	PVC Model:221800/Willy Rusch/221800	135,00	10%	148,50	28.350,00	31.185,00
74	PVC Model:221800/Willy Rusch/221800	135,00	10%	148,50	28.350,00	31.185,00
75	PVC Model:221800/Willy Rusch/221800	135,00	10%	148,50	28.350,00	31.185,00
76	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	115,00	10%	126,50	20.700,00	22.770,00
77	Nelaton-Robinson bladder catheter, Willy Rusch, 220500	115,00	10%	126,50	20.700,00	22.770,00
78	Ureter Stent/Teleflex Medical/334400	3.850,00	10%	4.235,00	173.250,00	190.575,00

Понуда важи **90 дана** од дана отварања понуда.

Понуђач „**Biotec Medical**“ д.о.о. Београд је доставио Изјаву о упису у Регистар понуђача, као и Извод о регистрованим подацима из Регистра понуђача. Провером на сајту АПР-а утврђено је да је регистрација активна. Понуда понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. не садржи битан недостатак.

Наручилац је од понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. у поступку јавне набавке, на основу члана 93. Закона, затражио додатна објашњења понуде (бр. 105-185 од 13.11.2019. г. и 105-221 од 22.11.2019. године) за партије број 28, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, и 77, у делу који се односи на техничке карактеристике понуђених добара, према следећем:

- за партије број 28, 29, 30, 53, 54, 55, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76 и 77: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди може јасно и недвосмислено утврдити тачна дужина понуђених катетера у наведеним партијама, будући да у приложеном каталогу испред дужине понуђених катетера стоји реч „Апрох.“, односно „приближно“;
- за партију број 70: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди/приложеном каталогу може утврдити да је понуђено добро непровидно.
- за партију број 31 : од понуђача је тражено да објасни где се у понуди може јасно и недвосмислено утврдити тачна дужина понуђеног балонкатетера у наведеној партији, будући да у приложеном каталогу испред дужине понуђеног катетера стоји реч „Апрох.“, односно „приближно“
- за партију број 32: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди може јасно и недвосмислено утврдити тачна дужина понуђеног силиконског Фоли катетера, будући да у приложеном каталогу испред дужине понуђеног катетера стоји реч „Апрох.“, односно „приближно“
- за партије број 47 и 48: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди може јасно и недвосмислено утврдити тачна дужина понуђених уретралних катетера, будући да у приложеном каталогу испред дужине понуђених катетера стоји реч „Апрох.“, односно „приближно“
- за партије број 49 и 50: од понуђача је тражено да објасни где се у понуди може јасно и недвосмислено утврдити тачна дужина pusher-а и жице водиле, будући да у приложеном каталогу испред дужина понуђених pusher-а и жица водиле стоји реч „Апрох.“, односно „приближно“.

Понуђач „**Biotec Medical**“ д.о.о. је благовремено доставио тражена додатна објашњења понуде (заведена код Наручиоца под бројевима 105-202 од 18.11.2019. године и 105-226 од 26.11.2019. године), у којима је навео да је за партију број 70 понуђен транспарентни катетер, за партије бр. 28, 29, 30, 53, 54, 55, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, понуђач је доставио изјаву свог принципала „Teleflex Medical Europe“ којом прецизира тачну дужину катетера, а у прилогу додатног објашњења понуде доставио је и оригиналне налепнице за катетере које је понудио у наведеним партијама.

За партије број 31, 32, 47, 48, 49 и 50, понуђач је такође доставио Изјаву принципала „Teleflex Medical Europe“ везану за тачну дужину катетера, као и за тачну дужину „pusher“-а и жице водиле, као и оригиналне налепнице за катетере које је понуђач понудио у наведеним партијама.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број 8, 9 и 27 оценила као одговарајућу.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број 28, 29, 30, 53, 54, 55, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, оценила као одговарајућу.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партију број 31 оценила као неодговарајућу, јер је тражено: „Balonkateter po foley-u silikonski - za F-18, dvokanalni,

silikonski/100% silikon/, providini, sa oblim vrhom, zapremine balona **30ml**, dužine najmanje 39cm, sa X-Ray rentgenskom linijom, radiopaktna“, a из каталога се види да понуђено добро величине Ch 18/20 има запремину балона **20 ml**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партију број **32** оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено: „Silikonski Foli kateter sa žicom vodiljom 21 inča, debljine 6 frenča, **dužine 25 cm**, 1.5 ml“, а понуђен је катетер дужине **31 cm**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **47 и 48** оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **49 и 50** оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „...pusher **40cm**, žica vodilja sa fleksibilnim krajem dužine 150cm...“, а понуђач је доставио изјаву произвођача да понуђено добро у партијама број 49 и 50 са каталошким бројем 334703 поседује introducer – **45cm long**, flexible guidewire – 150cm long. Понуђене цене за партије број **49 и 50** прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партију број **51** оценила као **одговарајућу**. Понуђена цена за партију број **51** прелази процењену вредност партије.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партију број **52** оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партију број **70** оценила као **неодговарајућу**, јер је тражено „Dvokanalni Foley kateter Ch 18, 100% silikon, **neprovidan**, cilindričan radiopaktna vrh i linija celom dužinom , 2 otvora za drenažu urina, istureni nastavak sa Luer i Luer-lock sistemom za punjenje balona zapremije 10-20 ml. Dužina katetera 40 - 43 cm“, а понуђач је у свом додатном објашњењу понуде навео да је за партију број 70 понудио **транспарентни катетер (провидан)**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **74, 75, 76 и 77** оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **44, 45, 46, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 71 и 78** оценила као **одговарајућу**.

За партије број **7, 8, 9, 67, 68 и 69** извршено је, у складу са условима из конкурсне документације, **испитивање узорака** на Клиници за урологију Војномедицинске академије. Сачињен је Записник о испитивању узорака број 105-205 од 19.11.2019. године, који је достављен понуђачима који су доставили узорке.

Након завршеног поступка испитивања узорака, комисија је утврдила да узорци понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **7, 8, 9, 67, 68 и 69** немају уочених недостатака.

Након завршеног испитивања узорака, комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **7, 8, 9, 67, 68 и 69** оценила као **одговарајућу**.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број **7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,**

77 и 78 оценила као **прихватљиву**, јер је одговарајућа, не садржи битне недостатке и понуђене цене не прелазе износе процењених вредности партија.

Комисија је понуду понуђача „**Biotec Medical**“ д.о.о. за партије број 31, 32, 49, 50, 51 и 70 оценила као **неприхватљиву**:

- за партије број 31 и 32 зато што је неодговарајућа
- за партије број 49 и 50 зато што је неодговарајућа и понуђене цене прелазе износе процењених вредности партија
- за партију број 51 зато што понуђена цена прелази износ процењене вредности партије
- за партију број 70 зато што је неодговарајућа.

Понуда не садржи битне недостатке.

Прихватљиве понуде су рангиране применом критеријума „најнижа понуђена цена“, као у табели:

[illegible]

Партија а број	Укупна процењена вредност партије без ПДВ-а	Aptus	Magna Pharmacia	Medtronic Srbija	Stiga	Sinofarm	Austro - Line	Biostent	Prospera i Ars Medic	ОМНИ МЕДИКАЛ	Layon	Biotec Medical
28	56.000,00									35.200 неодговарају ћа		40.480
29	56.000,00									35.200 неодговарају ћа		40.480
30	56.000,00									35.200 неодговарају ћа		40.480
31	4.900,00		4.200 неодговарају ћа							3.200		4.880 неодговарају ћа
32	17.000,00		9.400 неодговарају ћа									5.800 неодговарају ћа
33	720.000,00							720.000 неодговарају ћа	720.000			
34	240.000,00							240.000 неодговарају ћа	240.000			
35	720.000,00							720.000 неодговарају ћа	720.000			
36	960.000,00							960.000 неодговарају ћа	960.000			
37	960.000,00							960.000 неодговарају ћа	960.000			
38	780.000,00	780.000 неодговарају ћа					630.000	628.500	660.000			
39	182.000,00	182.000 неодговарајућа					147.000	146.650	154.000			

Партија а број	Укупна процењена вредност партије без ПДВ-а	Aptus	Magna Pharmacia	Medtronic Srbija	Stiga	Sinofarm	Austro - Line	Biostent	Prosperra i Ars Medic	ОМНИ МЕДИКАЛ	Layon	Biotec Medical
40	52.000,00								52.000			
41	52.000,00								52.000			
42	100.000,00								100.000			
43	110.000,00								100.000			
44	41.400,00					3.204				4.320 неодговарају ћа		40.320
45	41.400,00					3.204				4.320 неодговарају ћа		40.320
46	41.400,00					3.204				4.320 неодговарају ћа		40.320
47	11.500,00					890						11.200
48	11.500,00					890						11.200
49	15.000,00		15.000					35.000 неодговарају ућа, преко процењене				23.700 неодговарају ћа, преко проц.
50	15.000,00		15.000					35.000 неодговарају ућа, преко процењене				23.700 неодговарају ћа, преко проц.
51	45.000,00		45.000 неодговарају ћа					105.000 неодговарају ућа, преко процењене				98.700-преко процењене

[illegible]

Партија а број	Укупна процењена вредност партије без ПДВ-а	Aptus	Magna Pharmacia	Medtronic Srbija	Stiga	Sinofarm	Austro - Line	BioStent	Prospera i Ars Medic	ОМНИ МЕДИКАЛ	Layon	Biotec Medical
78	184.500,00		184.500									173.250
79	30.000,00		30.000									
80	360.000,00								360.000			
81	360.000,00								360.000			
82	408.240,00	352.800 неодговарају ћа			408.240 неодговарају ћа							
83	112.500,00	112.500 неодговарају ћа										
84	412.500,00	352.425 неодговарају ћа			412.500 неодговарају ћа							
85	1.211.760,00				1.211.760 неодговарају ћа							
86	846.450,00				846.450 неодговарају ћа							
87	387.000,00			297.000								
88	832.000,00			771.200			592.000					
89	104.000,00			96.400			74.000					
90	60.000,00			48.200			41.000					
91	420.000,00			337.400			287.000					

Партија а број	Укупна процењена вредност партије без ПДВ-а	Aptus	Magna Pharmacia	Medtronic Srbija	Stiga	Sinofarm	Austro - Line	Biostent	Prospera i Ars Medic	ОМНИ МЕДИКАЛ	Layon	Biotec Medical
92	207.000,00			202.500			162.000 неодговарајућа					
93	851.000,00			832.500			666.000 неодговарајућа					
94	467.200,00			457.600			448.000					
95	168.000,00			156.000								
96	56.000,00			52.000								
97	1.179.000,00			1.125.000 неодговарајућа								
98	471.600,00			450.000 неодговарајућа								
99	51.000,00			50.000								
100	51.000,00			50.000								
101	27.400,00			26.500								
102	109.600,00			106.000								
103	35.000,00			31.000								
104	1.595.000,00							1.595.000 неодговарајућа	1.519.600			
105	304.000,00							304.000				

Партија а број	Укупна процењена вредност партије без ПДВ-а	Aptus	Magna Pharmacia	Medtronic Srbija	Stiga	Sinofarm	Austro - Line	Biostent	Prospera i Ars Medic	ОМНИ МЕДИКАЛ	Layon	Biotec Medical
106	704.000,00							704.000				

Имајући у виду напред наведено, комисија је дала следећи предлог:

1. Да се на основу члана 107. став. 1. Закона одбије као неприхватљива понуда понуђача:
 - „Aptus“ д.о.о. Београд, за партије бр. 15, 16, 17, 38, 39, 82, 83 и 84
 - „Magna Pharmacia“ д.о.о. Нови Београд, за партије број 31, 32, 51, 58, 60, 65, 66 и 71,
 - „Medtronic Srbija“ д.о.о. Нови Београд, за партије број 97 и 98,
 - „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, за партије број 82, 84, 85 и 86,
 - „Sinofarm“ д.о.о. Београд, за партије број 7, 67, 68 и 69,
 - „Austro-Line“ д.о.о. Београд, за партије број 15, 16, 17, 92, и 93,
 - „Biostent“ д.о.о. Београд, за партије број 12, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 50, 51 и 104,
 - „Prospera“ д.о.о. Београд и „Ars Medic“ д.о.о. Београд, за партије број 15, 16 и 17,
 - „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о., Нови Београд, за партије број 28, 29, 30, 44, 45, 46 и 53,
 - „Layon“ д.о.о. Београд, за партије број 67, 68 и 69,
 - „Biotec Medical“ д.о.о. Београд, за партије 31, 32, 49, 50, 51 и 70.
2. Да се на основу члана 107. став 3. и 6. Закона донесе одлука о закључењу оквирног споразума са понуђачима:
 - „Magna Pharmacia“ д.о.о. Београд, за партије број 49, 50, 63, 70 и 79,
 - „Medtronic Srbija“ д.о.о. Нови Београд, за партије број 87, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 102 и 103,
 - „Sinofarm“ д.о.о. Београд, за партије број 44, 45, 46, 47 и 48,
 - „Austro-Line“ д.о.о. Београд, за партије број 88, 89, 90, 91 и 94,
 - „Biostent“ д.о.о. Београд, за партије број 38, 39, 105 и 106,
 - „Prospera“ д.о.о. Београд, и „Ars Medic“ д.о.о. Београд, за партије број 12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 80, 81 и 104,
 - „ОМНИ МЕДИКАЛ“ д.о.о. Нови Београд, за партију број 31,
 - „Biotec Medical“ д.о.о. Београд, за партије број 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78.
3. Да се на основу члана 109. став 1. Закона обустави поступак јавне набавке за партије број 10, 11, 15, 16, 17, 26, 32, 51, 58, 60, 82, 83, 84, 85, 86, 97 и 98, јер нису испуњени услови за доделу одлуке о закључењу оквирног споразума

На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 105-230 од 02.12.2019. године, одлучио сам као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈС 

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

 **ДИРЕКТОР**
пуковник
др Радан Костић
