



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 105 - 15
30 -09- 2019 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 26.09.2019. године, захтев, исправку захтева и захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за 18/19 Медицински нехемијски потрошни материјал – катетери, каниле и дилататори, за потребе ВМА, ВБ Нови Сад, ВБ Ниш и ЦАпСк-а, по следећем:

„ Поштовани,

У вези са јавном набавком бр. 18/19 - Медицински нехемијски потрошни материјал - Катетери, каниле и дилататори молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

1. Да ли је за Наручиоца у партијама 15, 16 и 17 - Centralni venski kateteri, у којима се између осталог тражи игла уводник од 18Ga и 6.35 cm, прихватљив centralni venski kateter који у сету има иглу за увођење од 18Ga и одступањем дужине игле од $\pm 3\%$, тј. иглу дужине 6.5 cm, а у свему осталом исти према траженим спецификацијама?

2. У конкурсној документацији, у делу 2 - Услови и техничка спецификација, наведени су захтевани рокови трајања производа за све партије. Уколико је за нека добра УКУПАН произвођачки рок 2 године, као и тражени рок у моменту испоруке из нашег обрасца, да ли ће понуда бити прихватљива уколико у тим партијама, понудимо добра којима ће рок важења бити минимум 18 месеци од момента испоруке, како бисте обезбедили конкуренцију, у складу са начелом обезбеђивања конкуренције, Члан 10 ЗЈН?“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Мења се назив и опис партије број 15, тако да гласи: Centralni venski kateter, set, jednolumenski, величине 14Ga, 20 cm. Set sadrži: Jednolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, **6.3 cm – 6.5 cm**, špric 5ml, dilatator.

Мења се назив и опис партије број 16, тако да гласи: Centralni venski kateter, set, dvolumenski, величине 7 Fr, 20 cm. Set sadrži: Dvolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, katetera, igla za uvođenje 18 Ga, **6.3 cm – 6.5 cm**, špric 5ml, dilatator.

Мења се назив и опис партије број 17, тако да гласи: Centralni venski kateter, set, trolumenski, veličine 7 Fr, 20 cm. Set sadrži: Trolumenski kateter sa produžnim linijama i krilcem za fiksaciju, Spring-Wire Guide .032" 60 cm sa advancerom, igla za uvođenje 18 Ga, **6.3 cm – 6.5 cm**, špric 5ml, dilatator.

За партије од броја 13 до 25 и од броја 80 до 103 у Колони техничке спецификације „Рок трајања” уместо „минимум 2 године у моменту испоруке” треба да стоји: „**минимум 18 месеци у моменту испоруке**”.

МП
тп

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

ДИРЕКТОР
ИЗУКОВНИК
др Радан Костић