



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 105 - 97
04-10-2019 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.-

Заинтересована лица је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, су доставила 03.10.2019. године, захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 18/19 Катетери, каниле и дилататори за потребе ВМА, ВБ Нови Сад, ВБ Ниш и ЦапСк-а**, по следећем:

Питање број 1:

„Поштовани,

Сходно члану бр. 63. Став 2. ЗЈН-а молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку 18/19 - Медицински нехемијски потрошни материјал - Катетери, каниле и дилататори.

Молимо Вас за додатно појашњење Вашег одговора од 30.09.2019. године број 105-79 за партију 104:

Како наручилац није разматрао измену техничке спецификације на основу питања заинтересованог лица, молимо за објашњење зашто није прихватљив производ за који се наводи да испуњава све захтеване функционалне карактеристике, а разликује се у мањој мери по облику и димензијама, што не би требало да представља битну сметњу за имплантацију порта или самог корисника?“

Питање број 2:

„Молимо вас да нам, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доставите додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку број 18/19, чији је предмет набавке - Медицински нехемијски потрошни материјал - катетери, каниле и дилататори, за потребе ВМА, ВБ Нови Сад, ВБ Ниш и ЦАПСК, према следећем:

Партија број 104 - Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim "attachable" kateterom dijametra od 8 do 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24- 26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5cc/sec na 325 psi. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide vvire, peel away uvodnik, podizač vene, konektor za ispiranje

Предлажемо да извршите измену конкурсне документације за наведену партију, у делу техничких спецификација на начин да гласи:

Port-Impantabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa silikonskim/poliuretan

"attachable" kateterom dijametr aminimum od 5 do maksimum 10 Fr. Dimenzije porta visina 9-14 mm x baza - okrugla 24-26mm x septum 9-14mm. Vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol. Sa mogućnošću davanja kontrasta 5 ml/sec minimum 300 PSI. sadržaj seta: port i kateter, instrument za tunelizaciju, zakrivljena igla za port, prava igla za port, 1 guide wire, peel away uvodnik, podizač vene.

Предложена спецификација суштински задовољава тражене функционалне и безбедоносне карактеристике система. На овај начин омогућено је учешће већем броју понуђача у поступку ЈН чиме се обезбеђује могућност постизања ниже цене а што је и основно начело ЗЈН.


Измену предлажемо из разлога што сматрамо да је, за ову партију, предвиђена техничка спецификација којом је ограничена конкуренција, а што је супротно одредбама ЗЈН, те вам указујемо да наведену неправилност отклоните.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованим лицима:**

За тражено добро на партији број 104 са дијаметром катетера мањим од 8 Fr, односно већим од 10 Fr, у досадашњој пракси се показало да не задовољава потребе приликом лечења пацијената.

Нема измене техничке спецификације која је саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

НП
МР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
ПОТПУКОВНИК
Дарио Малешевић



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета