



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника
Бр. 107- 36
20 MAJ 2018дине

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњењем конкурсне документације за ЈН бр. 15/16: Катетери, каниле и дилататори, по следећем:

Понуђач :

„Молим Вас да потврдите да ће тендерска комисија прихватити за партије 44, 45, 46 дужину катетера од 41cm, која се уклапа у мишљење Републичке комисије за јавне набавке којом је дозвољено одступање у испуњавању тражене техничке спецификације која је дефинисана чланом закона 71 ЗЈН-а у нивоу од 10%.

Такође молимо да прихватите учешће за партију 36, катетера за Ch 22 и балон величине 70ml, чиме се не ремети функционалност медицинског средства за величину Ch 22.

Молимо и да за партију 52 прихватите учешће за дужину од 31cm чиме се не компромитује функционалност траженог катетера.“

Одговор наручиоца:

Крајњи корисник је мишљења да треба поступити по траженим техничким спецификацијама за партије број 36, 44, 45, 46 и 52.

Понуђач :

«Поводом Вашег расписа за учешће у поступку јавне набавке ЈН 15/16, молимо Вас за одговор на следећа питања:

Partiia 64 Dvolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu sa "V" vrhom, dijametra 14 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 24 cm, u setu sa 1 iglom uvodnikom, 2 dilatatora, 2 žice sa J vrhom, 2 kapice, 1 tunelator, 1 "peel-away sheet", prav i sa krivinom.

Узимајући у обзир да не постоји универзални хемодијализни катетер сет, да ли ће бити прихватљив хемодијализни сет са оваквом спецификацијом – Trolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu, dijametra 15,5 Fr, dužine do "cuff-a" 23cm u setu sa fleksibilnom podrškom, 1 iglom uvodnikom, dilatatorom, žicom vodilicom 80cm, scalpel, 2 kapice, 1 tunelatorom, 1 "peel away sheet", 2 flastera I sigurnosnim sundjerom?

Partiia 65 Dvolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu sa "V" vrhom, dijametra 14 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 28 cm, u setu sa 1 iglom uvodnikom, 2 dilatatora, 2 žice sa J vrhom, 2 kapice, 1 tunelator, 1 "peel-away sheet", prav i sa krivinom

Узимајући у обзир да не постоји универзални хемодијализни катетер сет, да ли ће бити прихватљив хемодијализни сет са оваквом спецификацијом - Trolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu, dijametra 15,5 Fr, dužine do "cuff-a" 27cm u setu sa fleksibilnom podrškom, 1 iglom uvodnikom, dilatatorom, žicom vodilicom 80cm, scalpel, 2 kapice, 1 tunelatorom, 1 "peel away sheet", 2 flastera i sigurnosnim sundjerom?

Partiia 66 Dvolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu sa "V" vrhom, dijametra 14 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 32 cm, u setu sa 1 iglom uvodnikom, 2 dilatatora, 2 žice sa J vrhom, 2 kapice, 1 tunelator, 1 "peel-away sheet", prav i sa krivinom

Узимајући у обзир да не постоји универзални хемодијализни катетер сет, да ли ће бити прихватљив хемодијализни сет са оваквом спецификацијом - Trolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu, dijametra 15,5 Fr, dužine do "cuff-a" 31cm u setu sa fleksibilnom podrškom, 1 iglom uvodnikom, dilatatorom, žicom vodilicom 80cm, scalpel, 2 kapice, 1 tunelatorom, 1 "peel away sheet", 2 flastera i sigurnosnim sundjerom?

Partiia 66 Dvolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu sa "V" vrhom, dijametra 14 Fr, dužine od vrha do "cuff-a" 32 cm, u setu sa 1 iglom uvodnikom, 2 dilatatora, 2 žice sa J vrhom, 2 kapice, 1 tunelator, 1 "peel-away sheet", prav i sa krivinom

Узимајући у обзир да не постоји универзални хемодијализни катетер сет, да ли ће бити прихватљив хемодијализни сет са оваквом спецификацијом - Trolumenski kateter za dugotrajnu hemodijalizu, dijametra 15,5 Fr, dužine do "cuff-a" 35cm u setu sa **fleksibilnom** podrškom, 1 iglom uvodnikom, dilatatorom, žicom vodilicom 80cm, scalpel, 2 kapice, 1 tunelatorom, 1 "peel away sheet", 2 flastera i sigurnosnim sundjerom?"

Одговор наручиоца:

Крајњем кориснику је потребан дволуменски, а не тролуменски катетер за партије број **64, 65 и 66.**

Понуђач:

„Да ли Наручилац за партије 64, 65, 66, 67, 68, 69 прихвата понуду за катетер истих карактеристика као у спецификацију, али без V игле и са катетером 14,5 Fr.“

Одговор наручиоца:

Крајњи корисник остаје при захтеваним техничким карактеристикама за партије број **64, 65, 66, 67, 68 и 69.**

Понуђач :

„Молимо Вас да нам доставите додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 15/16 –Катетери, каниле и дилататори, по следећем:

У конкурсној документацији, у табели делу „6.1- Образац понуде са структуром цене“ за партију 19 (страна 27 конкурсне документације) је наведено да је потребна количина за ВМА 15 комада, количине за ВМЦ Нови Сад и ВБ Ниш нису наведене, а у колони „укупно“ је наведена количина 20 комада. Молимо Вас да нам доставите појашњење о којој се количини ради?“

Одговор наручиоца:

За партију број 19, у колони «ВМА» треба да стоји количина 20, а у колони «Укупно» количина 20.


НП

Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетих
