



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 107 - 35
11-06-2018 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 08.06.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 17/18 Систем за праћење пацијената са централном јединицом**, по следећем:

„Поштовани,

у складу са чланом 63, Закона о јавним набавкама, обраћамо вам се са захтевом за додатно појашњење и измену конкурсне документације, за предметну јавну набавку. Као заинтересовани понуђачи у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираног светског произвођача опреме коју набављате молимо Вас да прихватите нашу сугестију по питању измене техничке спецификације коју захтевате.

Молимо Вас да нам, у погледу техничких карактеристика које уређај треба да поседује, одговорите на следећа питања и уважите наше сугестије:

Питање бр. 1

1. **ЦЕНТРАЛНИ МОНИТОРИНГ СИСТЕМ** – У ставци 1.3. сте тражили следеће "Повезивање минимум 15 пацијената. Приказ свих 15 пацијената на екрану од минимум 20 инча?"

Да ли ћете прихватити централни мониторинг систем који омогућава повезивање до 32 пацијената на екрану од 19"?"

С обзиром да се ради о изузетно малом одступању у димензијама екрана и обзиром да централни систем који имамо у понуди омогућава праћење дупло више пацијената, молимо Вас да уважите нашу сугестију и прихватите централни систем са екраном од 19".

Питање бр. 2 Ставка 1.7. Да ли ћете прихватити тренд од 120 h пацијент података?

Питање бр. 3

2. **ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР** Ставка 2.12.4. Да ли ћете прихватити пацијент монитор који детектује 20 типа аритмија с обзиром да се ради о малом остуцању у односу на тражену спецификацију?"

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

ОДГОВОР 1. Мења се спецификација у ставци 1.3. и сада гласи:

„1.3. Povezivanje minimum 15 pacijenata. Prikaz svih 15 pacijenata na ekranu od minimum 19 inča.”.

Мења се спецификација у ставци 1.4. и сада гласи:

„1.4. Sistem mora da sadrži minimum 2 (dva) displeja visoke rezolucije (1024x 768 ili više), dijagonale minimum 19 inča, tastaturu i miša za unos pacijent podataka i laserski štampač za štampanje rezultata.“

ОДГОВОР 2. Мења се спецификација у ставци 1.7. и сада гласи:

„1.7. Trend minimum 120 h pacijent podataka.“

ОДГОВОР 3. Мења се спецификација у ставци 2.12.4. и сада гласи:

„2.12.4. Detekcija minimum 20 tipa aritmija.“

Измена конкурсне документације у складу са одговорима ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

МН ВН




ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
вс Зоран Стојановић

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета