



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника

Бр. 108- 21

30 JUN 2016. године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 19/16**: Медицински нехемијски потрошни материјал -шприцеви, игле, уређаји за венوپункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете, по следећем:

„ Поштовани,
Поводом конкурсне документације за Јавну Набавку **Бр. ЈН 19/16** имамо молбу за појашњења која се односе на:

Партију бр. 16 - Микроепрувета, пластична, са поклопцем 1,5 ml.

- Молимо Вас да наведете требају ли микроепрувете бити **стерилне или нестерилне**.
- Молимо Вас да наведете предвиђено центрифугално оптерећење микроепрувета [??? x g].

Партију бр. 17 - Микроепрувета, пластична, са поклопцем (за PCR) 0,5 ml.

- Молимо Вас да наведете требају ли микроепрувете бити **стерилне или нестерилне**.

Партију бр. 18 - Микроепрувета, пластична, са поклопцем 2 ml.

- Молимо Вас да наведете требају ли микроепрувете бити **стерилне или нестерилне**.
- Молимо Вас да наведете предвиђено центрифугално оптерећење микроепрувета [??? x g].

Партију бр. 19 - Микроепрувета, пластична, са завртњем 1,5 ml.

- Молимо Вас да наведете требају ли микроепрувете бити **стерилне или нестерилне**.
- Молимо Вас да наведете требају ли микроепрувете бити **са сукњицом или без сукњице**.
- Молимо Вас да наведете предвиђено центрифугално оптерећење микроепрувета [??? x g].

Партију бр. 20 - Епрувета за центрифугу пластична 50 ml, поклопац са завртњем, конусно дно.

- Молимо Вас да наведете требају ли епрувете бити **стерилне или нестерилне**.
- Молимо Вас да наведете требају ли епрувете бити **са сукњицом или без сукњице**.
- Молимо Вас да наведете предвиђено центрифугално оптерећење епрувета [??? x g].


Партију бр. 21 - Микроепрувета, пластична, са поклопцем (за PCR) 0,2 ml.
- Молимо Вас да наведете требају ли епрувете бити стерилне или нестерилне. ”

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

За партије број 16, 17, 18, 19, 20 и 21 захтевана су добра која не морају бити стерилна, код којих није дефинисана јачина центрифугалног оптерећења.

Мења се назив и опис средства на партији број 19, која сада гласи: «Микроепрувета, пластична, са завртњем 1,5 ml, без сукњице».

Мења се назив и опис средства на партији број 20, која сада гласи: «Епрувета за центрифугу пластична 50 ml, поклопац са завртњем, конусно дно, без сукњице».

Н.П.




Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета