



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 111 - 122
20-12-2018 . године
БЕОГРАД

У предмету јавне набавке добара број **20/18-Вештачки делови срца и коронарне ендопротезе**, на основу члана 108. став 1., а у вези члана 107. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Сл. гласник РС“ бр. 10/11, 37/12, 107/12 и 119/13), Директор Наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника Крунска бр. 13, Београд, доноси

ОДЛУКУ

1. Да се на основу члана 107. став 1. Закона **одбије** понуда понуђача „**Dijamed**“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 105/19, понуда број 254 од 06.11.2018. године - за партију број 1, **као неприхватљива јер је неодговарајућа.**
2. Да се на основу члана 107. став 1. Закона **одбије** понуда понуђача „**Medtronic Srbija**“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64А, понуда број 88-11/18 од 15.11.2018. године - за партију број 1, **као неприхватљива јер је неодговарајућа.**
3. Да се на основу члана 107. став 3. Закона **додели уговор** понуђачу „**Austro-line**“ д.о.о. Београд, Толстојева 20А, понуда број 667/18 од 13.11.2018. године, за партију број 1, по следећем:

Редни број партије	Укупна цена партије без ПДВ-а	ПДВ (%)	Укупна цена партије са ПДВ-ом
1.	1.095.000,00	10	1.204.500,00

4. Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs у року од три дана од дана доношења.

Образложење:

На основу Одлуке о покретању поступка Наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, бр. 111-4 од 07.06.2018. године, Измене одлуке бр. 111-32 од 18.10.2018. године и бр. 111-68 од 08.11.2018. године, комисија образована Решењем о образовању комисије за јавну набавку бр. 111-5 од 07.06.2018. године и Решењем о Измени решења о образовању комисије бр. 111-6 од 13.06.2018. године и бр. 111-24 од 11.10.2018. године, спровела је јавну набавку добара бр. 20/18 у отвореном поступку по партијама. Предмет набавке бр. 20/18 су добра **Вештачки делови срца и коронарне ендопротезе, за потребе ВМА.**

Назив и ознака из Општег речника набавке:

- уређаји за стимулацију срчане функције 33182000
- вештачки делови тела 33184000
- медицински нехемијски потрошни материјали и хематолошки потрошни материјали за једнократну употребу 33141000

Предмет набавке је обликован у 3 (три) партије.

Процењена вредност јавне набавке износи: 5.080.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, односно 5.588.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. За партије број 2 и 3, донета је и објављена Одлука о додели уговора и обустави поступка бр. 111-91 од 27.11.2018. године.

Партија број	Назив партије	Јед. мере	Количина	Процењена вредност партије без ПДВ-а
1.	Epikardna žica za privremeni pacing miokarda dužine 55 cm ± 7 cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne elektrode sa spiralom ili krilcima za fiksaciju u miokardu. Epikardna (miokardna) igla, dijametra 0,61 - 0,73 mm, zakrivljenost ½, dužine 26mm ± 2mm. Grudna (kožna) igla, prečnika 0,8 - 1 mm, ravna, dužine 89mm ± 6mm	kom.	500	1.250.000,00

Позив за подношење понуда је објављен 30.10.2018. године на Порталу јавних набавки, интернет веб апликацији „Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије“ www.nabavke.mod.gov.rs и на Порталу службених гласила Републике Србије.

Рок за подношење понуда је био 16.11.2018. године до 10.00 часова.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 16.11.2018. године са почетком у 10.15 часова, о чему је сачињен Записник о отварању бр. 111-73 од 16.11.2018. године, који је уручен присутном овлашћеном представнику понуђача, а осталим понуђачима достављен електронском поштом у року од три дана од дана отварања понуда.

Благовремено, тј. до дана **16.11.2018. године до 10.00 сати, за партију број 1** пристигле су понуде следећих понуђача, по наведеном редоследу:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Сат
111-69	„Austro-line“ д.о.о. Београд	15.11.2018.год.	13:05
111-70	„Dijamed“ д.о.о. Београд	15.11.2018. год.	13:25
111-72	“Medtronic Srbija” д.о.о. Београд	16.11.2018. год.	09:30

Неблаговременних понуда није било.
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

Комисија је извршила отварање, анализу и оцену понуда, по следећем:

1. Понуда понуђача „Austro-line“ д.о.о “ д.о.о. Београд, Толстојева 20А
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 667/18 од 13.11. 2018. године
Понуђач наступа самостално.
Понуђена је партија број 1.
Понуда важи: 95 дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: 60 дана од дана закључења уговора
Уочени недостаци у понуди: **нема.**

Ред. број	Назив и опис средства	Јед. мере	Количина укупно	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Цена партије без ПДВ-а	Цена партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Епикардна жица за привремени pacing миокарда дужине 55 cm ± 7 cm од места перфорације спољашњег краја грудне (кожне) игле до врха миокардне електроде са спиралом или крлцима за фиксацију у миокарду. Епикардна (миокардна) игла, дијаметра 0,61 - 0,73 mm, закривљеност ½, дужине 26mm ± 2mm. Грудна (кожна) игла, пречника 0,8 - 1mm, равна, дужине 89mm ± 6mm	ком.	500	MYOWIRE Temporary Cardiac Pacing Wire; A&E Medical Corporation, SAD; 025-200	2.190,00	10%	2.409,00	1.095.000	1.204.500

Понуђач је за тражену партију број 1 доставио Решење АЛИМС-а бр. 515-02-01845-15-001 од 17.09.2015. године са роком важења до 09.08.2018. године и Потврду о пријему захтева за измену, допуну и обнову уписа медицинског средства бр. 515-02-01845-15-001, број: 515-02-01747-2018-7 од 05.06.2018. године. Затражено је стручно мишљење АЛИМС-а бр. 111-79 од 21.11.2018. године.

Достављено је стручно мишљење АЛИМС-а бр. 111-120 од 18.12.2018. године (Број 515-00-01946-2018-7-003 од 11.12.2018. године). Агенција за лекове и медицинска средства Србије издала је Решење бр. 515-02-01747-18-001 од 10.12.2018. године о обнови уписа медицинског средства „MYO/WIRE Temporary cardiac pacing wire-žica за привремени срчани pejsing“, произвођача A&E Medical Corporation SAD. Наведено решење је издато са роком важења до 08.09.2023. године.

1. Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде бр. 111-77 од 20.11.2018. године у делу, који се односи на техничке карактеристике, по следећем:

У достављеном каталогу за партију број 1, а у вези параметра, који се односи на закривљеност миокардне игле, за понуђено добро маркирано је ½ круга, а у изјави произвођача наведена је ½ закривљеност.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 111-80 од 21.11.2018. године (684/18 од 21.11.2018. године) у истом наводи следеће:

„ Како круг као геометријско тело оивчава крива линија, која се зове кружница, тако се у нашој математичкој терминологији под појмом круг понекад подразумева и кружница (крива линија). Ако пречник круга замислимо као линију која пресеца кружницу и дели круг на два једнака дела добићемо две половине (½) круга. А пошто је сама кружница крива (закривљена) линија, долазимо

и до објашњења да је $\frac{1}{2}$ круга исто што и $\frac{1}{2}$ закривљености. Тако да су $\frac{1}{2}$ круга и $\frac{1}{2}$ закривљености у овом случају синоними. Миокардна игла је дакле закривљена у смислу да чини $\frac{1}{2}$ круга.“

2. Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде 111-82 од 26.11.2018. године, по следећем: У достављеном каталогу за партију број 1, а у вези параметра, који се односи на закривљеност миокардне игле у додатном објашњењу навели сте да су $\frac{1}{2}$ закривљености (у Вашој изјави произвођача) и $\frac{1}{2}$ круга (у достављеном каталогу) за понуђено добро синоними. Да ли можете да наведете са доње слике, на којој се налазе врсте игала (понуђачу је достављена слика врсте игала, која је преузета са интернета), која је Ваша понуђена миокардна игла, да ли под редним бројем 1. са слике се може уочити (1/2 circle) или 7. (1/2 curved)?

Да ли је епикардна жица за привремени racing миокарда дужине $55 \text{ cm} \pm 7 \text{ cm}$ od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne electrode? На слици у достављеном каталогу у делу где се налази дужина 61 cm обухваћена је и миокардна игла, а у изјави произвођача наведена је дужина жице 61 cm.

Да ли параметар 2-0 значи дијаметар жице 0,250-0,249 mm, а миокардна игла наведена у изјави произвођача има дијаметар 0,71 mm?

Скенирана слика из достављеног каталога на којој су заокружени параметри достављена је понуђачу.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 111-89 од 27.11.2018. године (бр. 691/18 од 27.11.2018. године) у истом наведено је следеће:

„ 1. Наша понуђена миокардна игла је типа као на слици 1.

2. Дужина жице од 61 cm ($55 \pm 7 \text{ cm}$) је од места перфорације спољашњег краја грудне (кожне) игле до врха миокардне електроде, не рачунајући миокардну иглу, иако се поменути игла налази на слици у каталогу.

3. Параметар 2-0 (0,3 mm) односи се на дијаметар жице, док је дијаметар миокардне игле као у изјави произвођача 0,71 mm. Како бисте имали што бољи увид у понуђену жицу у могућности смо да вам доставимо узорак. “

3. Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде бр. 111-90 од 27.11.2018. године, по следећем:

Молимо да доставите слику или снимак понуђеног добра на којем се може уочити закривљеност миокардне игле 1/2, као и дужина епикардне жице.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 111- 93 од 28.11.2018. године.

Достављене су слике миокардне игле закривљеност $\frac{1}{2}$ тј. $\frac{1}{2}$ круга и измерена епикардна жица дужине 61 cm, наранџасте боје са крилцима за фиксацију у миокарду.

Понуда не садржи битне недостатке.

Понуда за партију број 1 је одговарајућа.

Понуђена цена не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Austro-line“ д.о.о “ д.о.о. Београд, Толстојева 20А, за партију број 1 оценила као прихватљиву.

2. Понуда понуђача: „Dijamed“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Зорана Ћинђића 105/19

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 254 од 06.11.2018. године

Понуђач наступа самостално.

Понуђена је партија број 1.

Понуда важи: 95 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке: 60 дана од дана закључења уговора.

Уочени недостаци у понуди: **нема.**

Редни број партије	Назив и опис средства	Јед. мере	Количина укупно	Назив понуђеног добра, произвођач, каталожни број	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Цена партије без ПДВ-а	Цена партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Епикардна жица за привремени pacing миокарда дужине 55 cm ± 7 cm од места перфорације спољашњег краја грудне (кожне) игле до врха миокардне електроде са спиралом или крилцима за фиксацију у миокарду. Епикардна (миокардна) игла, дијаметра 0,61 - 0,73 mm, закривљеност ½, дужине 26mm ± 2mm. Грудна (кожна) игла, пречника 0,8 - 1mm, равна, дужине 89mm ± 6mm	ком.	500	Temporary myocard pacing electrode, Dispomedica GmbH, 23.013311	1.590,00	10%	1.749,00	795.000	874.500

1. Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде бр. 111-78 од 20.11.2018. године у делу, који се односи на техничке карактеристике за партију број 1, по следећем:

Где се у каталогу може утврдити да је понуђено добро са спиралом или крилцима за фиксацију у миокарду, дијаметри миокардне и грудне игле, као и закривљеност игле ½.

Потврђен је пријем mail-а дана 21.11.2018. године, међутим није достављен одговор на исти.

2. Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде бр. 111-84 од 26.11.2018. године, по следећем:

1. Да ли је епикардна жица за привремени pacing миокарда дужине 55 cm ± 7 cm **од места перфорације спољашњег краја грудне (кожне) игле до врха миокардне електроде?** У достављеном каталогу наведена дужина електроде је 60 cm.

2. У достављеном каталогу за понуђено добро, тип фиксације је сидро. Где се у каталогу може утврдити да је понуђено добро са спиралом или крилцима за фиксацију у миокарду,

3. Из каталога није могуће утврдити **дијаметре миокардне (0,61 - 0,73 mm) и грудне игле (0,8 - 1mm)**, као и **закривљеност миокардне игле ½**.

Молимо да доставите изјаву произвођача о томе, да ли понуђено добро поседује тражене карактеристике.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 265 од 28.11.2018. године, бр. 111-92 од 28.11.2018. године у истом је наведено следеће:

„С обзиром да смо доставили каталог и стерилни узорак сматрамо да смо доставили довољно података о техничкој спецификацији добра која нудимо. Из самог захтева за додатним појашњењем понуде нама је више него јасно каква ће бити одлука о додели уговора за партију бр. 1. Овим путем молимо Комисију да обрати посебну пажњу на питање бр. 2 из захтева за додатно појашњења понуде, цитирамо "У достављеном каталогу за понуђено добро тип фиксације је сидро.

Где се у каталогу може утврдити да је понуђено добро са спиралом или крилцима за фиксацију у миокарду?" На основу овог питања јасно је у ком духу комисија доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача. Питамо се у чему је суштинска разлика између типа фиксације сидро или крилца?!

Уверени смо да је предметно добро које смо понудили за партију бр. 1 сасвим добра епикардна жица за привремени пејсниг миокарда и да испуњава карактеристике које сте тражили. Притом је понуђена цена убедљиво најнижа.“

3. Од понуђача је затражено додатно објашњење понуде бр. 111-97 од 29.11.2018. године, по следећем:

Имајући у виду да конкурсном документацијом није захтеван узорак и нису одређени елементи оцењивања у случају достављања узорака, а како би сви понуђачи имали једнак положај, молимо Вас да нам доставите слику или снимак на којој се могу утврдити захтевани параметри:

1. Дужина епикардне жице (дужине 55 cm ± 7 cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne elektrode). У достављеном каталогу наведена дужина електроде је 60 cm.

2. Тип фиксације (крилца или спирала). У достављеном каталогу апострофирано је сидро као тип фиксације и у каталогу се може уочити слика број 1 (скенирана из каталога, убачена у текст и достављена је понуђачу).

На сајту произвођача **Dispomedica** може се уочити слика број 2 (преузета са интернета, убачена у текст и достављена понуђачу ради упоредне анализе).

3. Закривљеност миокардне игле ½.

Уколико није могуће захтеване карактеристике доказати сликом, молимо да доставите изјаву произвођача, да понуђено добро поседује: крилца за фиксацију, дијаметре миокардне игле (0,61 - 0,73 mm) и пречник грудне игле (0,8 – 1 mm).

Понуђач није доставио додатно објашњење понуде.

4. Од понуђача је затражено додатно објашњење понуде бр. 111-108 од 06.12.2018. године, по следећем:

Имајући у виду да конкурсном документацијом није захтеван узорак и нису одређени елементи оцењивања у случају достављања узорака, а како би сви понуђачи имали једнак положај, молимо Вас да нам доставите слику или снимак на којој се могу утврдити захтевани параметри. Уколико није могуће захтеване карактеристике доказати сликом, молимо да доставите изјаву произвођача, да понуђено добро поседује тражене карактеристике.

1. Дужина епикардне жице (55 cm ± 7 cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne elektrode). У достављеном каталогу наведена дужина електроде је 60 cm. Потребно је измерити дужину и доказати сликом захтевани опсег.

2. Крилца за фиксацију у миокарду.

Потребно је доставити слику понуђеног добра или уколико није могуће доказати карактеристике изјавом произвођача. У достављеном каталогу апострофирано је сидро као тип фиксације и у каталогу се може видети слика број 1 (скенирана из каталога, убачена у текст и достављена понуђачу).

На сајту произвођача **Dispomedica** се може уочити слика број 2 (преузета са интернета, убачена у текст и достављена понуђачу ради упоредне анализе).

3. Закривљеност миокардне игле ½

- У каталогу се може уочити само дијаметар 2/3-0 Metric/USP, претпоставка је да се исти односи на дијаметар жице опсега (0,200-0,249 mm).

Потребно је доставити изјаву произвођача да добро поседује тражене карактеристике:

4. Дијаметар епикардне (миокардне) игле 0,61 - 0,73 mm

5. Пречник грудне (кожне) игле 0,8 – 1 mm.

На основу каталога произвођача „Dispomedica“, који је доступан на интернету констатовано је да понуђена миокардна игла, шифре HR 26 одговара закривљености $\frac{1}{2}$ circle (круга). Параметар закривљености је одговарајући.

Комисија је констатовала да нема суштинске разлике у типу фиксације сидро и крилца.

Понуђач није доставио тражену слику са измереном дужином епикардне жице.

Понуђач није доказао тражене параметре:

-дијаметар епикардне (миокардне) игле од 0,61 - 0,73 mm

-пречник грудне (кожне) игле 0,8- 1 mm

Понуда не садржи битне недостатке.

Понуда за партију број 1 је **неодговарајућа**.

Понуђена цена партија не прелази износ процене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Dijamed“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Зорана Ћинђића 105/19 оценила:

- за партију број 1, као неприхватљиву јер је **неодговарајућа**.

3. Понуда понуђача „Medtronic Srbija” д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ћинђића 64А

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 88-11/18 од 15.11.2018. године

Понуђач наступа самостално.

Понуђена је партија број 1.

Понуда важи: 90 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке: 60 дана од дана закључења уговора.

Уочени недостаци у понуди: **нема**.

Ред. бр.	Назив и опис средства	Јед. мере	Количина укупно	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ (у %)	Јединична цена са ПДВ-ом	Цена партије без ПДВ-а	Цена партије са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Epikardna žica za privremeni pacing miokarda dužine 55 cm ± 7 cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne elektrode sa spiralom ili krilcima za fiksaciju u miokardu. Epikardna (miokardna) igla, dijametra 0,61 - 0,73 mm, zakrivljenost $\frac{1}{2}$, dužine 26mm ± 2mm. Grudna (kožna) igla, prečnika 0,8 - 1mm, ravna, dužine 89mm ± 6mm	kom.	500	STREAMLINE Unipolar Temporary Myocardial Pacing Lead MEDTRONIC INC Model: 6500F	2.300,00	20%	2.760,00	1.150.000	1.380.000

1. Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде бр.

111-76 од 20.11.2018. године у делу, који се односи на техничке карактеристике за партију број 1, по следећем:

У достављеном каталогу за партију број 1, нису маркирани параметри, који се односе на захтевану дужину и закривљеност миокардне игле.

Понуђач је доставио додатно објашњење бр. 111-81 од 23.11.2018. године.

-Изјава:

„ Овим изјављујемо да су све техничке карактеристике, које поседује епикардна жица за привремени пејсинг миокарда „ STREAMLINE Unipolar Temporary Myocardial Pacing Lead“, model: 6500F, произвођача „MEDTRONIC Inc“, достављене у оквиру наше понуде број 88-11/18 од 15.11.2018. године. Желимо да нагласимо да смо спремни да доставимо узорак

понуђене жице, како би крајњи корисник могао да утврди да ли одговара његовим потребама.“

2. Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде бр. 111-83 од 26.11.2018. године, по следећем:

У достављеном каталогу за партију број 1 нису маркирани параметри, који се односе на захтевану дужину и закривљеност миокардне игле.

Да ли је дужина миокардне игле **26mm ± 2mm** и **закривљеност ½**. Имајући у виду да се у достављеном каталогу не види параметар дужина миокардне игле, молимо да доставите **слику или видео снимак**, где се може утврдити дужина миокардне игле и закривљеност ½. Да ли је epikardna žica за privremeni pacing miokarda dužine 55 cm ± 7 cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne electrode.

Слика понуђеног модела епикардне жице преузета је са интернета и достављена понуђачу

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 111-95 од 29.11.2018. године у истом је достављено упутство за употребу и слика понуђеног добра.

3. Од понуђача је затражено додатно објашњење понуде бр. 111-103 од 03.12.2018. године, по следећем:

У достављеном каталогу наведен је само параметар дијаметар закривљене миокардне игле, а није наведена дужину епикардне (миокардне) игле 26 mm ± 2mm.

У достављеном упутству за употребу не виде се стране бр. 2 и 8.

На слици коју сте доставили у оквиру додатног објашњења од 29.11.2018. године није могуће уочити захтевану дужину епикардне (миокардне) игле 26 mm ± 2mm.

На слици, која је достављена од стране понуђача убачен је круг. Модификована слика достављена је понуђачу, као и питање:

Да ли је игла заокружена на слици дужине **26 mm ± 2mm**? Потребно је доказати наведени параметар.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде број 111-113 од 11.12.2018. године у истом наведено је следеће:

„ Овим изјављујемо да је наша игла 3/8 и дужине 32 mm.

Обавештавамо вас да нажалост не поседујемо званични документ у којем је назначена дужина епикардне (миокардне) игле. “

Понуђач није доказао да је дужина епикардне (миокардне) игле 26mm ± 2 mm, као што је захтевано. Закривљеност епикардне (миокардне) игле је 3/8, а тражена је закривљеност ½.

Понуда не садржи битне недостатке.

Понуда за партију број 1 је неодговарајућа.

Понуђена цена не прелази износ процењене вредности партије.

Комисија је понуду понуђача “Medtronic Srbija” д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 64А оценила, као неприхватљиву јер је неодговарајућа.

Имајући у виду напред наведено, комисија даје следећи предлог:

I/ Да се на основу члана 107. став 1. Закона одбију као неприхватљиве понуде понуђача:

- „Dijamed“ д.о.о. Београд, за партију број 1
- „Medtronic Srbija“ д.о.о. Београд, за партију број 1

II/ Да се на основу члана 107. став 3. Закона додели уговор понуђачу:

- „Austro-Line“ д.о.о. Београд, за партију број 1

На основу Извештаја о стручној оцени понуда (бр. 111-121 од 20.12.2018. године), одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ИВ
m



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета