



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 111- 65
07-11-2018 . године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, доставило 06.11.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 20/18- Вештачки делови срца и коронарне ендопротезе, за потребе ВМА**, по следећем:

„Молимо да нам date додатно појашњење на питање везано за јавну набавку број 20/18- Вештачки делови срца и коронарне ендопротезе:

1. У партији 1 - Жица за привремени pacing миокарда тражи се миокардна игла пречника 0,61 mm и грудна игла пречника $0,8 \pm 0,06$ mm.

Да ли је за наручиоца прихватљива миокардна игла дијаметра 0.71 ± 0.02 mm и грудна игла пречника 1mm, а у свему осталом према захтеваним техничким спецификацијама?

Мишљења смо да би се овим знатно проширио број потенцијалних понуђача, и тиме задовољили критеријуми Члана 10 ЗЈН - Начело обезбеђивања конкуренције.

Такође Вас подсећамо да ранијих година није било од значаја колики је дијаметар миокардне нити грудне игле и да су у Вашој установи коришћене и жице за привремени пачинг миокарда различитих дијаметара без икаквих замерки на спецификације или функционалност истих. Тако да Вас молимо да горе наведени опис још једном узмете у разматрање, и обезбедите учествовање што већег броја понуђача задовољавајући тако Члан 10 ЗЈН - Начело обезбеђивања конкуренције.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Мења се назив партије број 1, која сада гласи:

„Epikardna žica za privremeni pacing miokarda dužine 55 cm $\pm$ 7 cm od mesta perforacije spoljašnjeg kraja grudne (kožne) igle do vrha miokardne elektrode sa spiralom ili krilcima za fiksaciju u miokardu. Epikardna (miokardna) igla, **diјametра 0,61 - 0,73 mm**, zakrivljenost $\frac{1}{2}$ i dužine 26mm $\pm$ 2mm. Grudna (kožna) igla, **prečnika 0,8 - 1mm**, ravna, dužine 89mm $\pm$ 6mm.“

Измена конкурсне документације у складу са одговорима ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ИВ
R

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета



ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

[Handwritten signature]