



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 112 - 110
26 -07- 2018 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 24.07.2018. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 21/18- Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА, по следећем:

„Поштовани

Молимо Вас да нам доставите додатно појашњење за јавну набавку број 21/18 - Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА, по следећим питањима:

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да за партију партију 4 понудимо медицинска средства следећих карактеристика:

„Transseptalna igla sa styletom pojačane čvrstine dimenzije igle 22G/56cm, i 21G na dužinama 71 cm, 89 cm i 98 cm, sa krivinama vrha 50° i 86°

Dugački uvodnici za transseptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore, sa fiksnom krivinom, unutrašnjeg promera 8.5Fr, na dužinama 60 cm, 79.4 cm, i 101.5 cm, u kompletu sa odgovarajućom žicom vodičem 0.032

Deflektibilni dugački uvodnik, 8.5Fr, upotrebne dužine uvodnika 74 cm, sa dilatatorom i žicom vodičem 0.032x180 cm, sa tri dimenzije zakrivljenosti ugla zakrivljenja 16.4 mm, 22.4 mm i 36.0 mm; bidirekcionni 180°, sa markerom na vrhu, atraumatskim vrhom, i distalnim bočnim otvorima“.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Стручна оцена понуда ће се, у складу са Законом о јавним набавкама, вршити након отварања понуда.

У конкурсној документацији, у техничкој спецификацији, у колони „Предмет набавке (назив и опис добра)“, наведен је предмет набавке у партији бр. 4 и исти гласи: „Dugačka игла за transseptalnu функцију (18 Gauge са могућношћу избора два угла ошtrice игле). Dugački уводници са фиксном кривином за transseptalnu пункцију и кататеризацију leve pretkomore, величине унутрашњих промера 8 frenča и 8,5 frenča, са одговарајућом J žicom и водичем 0,032 inča за transseptalnu пункцију. Dugački уводници са променљивом кривином (bidirekciona асиметрична кривина са одговарајућом J žicom и водичем 0,032 inča за transseptalnu пункцију)“. За наведену партију техничка спецификација остаје непромењена.

AL
m R

ДИРЕКТОР
ПОТПУКОВНИК
др Радан Костић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.