



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 112 - 112
27-07-2018 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 25.07.2018. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 21/18- Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА, по следећем:

„Поштовани,

У вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА по партијама бр. ЈН: бр. 21/18, молим Вас за додатне информације и појашњења за партију под редним бр. 2. Техничка спецификација за партију бр. 2 гласи: "Dijagnostički nedeflektabilni kateter sa upletenim slojem i atraumatskim fleksibilnim vrhom katetera. Dužina katetera 110 cm, sa C,J,D krivinom, dijametra 5 i 6 Fr i sa brojem polova 4,6 i 10". Да ли је прихватљиво понудити производ са дужином катетера 110 cm до 125 cm?

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Стручна оцена понуда се, у складу са Законом о јавним набавкама, врши након отварања понуда.

У конкурсној документацији, у техничкој спецификацији, у колони „Предмет набавке (назив и опис добра)“, наведен је предмет набавке у партији бр. 2 и исти гласи: „Dijagnostički nedeflektabilni kateter sa upletenim slojem i atraumatskim fleksibilnim vrhom katetera. Dužina katetera 110 cm, sa C,J,D krivinom, dijametra 5 i 6 Fr i sa brojem polova 4,6 i 10“. За наведену партију техничка спецификација остаје непромењена.

АЛ
м



Достављено:
- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.