



УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ЦЕНТРАЛНА АПОТЕКА -
СКЛАДИШТЕ
Бр. 113-23
13.05.2019. године
Б Е О Г Р А Д

ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2024. год
(до материјалне, финансијске, тржишне и
грађев. инспекције)
Функ. 30 ред. бр. 51.
Датум: 13.05.2019. год
Обрађивач: в.с. Бојана Бјелош

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставио захтев за додатним информацијама, појашњењима и изменама конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности бр. 04/2019- Игле за давање инсулина:

Питање:

Приликом дефинисања квалитета назначили сте да тражите игле произвођача Novo Nordisk или одговарајуће и у првобитној верзији означили да захтевате игле дужине 6 и 8 мм. Након захтева заинтересованог понуђача изменили сте конкурсну документацију тако што сте предвидели да могу бити понуђене све одговарајуће игле дужине 6 и 8 мм и са дијаметром 0,25 до 0,30 мм. Овде не можемо да не застанемо како бисмо Вам указали на значајно сужавање Ваших опција за набавку игала јер сте са оваквим дефинисањем свели искључиво на игле од 30 или 31 G, а да сте притом могли да омогућите пацијентима значајно веће могућности за одабир игле дефинисањем игала баш управо у броју G (gauge-гејџ) који означава дебљину игле, тако што бисте на пример иглу 8мм шире дефинисали као 30 G (0,30мм), 31 G (0,25мм), 32 G (0,23мм). Како су игле од кључног значаја у инсулинској терапији обзиром да се преко њих утиче на максималну ефикасност и на минимализацију нелагодности, наглашавамо да је неопходно да се код одабира игле добро анализира старост пацијента, његова телесна конституција, као и психолошки аспект у смислу пацијентове осетљивости на бол и страх од игле...

Дужина игле одређује колико је дубоко под кожу потребно да инсулин буде убризган како би се лек најбоље апсорбовао јер место убризгавања инсулина мора бити у поткожном ткиву, али тако да не доспе до мишића и зато и стоји посебно истакнуто да одлука о дужини игле мора бити заснована на физичкој грађи сваког индивидуалног пацијента.

Ви сте у техничкој спецификацији захтевали само игле дужине 6 и 8мм, иако би сте корисницима могли да ставите на располагање и игле дужине 4 и 5мм чија је употреба у порасту, а које су због мање дужине саме игле много комфорније и безбедније за апликовање инсулина. То што наведени произвођач нема неку од величина у свом портфолију не значи да те величине не постоје код других произвођача који производе подједанко квалитетне инсулинске игле јер пацијенте не треба ускратити за употребу адекватне игле.

Кроз све претходно изнето и образложено молимо Вас да размотрите могућност да у тендер уврстите и игле од 4 и 5 мм, као и могућност проширења димензија игала кроз дефинисање величине у броју G (gauge).

Одговор наручиоца:

Остајемо при техничкој спецификацији коју смо дефинисали у Конкурсној документацији, односно у Измени конкурсне документације бр. 113-19 од 13.05.2019. године.

Техничку спецификацију смо сачини искључиво на основу потрошње игала у нашим апотекама као и на основу прописивању рецепата од стране лекара.

ББ / ☎ 011-3053-702

Урађено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка
и остављено:

- ✓ заинтересованом лицу
- ✓ уз омот предмета 04/2019,
- ✓ а/а.

