



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 113 - 321
06-08-2018. године
БЕОГРАД

Измену
конкурсне документације,
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације за јавну набавку бр. **22/18 Уређаји за анестезију и реанимацију**, за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш и Војне болнице Нови Сад (у даљем тексту ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад), и то у делу:

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: тачка **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

Мења се колона „Рок испоруке/гарантни рок/рок трајања“, за партију бр. 123 тако да сада гласи:

Partija br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Količ. VMA	Količ. VB Niš	Količ. VB Novi Sad	Količ. UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke VMA	Rok isporuke VB Niš	Rok isporuke VB Novi Sad	Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja
123	Adultne elektrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom	KOM	50			50	da	da	Isporuка kompletno ugovoreних količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka

Наручилац истовремено врши и исправку техничке грешке у Измени конкурсне документације Бр. 113-27 од 02.08.2018. године за ЈН 22/18 **Уређаји за анестезију и реанимацију**, за потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш и Војне болнице Нови Сад, у табели 2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, која се односи на назив крајњег корисника, рокове испоруке крајњих корисника ВБ Ниш и ВБ Нови Сад и рок стерилности/гарантни рок/рок трајања.

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: тачка **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

Partija br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Količ. V MA	Količ. VB Niš	Količ. VB Novi Sad	Količ. UK UPN O	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIM S-a	Rok isporuke VMA	Rok isporuke VB Niš	Rok isporuke VB Novi Sad	Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja
114	Ranger kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 150ml. Protok od 0-30.000 ml/hr. Sadrzi zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu minimum 120 cm, a maksimum 160 cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrzi lateks.	KOM	30			30	da	da	Isporuca kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

Напомена:

Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

-измењена страна конкурсне документације: 48, 51

НП/ЈС




ПО ОВЛАШЋЕЊУ

ДИРЕКТОРА

војни службеник

Зоран Стојановић

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

Partija br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Količ. VMA	Količ. VB Niš	Količ. VB Novi Sad	Količ. UKUP NO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS -a	Rok isporuke VMA	Rok isporuke VB Niš	Rok isporuke VB Novi Sad	Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja
113	Ranger kasete za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom: Zapremina prvog punjenja 39ml. Protok od 0-9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Duzina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks.	KOM	20			20	da	da	Isporuca kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimumum godinu dana/rok trajanja minimumum godinu dana
114	Ranger kasete za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom: Zapremina prvog punjenja 150ml. Protok od 0-30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Duzina linije ka pacijentu minimum 120 cm, a maksimum 160 cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks.	KOM	30			30	da	da	Isporuca kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimumum godinu dana/rok trajanja minimumum godinu dana
115	Set za ekstubaciju. Sadrži reintubacioni kateter sa mekim poluzatvorenim atraumatskim vrhom, veličine 14 Fr, dužine 83 cm, vodič od nitinolske žice sa polimernim omotačem promera 0,035 in., dužine 145 cm i fiksacionom trakom za pričvršćivanje	SET	20			20	da	da	Isporuca kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimumum godinu dana/rok trajanja minimumum godinu dana

Parti ja br.	Predmet nabavke (naziv i opis dobra)	Jed mere	Količ. VMA	Količ. VB Niš	Količ. VB Novi Sad	Količ. UKUP NO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS -a	Rok isporuke VMA	Rok isporuke VB Niš	Rok isporuke VB Novi Sad	Rok sterilnosti/garantni rok/rok trajanja
121	Aintree intubacioni kateter za asistiranu fiberoptik intubaciju ili nekomplikovanu atraumatsku zamenu endotrahealnog tubusa, 19Fr, 56 cm, unutrašnji prečnik katetera 4,7mm, sa 15 mm RapiFit adapterom i LuerLock konektorom	SET	5	2	2	9	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti
122	Prova intubacioni uvodnik kateter zatvorenog vrha, dijametra 14Fr-SET, 2 distalni bočna otvora, dužine 70cm, radiološki vidljiv, markiran u centimetrima, distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom, u setu sa dva rapi fit adaptera: jedan 15mm za respirator, a jedan luer-lock za aspiraciju.	SET	5	2	5	12	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti
123	Adultne elektrode za merenje cerebralno somatske saturacije kompatibilni sa INVOS monitorom	KOM	50			50	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka
124	Kartice za merenje hemodinamskih parametar kompatibilne sa Lidco monitorom	KOM	50			50	ne	ne	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora			Bez roka sterilnosti/trajanja i garantnog roka