



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 114 - 105  
25-09-2017 године  
Београд

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
**д о с т а в љ а .-**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 14/17- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ЦАпСк-а, ВМЦ-а Нови Сад и ВБ Ниш, по следећем:

„Молимо Вас, за додатно објашњење у вези конкурсне документације за ЈН бр. 14/17-

- 1.) Да ли су за партију бр. 9- Bovie Dick тест, прихватљиве димензије 115mmx115 mm, јер сматрамо да би се уважавањем ових димензија повећала и конкурентност, односно број понуђача који могу да учествују у овој јавној набавци.
- 2.) За партију бр. 12- Контрола паковања парне стерилизације, интегратор трака класе V, шта тачно подразумевате под аутоматским читавањем?
- 3.) За партију бр. 14- Индикатор за контролу суве стерилизације, хемијски, класе течности IV, да ли може да се поднесе Мишљење/Решење о брисању уместо Решења АЛИМС-а, с обзиром да поменути индикатор не спада у медицинска средства.“

**Наручилац** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

1. За партију бр. 9 остаје тражена техничка спецификација.
2. За партију бр. 12: Под аутоматским читавањем се подразумева контролисано мерење 3 критична параметра у току циклуса (температура, притисак и време), као и његово аутоматско читавање на крају циклуса стерилизације (адекватна промена референтног положаја у зони безбедности). Потребно је да тражени интегратор након процеса парне стерилизације прикаже вредност константно праћених параметара и аутоматски, на исказаној линији буде визуелно јасан траг линије која је ушла у зону „БЕЗБЕДНО“.
3. За партију бр. 14 остаје тражени захтев.

АЛ.-

ит

Достављено:  
- на Портал ЈН,  
- интернет страницу наручиоца,  
- у омот предмета.

