



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање

војних осигурањика

Бр. 114 - 44

11 1 SEP 2017 године

Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 14/17- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ЦАпСк-а, ВМЦ-а Нови Сад и ВБ Ниш, по следећем:

„ Поштовани,

Будите љубазни да нам дате појашњења за следеће:

1. У партији бр. 3, за ставку бр. 3, конкурсном документацијом захтевате Рукавац за стерилизацију без преклопа са индикатором за пару, формалдехид и етилен оксид, (папир/провидна фолија) 20cmx200m. Обзиром да у заступничком асортиману Ино Произвођача, чији смо генерални заступници, имамо тражени рукавац у димензији 21cmx200m, занима нас да ли ће наша понуда бити прихватљива уколико понудимо рукавац наведене димензије, односно да ли прихватате одступање у ширини рукавца у износу од 1cm, а за ставку бр. 3, партије бр. 3?

2. У партији бр. 7, а за ставке 1, 2, 3, 4, будите љубазни да проверите да ли је дошло до техничке грешке код траженог броја кеса, обзиром да се паковање материјала врши у дуплим кесама, у мањим (зелена кеса 385x430mm се пакује у плаву кесу 420x470mm) или већим (зелена кеса 420x720mm се пакује у плаву кесу 470x750mm) комплетима, у том случају је неопходно да тражена количина наведених димензија у комплетима буде иста (нпр. зелена кеса 420x720mm- 250 ком; плава кеса 470x750mm- 250 ком). Траженим количинама у конкурсној документацији онемогућено је прављење парова комплекта, те Вас молимо да још једном проверите тражене количине предметних добара.

3. Занима нас да ли ће наша понуда бити прихватљива ако у партији бр. 4, а за ставку бр. 12 уместо кесе за стерилизацију димензије 25cmx50cm, понудимо кесу за стерилизацију димензије 28cmx60cm?

4. Будите љубазни да прецизније дефинишете да ли је при доказивању услова из Техничких карактеристика, која се тичу Квалитета, а конкретно достављања сертификата ISO 9001 и ISO 13485, неопходно доставити наведене сертификате Произвођача робе, или Понуђача, или и Произвођача и Понуђача?

5. У табели Техничких карактеристика, а за партије бр. 9 и бр. 13 предметна добра сте дефинисали да нису медицинско средство. Обзиром да се предметна добра користе у здравственим установама, занима нас да ли је дошло до техничке грешке приликом израде конкурсне документације, па Вас молимо да накнадно преиспитате Вашу одлуку и дефинишете да ли је неопходно за предметна добра достављање Решења или стручног Мишљења Агенције за лекове и медицинска средства?“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

1. За партију бр. 3 ставку бр. 3 се прихвата одступање у ширини рукавца за стерилизацију од $\pm 1\text{cm}$. Извршиће се измена конкурсне документације јер се мења назив и опис средства за партију бр. 3 ставку бр. 3, по следећем: „Rukavac za sterilizaciju, bez preklopa, sa indikatorima za paru, formaldehid i etilen oksid, (papir / providna folija) 20cm $\pm$ 1cm x 200m“.
2. За партију бр. 7 ставке бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ће се извршити измена конкурсне документације, јер се мењају количине за крајњег корисника ВМА, количине за крајњег корисника ВМЦ Нови Сад и укупне количине, по следећем:

Red. broj	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Količina VMA	Količina VB Niš	Količina VMC Novi Sad	Količina CAPSk	Ukupna količina
Partija 7: Kесе за sterilizaciju hirurških setova instrumenata.							
1	Kесе за sterilizaciju hirurških instrumenata SMS 60g/m ² , zelena, 420mm x 720mm	kom.	500	0	750	0	1.250
2	Kесе за sterilizaciju hirurških instrumenata SMS 60g/m ² , plava, 470mm x 750mm	kom.	500	0	750	0	1.250
3	Kеса за sterilizaciju hirurških instrumenata SMS 60g/m ² , zelena, 385mm x 430mm	kom.	500	0	750	0	1.250
4	Kеса за sterilizaciju hirurških instrumenata SMS 60g/m ² , plava, 420mm x 470mm	kom.	500	0	750	0	1.250
5	Papirni podmetači za kasete, 70g/m ² , 300mm x 500mm	kom.	500	0	750	0	1.250
6	Papirni podmetači za kasete, 70g/m ² , 300mm x 250mm	kom.	500	0	750	0	1.250

3. За партију бр. 4 ставку бр. 12 наведена понуда неће бити прихватљива, односно остају тражена одступања у димензијама од $\pm 1\text{ cm}$.
4. Тражени сертификати, наведени у тачки 3.1. Техничке карактеристике конкурсне документације, у колони „Квалитет“, се односе на сертификате произвођача; тако да је при доказивању услова из техничких карактеристика, који се тичу квалитета (у техничкој спецификацији колони „Квалитет“) неопходно доставити сертификате ISO 9001 и ISO 13485 произвођача робе.
5. За партије бр. 9 и 13 је потребно доставити ВАЖЕЋЕ МИШЉЕЊЕ АЛИМС-а да понуђено добро не спада у медицинска средства. У том смислу, извршиће се измена конкурсне документације.

АЛ.-

mm



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.