



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 114 - 91
21 SEP 2017. године

Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 14/17- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ЦАпСк-а, ВМЦ-а Нови Сад и ВБ Ниш, по следећем:

„Сагласно одредбама чл. 63. ЗЈН, ради подношења прихватљиве понуде у поступку ЈН бр. 14/17- за партију бр. 22 потребна су нам додатне информације и појашњења:

Тражи се:

Partija 22: Navlaka za operacioni mikroskop, objektiv promera 5cm, sa plastičnim graničnikom za okular, sa lepljivim trakama za fiksaciju, sterilna.				
1	33198200	Navlaka za operacioni mikroskop, sterilne, objektiv 5cm, plastični graničnik za okular, sa lepljivim trakama za fiksaciju	kom.	500

Уобичајно је да навлаке за операциони микроскоп буду тачно дефинисане за произвођача микроскопа или врсту микроскопа како би стерилне навлаке имале своју праву функцију. Стерилне навлаке имају тачан отвор који се навлачи и тачно належе око објектива операционог микроскопа. Ако је отвор мањих димензија не може се навући око објектива.

Операциони микроскопи произвођача LEICA имају промер објектива од 68mm а операциони микроскопи фирме ZEISS имају промер објектива од 65mm.

Питања:

1. Да ли је могуће понудити стерилну навлаку са одговарајућим отвором већим од 50mm?
2. Да ли је могуће понудити стерилну навлаку са одговарајућим отвором који је покривен специјалним стаклом чија је улога да сачува објектив од евентуалног оштећења или прљавштине за време рада.
3. Да ли је могуће понудити стерилну одговарајућу навлаку димензија 137cm x 267cm или већу која би покрила цео микроскоп и његов стуб?
4. Да ли је могуће доставити узорак стерилне навлаке уз тендерску документацију? “

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

1.-3. За партију бр. 22 се мења назив и опис средства, по следећем: „Navlaka za operacioni mikroskop ZEISS PENTERO, objektiv sa zaštitnim staklom promera 65mm, navlaka za objektiv hermetizovana zbog stvaranja vakuuma, sa plastičnim graničnikom za okulare, sa lepljivim trakama za

fiksaciju, minimalna dimenzija prekrivke 115 cm x 250 cm, sterilna“. У том смислу ће се извршити измена конкурсне документације.

4. За партију бр. 22 није потребно доставити узорке с обзиром на то да конкурсном документацијом није дефинисано оцењивање и начин поступања са узорцима.

Измене конкурсне документације у складу са горе датим одговорима ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ.-



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.