



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 115 - 21

14 JUL 2017 . године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 11.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 15/17 Уређаји за анестезију и реанимацију**, по следећем:

„За партију 27, 28, 29, 30: да ли је прихватљиво понудити – „Tubus endotrahealni за dugotrajnu intubaciju, sa bočnim otvorom i cilindričnim kafom niskog pritiska i linijom za subglotičnu aspiraciju”?

За партију 86: да ли је прихватљиво понудити – “Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine između 170-200 mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F”.

За партију 119: да ли је прихватљиво понудити – „Set za spinalnu anesteziju 27G umesto 26G (obzirom da bi ponuđena igla bila tanja od tražene), standardna igla 90mm, sa vodič iglom od 20G, Quincke point vrhom?”

За партију 123: да ли је прихватљиво понудити – „Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90mm, konektorom sa klik mehanizmom ili konektor sa TwistLock adapterom koji je ekvivalet traženom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7ml?”

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

За партије 27, 28, 29, 30 – предмет набавке из конкурсне документације остаје непромењен.

За партију 86 мења се опис предмета набавке и гласи: „Kolenasti konektor, angulirani dvostruko rotirajući, sa poklopcem za sukciju i portom za bronhoskopiju, sa crevom, dužine 170 mm – 200mm, sa konekcijama 22M / 15F i 22F”.

За партију 119 - предмет набавке из конкурсне документације остаје непромењен.

За партију 123 мења се опис предмета набавке и гласи: „Set za epiduralnu anesteziju. Sadrži: epiduralnu iglu 18G/80 mm, sa odgovarajućim kateterom, minimum dužine 90 mm, konektorom sa klik mehanizmom ili konektor sa TwistLock adapterom, flat filter 0.2 mikrona, L.O.R. Šprica od minimum 7 ml”.

ВН

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

