



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.5923-
од _____ 2014. године

Питање:

У делу СТАНДАРДИ за партију бр. 3 Рукавице хирушке талкиране, тестиране на терфорације навели сте да захтевате да дебљина рукавица на прстима буде опсега од 0,18-0,21 mm. Да ли је прихватљиво да дебљина рукавица на прстима буде 0,22 mm? Напомињемо да дебљина хирушких рукавица на прстима од 0,22 mm бољих карактеристика од тражених.

Одговор:

Прихватљива је дебљина хирушких рукавица на прстима од 0,22 mm. Није прихватљива дебљина хирушких рукавица која је испод доње границе од 0,18 mm.

ДВ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
п у к о в н и к
проф. др Драган Динчић

Доставити:

- заинтересованим лицима
- у омот предмета 5923/14

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници
Министарства одбране РС