



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Број 116 - 34
20-08-2018 . године
БЕОГРАД

Измену
конкурсне документације,
доставља.

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 26/18 Пелене за једнократну употребу и упијајући улошци за потребе ВМА, ЦАпСК-а, ВБ Нови Сад и ВБ Ниш и то у делу:

2. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: тачка **2.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, количина, квалитет, крајњи корисник, рок испоруке и рок трајања дати су у следећој спецификацији:

мења се колона „Квалитет“, за партије бр. 7 - 11, тако да сада гласе:

Par tija br.	Naziv i opis sredstva	Jed. mere	VMA	CApSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstv o (da/ne)	Rešen je ALIM S-a	Rok isporuke	Rok trajanja
7	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom i indikatorom vlažnosti, obima od 70-80cm do 110-120cm	kom	9.000	30.000			39.000	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2200g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisan og roka trajanja u momentu isporuke
8	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom i indikatorom vlažnosti, obima od 100-115cm do 150-160cm.	kom	9.000	45.000			54.000	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisan og roka trajanja u momentu isporuke

Par tija br.	Naziv i opis sredstva	Jed. mere	VMA	CApSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstv o (da/ne)	Rešen je ALIM S-a	Rok isporuke	Rok trajanja
9	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom veće moći upijanja i indikatorom vlažnosti, obima od 70-80cm do 110-120cm	kom	9.600	75.000		3.960	88.560	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke
10	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom veće moći upijanja i indikatorom vlažnosti, obima od 100-115cm do 150-160cm.	kom	21.000	182.840		7.920	211.760	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode. Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 3200g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke
11	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom veće moći upijanja i indikatorom vlažnosti, obima od 120-130cm do 170-180cm.	kom	15.600	15.600			31.200	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 3500g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke

Сертификате о моћи упијања по „Rotwell metodi (ISO 11948-1)“ понуђач мора да достави од акредитоване независне лабораторије. Поред достављених сертификата о моћи упијања мора да достави и доказ о акредитацији лабораторије која је урадила испитивање и издала сертификат.

Напомена:

Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

-измењене стране конкурсне документације: 9, 10, 11, 12 и 13

ЈС
mje P

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.



Partija broj	Naziv i opis sredstva	Jed mere	VMA	CAPSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
7	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom i indikatorom vlažnosti, obima od 70-80cm do 110-120cm	kom	9.000	30.000			39.000	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2200g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke
8	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom i indikatorom vlažnosti, obima od 100-115cm do 150-160cm.	kom	9.000	45.000			54.000	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke

Partija broj	Naziv i opis sredstva	Jed mere	VMA	CAPSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
9	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom veće moći upijanja i indikatorom vlažnosti, obima od 70-80cm do 110-120cm	kom	9.600	75.000		3.960	88.560	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke

Partija broj	Naziv i opis sredstva	Jed mere	VMA	CapSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
10	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom veće moći upijanja i indikatorom vlažnosti, obima od 100-115cm do 150-160cm.	kom	21.000	182.840		7.920	211.760	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode. Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 3200g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke

Partija broj	Naziv i opis sredstva	Jed mere	VMA	CAPSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
11	Pelene za inkontinenciju za odrasle, sa upijajućim jezgrom veće moći upijanja i indikatorom vlažnosti, obima od 120-130cm do 170-180cm.	kom	15.600	15.600			31.200	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode Apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 3500g po Rotwell metodi (ISO 11948-1);	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke
12	Podloga za bolesnike od celulozne vate, 60x60cm, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 1000g	kom	6.000				6.000	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke

Partija broj	Naziv i opis sredstva	Jed mere	VMA	CapSk	VB Novi Sad	VB Niš	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
13	Podloga za bolesnike od celulozne vate, sa krilcima, od 70cm do 90cm X 170cm do 180cm, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 1700g	kom	10.000	100.000		6.030	116.030	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	sukcesivna isporuka, na zahtev krajnjeg korisnika u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka trajanja u momentu isporuke

НАПОМЕНА: Сертификате о моћи упијања по „Rotwell metodi (ISO 11948-1)” понуђач мора да достави од акредитоване независне лабораторије. Поред достављених сертификата о моћи упијања мора да достави и доказ о акредитацији лабораторије која је урадила испитивање и издала сертификат.