



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних  
осигураника  
Бр. 117- 27  
15 SEP 2016 године  
Београд

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
д о с т а в љ а .-

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњењем конкурсне документације за ЈН бр. 24/16: Материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице-протезе:

**Питање бр. 1:**

Да ли ће понуђачима бити омогућен увид у све достављене узорке по доношењу одлуке о избору најповољније понуде?

**Одговор наручиоца:**

По доношењу Одлуке о додели уговора, односно Одлуке о обустави поступка, понуђачима ће бити омогућен увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке. С обзиром на чињеницу да су узорци саставни део понуде, понуђачима ће бити омогућен увид и у узорке који су достављени у понуди, али без могућности отварања узорака.

**Питање бр. 2:**

Да ли ће се проверавати сви подаци уписани на паковању достављених узорака (генерички састав конца, облик, врста и дужина игле, дужина конца) и упоређивати са траженим карактеристикама специфицираних добара, или ће се прихватити достава изјаве произвођача/понуђача (заједно са понудом или накнадно у фази оцене приспелих понуда) за карактеристике које недостају на паковању узорака, као доказ испуњености траженог?

Сматрамо да је погрешно прихватити било какве изјаве произвођача или понуђача, о карактеристикама које недостају на паковању узорака, из много разлога.

У екстремном случају би све тражене карактеристике могле недостајати на паковању узорака а усаглашеност понуде би се онда оцењивала само на основу изјава произвођача/понуђача а не података на паковању понуђених добара.

Из наведених разлога једино исправно би било да све техничке карактеристике добара која се нуде морају бити истакнуте на паковању медицинских средстава, што је једино у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.“

**Одговор наручиоца:**

Узорак мора да буде у складу са траженом техничком спецификацијом и каталогом (достављеном документацијом) да би понуда била прихватљива, односно све техничке карактеристике достављених узорака морају бити истакнуте на паковању.

**Питање бр. 3:**

Да ли у партијама где су тражене тробриде хируршке игле мислите на хируршке игле “reverse cutting“ (обрнуто оштре) као и у претходним јавним набавкама хируршког конца?

**Одговор наручиоца:**

Прихватљиве су обе врсте тробридых игала.

*иш*  
*иш*  
*иш*

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-интернет страницу наручиоца  
-Омот предмета



**ДИРЕКТОР**  
**Драгиша Даботић**

*Драгиша Даботић*