



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника

Бр. 117- 511

21 SEP 2016 године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставила Захтеве за појашњењем конкурсне документације за ЈН бр. 24/16: Материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице-протезе, по следећем:

Питање бр. 1:

За партију број 21, у техничкој спецификацији се тражи „Аутоматски клипс апликатор за отворену хирургију са 20 титанијумских клипсева величине S-9,75“. По нашем сазнању на тржишту није доступна дужина 9,75.
Да ли ћете прихватити понуду дужине клипса S-9,0?

Одговор наручиоца:

Мења се назив и опис ставке број 1. партије број 21, те сада иста гласи: „Аутоматски клипс апликатор за отворену хирургију са 20 титанијумских клипсева величине S-9,0.“

Питање бр. 2:

Молимо Вас да нам појасните да ли у партији 1: „Свила, упреден, природни нересорптивни конач пресвучен силиконом/воском“ за ЈН 24/16- Материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице -протезе, потребно исказати јединичну цену по комаду лигатуре (1 ком) или по паковању (6-10/ 10-16 лигатура у кесици)?

Одговор наручиоца:

У партији број 1 „Свила, упредени, природни, нересорптивни конач пресвучен силиконом / воском“, потребно је исказати јединичну цену по комаду лигатуре (1 комад, односно 1 лигатура).

Питање бр. 3:

Да ли се тражене количине (кол. 7-укупно) односе на број лигатура или број паковања, обзиром да није дефинисан број комада по паковању (6-10; 10-16)?

Одговор наручиоца:

У партији број 1, колона број 7, укупна тражена количина се односи на укупну количину лигатура.

Питање бр. 4:

Партија број 37, ставка 1: „Аутоматски клипсер са 20 титанијумских клипсева величине М/Л, за једнократну употребу“

Да ли је за дату ставку прихватљиво да буде 35 клипсева, односно више од 20?

Одговор наручиоца:

За партију број 37, ставка 1 „Аутоматски клипсер са 20 титанијумских клипсева величине М/Л, за једнократну употребу“, остајемо при траженој спецификацији.

Питање бр. 5:

Конкурсном документацијом за партију 14 ставке 1, 3, 6, 8, 9, 10 и 11 тражена је игла направљена од легуре Wolfram-Rhenijum, која је патентирана легура за производњу хируршких игала произвођача Ethicon (у прилогу достављамо копију Европског патента).

Ова легура се користи са циљем постизања што бољих карактеристика по питању:

- лаког проласка кроз ткиво
- повећане чврстоће игле
- повећане отпорности на савијање
- потребне еластичности

Поред ове, европским патентом заштићене легуре, постоје и друге по саставу веома сличне легуре које се користе за израду специјалних игала за кардио-васкуларну хирургију чијом употребом се постижу исте или веома сличне карактеристике.

Да ли је могуће понудити игле направљене од других легура које такође обезбеђују тражена својства игала за партију 14?

Одговор наручиоца:


Игле направљене од Wolfram-Rhenium легуре имају знатно побољшане карактеристике. Овакве игле су за око 38% јаче, око 121% отпорније на ломљење од других врста челичних игала, што је веома битно, с обзиром на то да се ове игле углавном користе код старијих пацијената на калцификованим крвним судовима и ткивима. Имајући у виду напред наведено остајемо при траженој спецификацији.

ИШ.-

Handwritten signature

Достављено:

- на Портал ЈН
- интернет страницу наручиоца
- Омот предмета



ДИРЕКТОР
Драгиша Дабећић