



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНИГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 117 - 34

~~24 JUL 2017~~ године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 19.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију**, по следећем:

„За партију 4 - „Auto CPAP“

Да ли је могуће понудити апарат код којег је минимална вредност притиска 4cm H₂O, односно распон CPAP притиска 4-20cm H₂O, обзиром да је ово минимална вредност при којој ће се сигурно испирати преостали CO₂ из црева и маске?“

„За партију 5 - „Polisomnograf“

Да ли је могуће понудити апарат чија је „Sampling stopa“ до 1000 Hz, обзиром да на тржишту Србије нема регистрованог апарата код Агенције за лекове и медицинска средства, са већом фреквенцијом?“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

За партију 4 ставка - Распон CPAP притиска 3-20cm H₂O мења се и гласи: Распон CPAP притиска 4-20cm H₂O.

За партију 5 ставка - „Sampling stopa“ минимум 5000 Hz мења се и гласи: „Sampling stopa“ минимум 1000 Hz.

МВН

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

