



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 117 - 32

~~24 JUL 2017~~ године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 19.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију**, по следећем:

“За партију бр. 4

У техничкој спецификацији коју захтевате за партију бр. 4 наводите следеће:

Распон температуре чувања и транспорта: - 40 до +70 степени Целзијуса.

Да ли прихватате понуду за уређај који има могућност складиштења и транспорта на температури у распону -20°C то 60°C имајући у виду да ова карактеристика не утиче на квалитет самог уређаја и функционалност?

У нади да ћете изменити конкурсну документацију и омогућити потенцијалне понуђаче да поднесу прихватљиве понуде

Срдачно Вас поздрављамо.”

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

За партију бр. 4

Ставка - распон температуре чувања и транспорта: - 40 до +70 степени Целзијуса, мења се и гласи: распон температуре чувања и транспорта: - 20 до +60 степени Целзијуса.

МН ВП

Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета

