



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 117 - *ST*

25 JUL 2017 . године

Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а .-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 117-19 од 14.07.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију.

Измене се врше у техничкој спецификацији добара, мењају се карактеристике које понуђено добро мора да поседује, за предмет набавке партије 4 и 5, у колони „Тражене техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује“.

Мења се конкурсна документација, у делу 6.1. Образац понуде:

Део 6.1.4. – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 4 „Auto CPAP“ (страна 38)

Део 6.1.4. – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 5 „Polisomnograf“ (страна 39)
по следећем:

Партија 4, мења се „Распон CPAP притиска“ и „Распон temperature чувања и транспорта“ и гласи:

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
Raspon CPAP pritiska	4 - 20 cm H2O		
Raspon temperature čuvanja i transporta	- 20 do +60 stepeni Celzijusa		

Партија 5, мења се „Registrovanje sledećih parametara“ и „Sampling stopa“ и гласи:

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
Registrovanje sledećih parametara	softver za obradu podataka koji radi na operativnom sistemu najmanje Windows 7 profesional ili višeg nivoa		
Sampling stopa	minimum 1000 Hz		

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

-измењене стране конкурсне документације: 38, 39.

М ВН 2

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.



6.1.4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 4 „Auto CPAP“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
Raspon CPAP pritiska	4 - 20 cm H2O		
Nivo buke	< 30 dB		
RAMP vreme	0-45 minuta		
Težina	do 1,5 kg		
Raspon radne temperature u prostoriji	5-40 stepeni Celzijusa		
Raspon temperature čuvanja i transporta	- 20 do +60 stepeni Celzijusa		
Atmosfersko stanje-nadmorska visina u radnoj sredini aparata	do 2700 metara		
Maske	veličine L - 1 komad, veličine XL - 1 komad		
Konektori i savitljivo crevo za spajanje maske i aparata			

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

_____ (потпис)

6.1.4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 5 „Polisomnograf“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
Registrowanje sledećih parametara:	protok vazduha		
	hrkanje		
	položaj tela		
	pulsna oksimetrija		
	respiratorni napor (grudni i trbušni) izveden u RIP tehnologiji		
	zvuk-preko mikrofona - opciono		
	pozicija		
	aktivnost		
	minimum 1 x DC kanal		
	minimum 1 x EKG kanal		
	softver za obradu podataka koji radi na operativnom sistemu najmanje Windows 7 profesional ili višeg nivoa		
Onlajn snimanje			
Minimalna rezolucija signala	16 Bit		
Sampling stopa	minimum 1000 Hz		
Baterija kapaciteta	24 snimanja minimalno		
Displej visoke rezolucije			
Potreban kompletan potrošni materijal za minimum 50 snimanja (nazalne kanile, pojasevi za abdomen i grudni koš) u zavisnosti od toga da li li je potrošni materijal za jednokratnu ili višekratnu upotrebu			

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)