



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 117 - 42

26 JUL 2017. године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,  
**д о с т а в љ а.-**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 24.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију**, по следећем:

**„Партија 2**

Увидом у Регистар медицинских средстава једини регистрован уређај за мерење азот монооксида у издахнутом ваздуху јесте уређај FeNO+ произвођача Medisfoft S.A.

<https://www.alims.gov.rs/ciril/medicinska-sredstva/pretrazivanje-medicinskih-sredstava/?msid=MS-068441>

Дефинисане техничке карактеристике не може да испуни ни један уређај уписан у Регистар медицинских средстава.

**Питања:**

1. Наручилац је дефинисао технички услов тежина до 1kg.

Сматрамо да је та техничка карактеристика дефинисана погрешно. Молимо Вас да тражену техничку карактеристику измените и ставите да тежина не сме бити већа од 10 kg.

2. Нејасна је техничка карактеристика рок трајања минимално 5 година или 15000 мерења? Да ли је за Наручиоца прихватљиво да уређај нема рок трајања и да није ограничен бројем мерења? Односно да се са понуђеним уређајем може направити неограничен број мерења и да уређај није временски лимитиран.

3. Техничка карактеристика сензори и филтери за најмање 300 мерења. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да добије 300 филтера и сензор који има могућност неограниченог броја мерења у периоду од две године?

4. Капацитет Меморије 15000 мерења.

С обзиром да се уређај испоручује са персоналним рачунаром који служи за управљање уређајем и чување измерених резултата да ли је за наручиоца прихватљиво да капацитет меморије нема ограничење?

У супротном у поступку јавне набавке за партију 2 не може учествовати ни један понуђач.“

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Ставка „Капацитет меморије“ мења се и гласи: „капацитет меморије нема ограничење“.

Ставка „Тежина“, мења се и гласи: „највише 10kg“.

Ставка „Рок трајања“ се брише из спецификације.

Ставка „Сензор и филтери“ се мења и гласи: „најмање 300 филтера и сензор који има могућност неограниченог броја мерења у периоду од две године“

М ВН



Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета

