



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 117 - 43

26 JUL 2017. године

Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 117-19 од 14.07.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију.

Измене се врше у техничкој спецификацији добара, мењају се карактеристике које понуђено добро мора да поседује, за предмет набавке партије 2, у колони „Тражене техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује“.

Мења се конкурсна документација, у делу 6.1. Образац понуде:

Део 6.1.4. – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 2 „Апарат за мерење азот монооксида у издahnutom vazduhu“ (страна 36), у делу „Капацитет меморије“, „Тежина“, „Рок трајања“, „Сензор и филтери“, по следећем:


- „Капацитет меморије“ мења се и гласи: „капацитет меморије нема ограничење“.
- „Тежина“, мења се и гласи: „највише 10kg“.
- „Рок трајања“ се брише из спецификације.
- „Сензор и филтери“ се мења и гласи: „најмање 300 филтера и сензор који има могућност неограниченог броја мерења у периоду од две године“

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

-измењена страна конкурсне документације: 36.

МН
ВН
Р



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

6.1.4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 2 „Апарат за мерење азот монооксида u izdahnutom vazduhu“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
Merni opseg izdahnutog NO	5 do 300 ppb		
Vreme potrebnog izdisaja	10 sekundi		
Vreme merenja	1 min		
Tačnost	± 5 ppb ili maks. 10%		
Senzitivnost	<2 ppb od izmerenih vrednosti <50 ppb		
	<4% od izmerenih vrednosti ≥ 50 ppb		
Kapacitet memorije	kapacitet memorije nema ograničenje		
Težina	najviše 10 kg		
Senzor i filteri	najmanje 300 filtera i senzor koji ima mogućnost neograničenog broja merenja u periodu od dve godine		
Pripadajući softver kompatibilan sa:	Windows® 2000, XP, 7		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)