



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање

војних осигураника

Бр. 117 - 19

. године

31-07-2017

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 28.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију**, по следећем:

„Поштовани,

Као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке број 16/17 – Уређаји за пулмологију молимо Вас да нам конкурсну документацију појасните у следећем:

1. У ставки 5.3.9 Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде захтевате, између осталог, достављање једне бланко сопствене менице са меничним овлашћењем на износ од 3% од вредности понуде без ПДВ-а.

Молимо Вас да нам појасните да ли понуђач доставља једну или више меница и меничних овлашћења уколико подноси понуду за више партија?

2. У ставки 6.14. Техничка спецификација за партију 5 Полисомнограф захтевате да понуђено добро испуњава следеће минималне техничке карактеристике:

Батерија капацитета 24 снимања.

Молимо Вас да нам појасните да ли се под наведеном карактеристиком мисли на 24 сати снимања?

3. Софтвер за обраду података који ради на оперативном систему најмање Windows 7 професионал или вишег нивоа.

Онлајн снимање.

Молимо Вас да нам појасните да ли ће Наручилац наведени софтвер користити на „РС“ рачунару или лаптопу? С обзиром да је захтевано онлајн снимање и уколико је планирана употреба „РС“ рачунара, да ли је на „РС“ рачунару обезбеђена „Bluetooth“ конекција?

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

1. Понуђач доставља 1 (једну) бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем без обзира за колико партија подноси понуду.

2. Ставка „Baterija kapaciteta“ мења се и гласи „minimalno 24 sata snimanja“.

3. На „PC-ju“ ће бити обезбеђена „Bluetooth“ конекција.

mm ВН

02



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета