



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 117 - 50
31-07-2017. године

Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 117-19 од 14.07.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 16/17 Уређаји за пулмологију.

Измене се врше у техничкој спецификацији добара, мењају се карактеристике које понуђено добро мора да поседује, за предмет набавке партије 5, у колони „Тражене техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује“.

Мења се конкурсна документација, у делу 6.1. Образац понуде:

Део 6.1.4. - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 5 „Polisomnograf“ (страна 39), у делу „Батерија капацитета“, по следећем:

- „Baterija kapaciteta“ мења се и гласи „minimalno 24 sata snimanja“.

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

-измењена страна конкурсне документације: 39.

МВН



ПОДАШЋЕЊУ

РЕКТОРА

Милутиновић

Зоран Стојановић

6.1.4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 5 „Polisomnograf“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
Registrowanje sledećih parametara:	protok vazduha		
	hrkanje		
	položaj tela		
	pulsna oksimetrija		
	respiratorni napor (grudni i trbušni) izveden u RIP tehnologiji		
	zvuk-preko mikrofona - opciono		
	pozicija		
	aktivnost		
	minimum 1 x DC kanal		
	minimum 1 x EKG kanal		
	softver za obradu podataka koji radi na operativnom sistemu najmanje Windows 7 profesional ili višeg nivoa		
Onlajn snimanje			
Minimalna rezolucija signala	16 Bit		
Sampling stopa	minimum 1000 Hz		
Baterija kapaciteta	minimalno 24 sata snimanja		
Displej visoke rezolucije			
Potreban kompletan potrošni materijal za minimum 50 snimanja (nazalne kanile, pojasevi za abdomen i grudni koš) u zavisnosti od toga da li li je potrošni materijal za jednokratnu ili višekratnu upotrebu			

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)