



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 118 - 16

24 JUL 2017. године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 20.07.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 17/17 Рекордери за холтер системе**, по следећем:

„Молимо вас да додатна појашњења у вези конкурсне документације за јавну набавку број 17/17 Рекордери за холтер системе, Ставка 1. ЕКГ холтер рекордер за 24ч мониторинг СТАНДАРДНИ.

Питање 1:

На страни 31 техничком спецификацијом под тачком 7 захтевана је тежина рекордера „max 120g“ са батеријама.

Да ли ћете прухватити рекордере „max težine 120g“ без батерија.

Питање 2:

На страни 31 техничком спецификацијом под тачком 8 захтеван је интегрисан на рекордеру „USB interfejs“ за пренос података.

Да ли ћете прухватити рекордере који немају интегрисан на рекордеру „USB interfejs“ већ се снимање података у рекордер врши на „SD“ меморијску картицу, а пренос података обавља преко читача „SD“ картице.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Одговор 1, тачка 7. Тежина рекордера „max 120g“ са батеријама, мења се и гласи: Тежина рекордера „max 120g“ без батерија.

Одговор 2, тачка 8 Интегрисан на рекордеру „USB interfejs“ за пренос података, мења се и гласи: Интегрисан на рекордеру „USB interfejs“ за пренос података или снимање података у рекордер „SD“ меморијском картицом, а пренос података преко читача „SD“ картице.“

ВН

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

