



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 118 - *118*

25 JUL 2017. године

Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 118-10 од 18.07.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 17/17 Рекордери за холтер системе. **Измене се врше у техничкој спецификацији добара, мењају се карактеристике које понуђено добро мора да поседује, за предмет набавке, ставка 1, у колони „Тражене техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује“.**

Мења се конкурсна документација, у делу 6.1. Образац понуде:

Део 6.1.4. – **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА** (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – **СТАВКА 1 „ЕКГ holter rekorder za 24h monitoring STANDARDNI“** (страна 31), по следећем:

Ставка 1, мењају се у траженим техничким карактеристикама тачке 7 и 8, и гласе:

	Tražena tehnička karakteristika koju ponudeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
7	Težina rekordera, max. 120 g bez baterija		
8	Integrisan na rekorderu USB interfejs za prenos podataka ili snimanje podataka u rekorder „SD“ memorijskom karticom, a prenos podataka preko čitača „SD“ kartice		

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

-измењена страна конкурсне документације: 31.

mm ВН

R



Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета.

6.1.4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – СТАВКА 1 „EKG holter rekorder za 24h monitoring STANDARDNI“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	EKG rekorder mora da poseduje apsolutnu kompatibilnost sa postojećim SCHILLER AG, Medilog Darwin 2 holter softverom		
2	EKG rekorder treba da ima mogućnost registrovanja minimalno 3-dnevnog EKG-a		
3	EKG rekorder treba da registruje minimum 3 kanala		
4	Integrisan displej za prikaz minimum 1-kanalnog „on-line“ EKG signala		
5	Sampling rate minimum 1000Hz sa minimum 12-bitnom rezolucijom		
6	Mogućnost startovanja rekordera /snimanja novog pacijenta nezavisno od PC računara odnosno aplikativnog softvera za analizu snimka		
7	Težina rekordera, max. 120 g bez baterija		
8	Integrisan na rekorderu USB interfejs za prenos podataka ili snimanje podataka u rekorder „SD“ memorijskom karticom, a prenos podataka preko čitača „SD“ kartice		
9	Integrisano „Event“ dugme za registrovanje eventualnih događaja od strane pacijenata		
10	EKG rekorder mora da poseduje integrisan diktafon za snimanje glasovnih poruka		
11	Rekorder treba da se isporuči sa kompletnim standardnim priborom za rad		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)