



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 119 - 13

10-07-2020 године

**Додатно појашњење конкурсне документације
за ЈН бр. 28/20- Медицински потрошни материјал за хемостазу**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 08.07.2020. године доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 28/20- Медицински потрошни материјал за хемостазу, по следећем:

„Поштована комисијо,

Обраћамо Вам се овим путем на основу Члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама, „Јавна набавка број 28/20 - Медицински потрошни материјал за хемостазу, за потребе ВМА, ВБ Ниш и ВБ Нови Сад”, са захтевом за додатним појашњењем конкурсне документације, односно са захтевом за измену дела конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 1:

У делу конкурсне документације, који се односи на техничку спецификацију за Партију 1 - Прашкasti хемостатик на бази пречишћеног модификованог скроба, као одредница за величину паковања стоји „min 2g” за позицију број 1, односно „min 5g” за позицију број 2.

Овако дефинисана величина паковања оставља доста простора за најразличитија тумачења. Тако би се, на пример, и у позицији 1 и у позицији 2 могло понудити идентично паковање од 5g, чиме би позиција 1 у потпуности изгубила смисао, јер, иако су наменски тражене две различите грамаже, за различите типове хируршких захвата, могла би се понудити само једна грамажа, чиме би се формално задовољио захтев конкурсне документације, али би наручилац остао ускраћен за мања паковања. Поред тога, на обе позиције би се могло понудити далеко веће паковање, чиме би се додатно одступило од иницијално постављене спецификације.

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију за Партију 1 и прецизно наведе колика одступања од основне грамаже су прихватљива за позицију 1, а колика за позицију 2 (нпр. 2g ± 0,5g, 5g ± 0,5g, itd), као што су слична одступања прецизно назначена у Партији 2, Партији 3, Партији 4 и Партији 5 предметне јавне набавке.

Молимо Вас да уважите наше сугестије, као и да нам у законски предвиђеном року одговорите.“

Одговор заинтересованом лицу, на основу члана 63. став 3. Закона:

Начин одређивања техничке спецификације у партији бр. 1, у којој је у ставци бр. 1 тражено „min 2g“ и у ставци бр. 2 тражено „min 5g“ (као и у претходној јавној набавци за потребе крајњих корисника), без постављања одступања, омогућава да у поступку јавне набавке може учествовати више понуђача, а у складу са чланом 10. Закона начелом обезбеђивања конкуренције.

Добра, која се набављају су описана на начин који је објективан и који одговара потребама крајњих корисника наручиоца. У складу са потребама, крајњим корисницима наручиоца је веома битно да не добију мању грамажу хемостатика од тражене, док евентуална већа грамажа хемостатика у обе ставке партије бр. 1, за коју понуђач може дати понуду водећи рачуна о својим интересима, одговара потребама.

Наведена одступања у одређеним ставкама партије бр. 2, 3, 4 и 5 су апсолутно неупоредива са партијом бр. 1 јер се не ради о сличним добрима, већ су у наведеним партијама предмет набавке ткани и експандирани хемостатици који имају одступања због технологије израде.

Примедба заинтересованог лица се не прихвата и конкурсна документација остаје непромењена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Портал МО,
- у омот предмета.