



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Број 119 - *54*
26-09-2019 . године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, доставило 23.09.2019. године и 24.09.2019. године, захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН **19/19 – Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови**, за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш (у даљем тексту: ВМА и ВБ Ниш), по следећем:

1. „Молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације за Јавна Набавка број 19/19- Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови, за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш отворени поступак за закључење оквирног споразума 63 став 2 ЗЈН:

У партији бр. 10- ИНТРАМЕДУЛАРНИ КЛИН ЗА ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРЕЛОМА ТИБИЈЕ, ТИТАНИЈУМСКИ- за ред. број 1 се тражи промер клина 8-14mm, да ли је Наручиоцу прихватљив промер клина 8-13mm? За ред. број 3 се тражи закључавајући шраф дијаметра 3.8mm, да ли је Наручиоцу прихватљив промер закључавајућег шрафа од 4mm? За ред. број 4 се тражи закључавајући шраф дијаметра 4.8mm, да ли је Наручиоцу прихватљив промер закључавајућег шрафа од 5mm?

У партији бр. 11 – ИНТРАМЕДУЛАРНИ КЛИН ЗА ОСТЕОСИНТЕЗУ ПРЕЛОМА ДИЈАФИЗЕ ФЕМУРА АНТЕРОГРАДНИ-РЕТРОГРАДНИ, ТИТАНИЈУМСКИ- за ред. број 3 се тражи цервикални закључавајући шраф промера 6.5mm, да ли ће Наручиоцу бити прихватљив промер шрафа од 5mm? За ред. број 4 се тражи закључавајући шраф за дистално закључавање промера 4.8 mm, да ли је Наручиоцу бити прихватљив промер шрафа од 6 mm?

У партији 13 – ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ ОД ТИТАНИЈУМА- за ред. број 1 се тражи АО плочица LC DCP уска за шраф 3.5 mm, да ли ће Наручиоцу бити прихватљив АО плочица LCP уска за шраф 4.5mm? За ред. број 3 се тражи АО

плочица LC DCP широка за шраф 4.5mm, да ли ће Нартучиоцу бити прихватљива АО плочица LCP широка за шраф 4.5mm?

Плочице које нудимо поред тражених захтева да буду динамичке компресивне плоче са лимитирајућим контактом ослањања нуде могућност и закључавања.

Предложене измене су у циљу проширења техничких карактеристика конкурсне документације, ради омогућавања равноправног учествовања свих понуђача, при чему се не умањује квалитет остеосинтетског материјала који би био уграђен.“

2. „Молимо Вас за додатно појашњење конкурсне документације за Јавну Набавку број 19/19- Ортопедски материјал, ортопедска помагала и вештачки зглобови, за потребе Војномедицинске академије и Војне болнице Ниш отворени поступак за закључење оквирног споразума 63 став 2 ЗЈН:

Поштовани, у табели ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, колона РОК ТРАЈАЊА НА ДАН ИСПОРУКЕ стоји да рок трајања буде 50% декларисаног рока употребе у моменту испоруке – желим само да нагласим да целокупни остеосинтетски материјал долази у нестерилном паковању и по потреби медицинско особље стерилише, зависно од патологије у датом моменту. Целокупан остеосинтетски материјал је од медицинског челика или титанијума и као такав нема рок трајања/стерилности, те Вас молим да нам дате савет шта треба да упишемо у колону РОК ТРАЈАЊА НА ДАН ИСПОРУКЕ и како ће се третирати при испоруци остеосинтетски материјал.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. „Партија број 10, ставка 1 мења се и гласи: Intramedularni titanijumski kanulirani zaključavajući klin za osteosintezu tibije, **promera 8-13mm minimalno**, dužina 255-420mm ili ekvivalent.

Партија број 10, ставка 3 мења се и гласи: Šraf za zaključavanje, **3.8mm – 4mm**, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent.

Партија број 10, ставка 4 мења се и гласи: Šraf za zaključavanje, **4.8mm- 5mm**, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent.

Партија број 11, ставка 3 мења се и гласи: Cervikalni zaključavajući šraf, **promera 5mm - 6.5mm**, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent.

Партија број 11, ставка 4 мења се и гласи: Šraf za distalno zaključavanje, **4.8mm – 6.0 mm**, samonarezujući, različitih dužina, titanijumski ili ekvivalent.

Партија број 13, ставка 1 мења се и гласи: АО pločica **LC-DCP или LCP** uska za šraf K 3,5mm sa 6, 8 I 10 otvora.

Партија број 13, ставка 2 мења се и гласи: АО pločica **LC-DCP** или **LCP** uža za šraf 4,5mm za humerus sa 8, 10 I 12 otvora.

Партија број 13, ставка 3 мења се и гласи: АО pločica **LC-DCP** или **LCP** široka za šraf 4,5mm za femur sa 10, 12, 14, 16 I 18 otvora.”

2., „На партијама број 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 у Колони „Рок трајања на дан испоруке“ у конкурсној документацији треба да стоји: НЕОГРАНИЧЕНО или 50% декларисаног рока трајања, да би се повећао број потенцијалних понуђача обзиром на различитост могућих понуда.“

м ЈС
jeo

Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета

