



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 120 - 24
30 NOV 2017 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља:-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило 28.11.2017. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш**, по следећем:

„**Партија 7 -** Микроскоп са тамним пољем: 6. Пожељно, али није обавезно, постојање дигиталне микроскопске камере резолуције минимум 14MPx - Молимо Вас да нам одговорите да ли је неопходно понудити камеру? Уколико је одговор да, да ли је могуће понудити микроскопску камеру која је одговарајућа за посматрање ових врста препарата резолуције 5MPx? Таква врста камере је сасвим довољна за добру визуелизацију и анализу. Такође, **на страни 6.** тендерске документације стоји да је за партију бр. 6. потребно доставити важеће решење о упису у Регистар медицинских средстава, издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Како ће се микроскоп који се тражи у партији 7.- Микроскоп са тамним пољем, користити за анализу узорака хуманог порекла, напомињемо да је и за њега неопходно да се достави важеће решење АЛИМС-а, тако да је у складу са горе наведеним потребно изменити тендерску документацију и тражити да се и за ову партију достави важеће решење Агенције за лекове.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд (у даљем тексту наручилац), на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА** заинтересованом лицу:

1. Мења се у техничким карактеристикама ставка бр. 6. из Партије 7. и гласи: пожељно али није обавезно постојање дигиталне микроскопске камере резолуције минимум 5MPx.
2. За Партију 7. Микроскоп са тамним пољем и Партију 5. Лупа бинокуларна са хладним светлом, постојање Решења АЛИМСа није обавезан услов.

Измене конкурсне документације у складу са датим одговором ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношењен понуда.

МУ ВН
Р2

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

