



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 120 - 29
_____ године

Измене и допуне конкурсне
документације,
д о с т а в љ а -

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 120-18 од 20.10.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 23/17 Медицинска опрема за потребе Центра за превентивну медицинску заштиту Војне болнице Ниш.

Мења се конкурсна документација, у делу 3 и 5 (доказивање техничких карактеристика) и у делу 6 (карактеристике које понуђено добро мора да поседује).

Део 3 - УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ (страна 6)

Део 5 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ (страна 14)

Део 6.1.4 -7 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 7 „Mikroskop sa tamnim poljem“ (страна 51), по следећем:

1. Брише се у делу 3.1. Конкурсне документације – тражене техничке карактеристике и докази, став 3, тачка 5. За партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 „С сертификат“, као и у делу 5.3.3. Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији, тачка 5. За партије број: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 „С сертификат“.

2. Мења се за Партију 7 „Mikroskop sa tamnim poljem“ у техничкој спецификацији карактеристика број 6 коју понуђено добро мора да поседује и гласи:

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
6	Poželjno, ali nije obavezno, postojanje digitalne mikroskopske kamere rezolucije minimum 5MPx		

Прилог:

-измењене стране конкурсне документације: 6, 14 и 51.

МВН




Достављено:

-на Портал ЈН

-на Портал МО

-у омот предмета.

3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Врста, техничке карактеристике, опис предмета набавке, дати су у делу 6.1.2, 6.1.3. и 6.1.4.– Техничке карактеристике које понуђена добра морају да поседују и елементи техничке подршке.

Понуђена добра морају да испуне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући **несумњив и неспоран ДОКАЗ** за сваку партију:

1. За партију број 6:

- **важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава**, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), **обележено бројем партије на коју се односи.**

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца дозволе за медицинско средство.

-**стандард EN ISO 15883 и стандард EN ISO 13485**

2. За партију број 8:

- усклађеност са **EU direktivom 2006/42/EC** и са **EU direktivom 2009/127/EC**

-**standard EN6145-1:2010, standard EN 614-2:2010 и standard EN ISO 12100:2012**

3. За партију број 10:

- **standard EN 13779**

4. За партију број 12:

- **standard ISO 8041:2005, standard ISO 2631-1:1997, standard ISO 2631-2:2003, standard ISO 5349-1:2001, ISO 5349-2:2001, EU direktiva 2002/44EC**

6. За све партије:

- **Оригиналну проспектну документацију или техничку спецификацију понуђеног добра (technical data sheet) или упутство за употребу (user manual).**

Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

- **важеће Решење о упису у Регистар медицинских средстава**, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), обележено бројем партије на коју се односи.

Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско средство из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца дозволе за медицинско средство.

- **стандард EN ISO 15883 и стандард EN ISO 13485**

2. За партију број 8:

- усклађеност са EU direktivom 2006/42/EC и са EU direktivom 2009/127/EC
- standard EN6145-1:2010, standard EN 614-2:2010 EN и standard ISO12100:2012

3. За партију број 10:

- standard EN 13779

4. За партију број 12:

- standard ISO 8041:2005, standard ISO 2631-1:1997, standard ISO 2631-2:2003, standard ISO 5349-1:2001, ISO 5349-2:2001, EU direktiva 2002/44EC

6. За све партије:

- **Оригиналну проспектну документацију или техничку спецификацију понуђеног добра (technical data sheet) или упутство за употребу (user manual).**
Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.
Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.
Тражене карактеристике је пожељно маркирати/подвући и обележити редним бројем партије и бројем карактеристике у оквиру партије.

5.3.4. Модел уговора (поглавље 7. конкурсне документације): понуђач попуњава, оверава и парафира прву страницу (подаци о предузећу), парафира и оверава печатом сваку страницу и ставља печат и потпис на последњу страницу чиме потврђује да се слаже са Моделом уговора;

5.3.5. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:

- **Изјаву о независној понуди (поглавље 9. конкурсне документације);**
- **Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. став 2. Закона (поглавље 10. конкурсне документације);**
- **Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (поглавље 11. конкурсне документације);**

6.1.4-7 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 7 „Mikroskop sa tamnim poljem“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Osvetljenje: Halogeno svetlo 35W (i jače) i LED osvetljenje		
2	Minimum 5 pozicija za objektivne		
3	Objektivi: Minimum 3 objektiva 10x, 20x, 40x		
4	Okulari: par okulara širokog polja 10x/22mm i šire		
5	Mokro tamno polje		
6	Poželjno, ali nije obavezno, postojanje digitalne mikroskopske kamere rezolucije minimum 5MPx		
7	Mogućnost nadogradnje:		
	- drugi objektivi		
	- kondenzor za svetlo polje		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)